



Katowice, dnia 05.08.2024r.

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu dla centralnej sterylizatorni. Znak sprawy: ZP-24-072BN.

Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziała

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

1. Pakiet 5: uprzejmie proszę o wskazanie wymiaru pojedynczej ściereczki. *Odp.: Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość czyściwa wynosi 300 mm x 340 mm*
2. Pakiet 5: czy ilość 6000 odnosi się do opakowań po 100 sztuk? *Odp.: Zamawiający zamawia ilość pojedynczych sztuk 6000 pakowanych po 100 sztuk czyli 60 opakowań.*
3. Pakiet 5 czy zamawiający dopuści gramaturę 70g/m<sup>2</sup> przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ? *Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania gramatury min 80g/m<sup>2</sup>.*

Zgodnie z art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający koryguje SWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy pakiet nr 5 w następujący sposób: *minimalna wielkość czyściwa wynosi 300 mm x 340 mm*