

Pakiet nr 6. Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów dla Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
L.p.	Charakterystyka	Nazwa/ producent	Opakowanie	Ilość	Cena jedn. Netto zł	Wartość netto/zł Kolumna 5x6	VAT %	Wartość brutto/zł Kolumna 7+8
1.	Preparat do mycia endoskopów giętkich w procesie chemiczno – termicznym w myjni endoskopowej, nadający się również do mycia manualnego endoskopów. Środek niepieniący, o właściwościach bakteriostatycznych i grzybobójczych, zawierający w połączeniu z detergentem nie mniej niż pięć różnych enzymów, wykazujący właściwości myjące w wodzie nawet o dużej twardości, usuwający skutecznie zanieczyszczenia organiczne oraz posiadający potwierdzoną skuteczność w rozpuszczaniu biofilmu, nie wymagający stosowania środków neutralizujących w procesie maszynowym. Stężenie robocze od 0,1% - 0,5%. Doskonała tolerancja materiałowa, neutralne pH roztworu.	Aniosyme Synergy 5/Laboratoires Anios	5 l	50 szt.	300,00	15000,00	8	16200,00
2.	Preparat do dezynfekcji endoskopów w procesie chemiczno - termicznym w myjni endoskopowej, na bazie kwasu nadoctowego, możliwość wielokrotnego stosowania preparatu w ciągu 14 dni pod warunkiem kontroli jego aktywności przy użyciu dedykowanych dla preparatu, paskowych testów kontrolnych. Spektrum działania: B (w tym prątki), F, V (Polio, Adeno.), S (w tym Clostridium difficile). Czas dezynfekcji wysokiego poziomu nie dłuższy niż 10 minut.	Anioxyde 1000 LD/Laboratoires Anios	5 l	150 szt.	153,00	22950,00	8	24786,00
3.	Paski przeznaczone do kontroli stężenia kwasu nadoctowego w preparacie z poz. 2	Testy Anioxyde/Labo ratoires Anios		4 op.	80,00	320,00	8	345,60
RAZEM						38270,00		41331,60

Do preparatów z pozycji: 1,2,3 Zamawiający wymaga rekomendacji producenta lub autoryzowanego serwisu myjni AORT