

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

„Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku – dostawa sprzętu medycznego”.

Część nr 18 LAMPA ZABIEGOWA SZT. 1

Producent: ORDISI

Typ/model/ oznaczenie handlowe: FLHD3

Rok produkcji: 2024 kraj pochodzenia Hiszpania

Cena netto 3680,20 zł, podatek VAT 8%, cena brutto 3974,62 zł

LP	PARAMETR	PARAMETRY WYMAGANE/ Sposób oceny	Parametry oferowane /Potwierdzenie wymagania
I.	Opis parametrów		
1.	Zastosowanie: badania i diagnostyka, drobne operacje i inne zadania wymagające precyzyjnego oświetlenia	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
2.	Technologia oświetlenia: Lampa LED	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
3.	Wielopozycyjne elastyczne ramię	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
4.	Podstawa z kółkami obracającymi się o 360°, wyposażona w układ hamulcowy	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
5.	Regulacja jasności: sterowanie dotykowe	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
6.	Lampa LED: min. 10x, 6W	Bez oceny – wymóg	9 diód, ilość źródeł światła nie wpływa na jakość i parametry światła, zgodnie z odp. na pyt. cz 18 pyt 6.
7.	Natężenie oświetlenia: min. 78 000 luksów (50 cm), 40 000 luksów (100 cm)	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
8.	Średnica głowicy lampy: min 25 cm	Bez oceny – wymóg	Czasza lampy +/- 10% wartości oczekiwanej, wielkość czaszy nie wpływa na jakość i parametry światła, zgodnie

			z odp. na pyt część 18 pyt 8
9.	Średnica wiązki światła: 10 - 20 cm (50 - 100 cm)	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
10.	Regulacja jasności: panel dotykowy	Bez oceny – wymóg	Bezdotykowa regulacja jasności światła która jest korzystniejsza dla zamawiającego, zgodnie z odp na pyt cz 18 pyt.10
11.	Kąt obrotu lampy: 330°	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
12.	Kąt obrotu ramion: 180°	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
13.	Elastyczna długość ramienia: min 130 cm	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
14.	Średnica podstawy na kółkach: min 58 cm	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
15.	Średnica koła: min 6 cm	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
II.	Warunki gwarancji i serwisu		
1.	Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów, liczony od daty obustronnego podpisania „Protokołu zdawczo- odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” bez uwag min. 24 miesiące	Bez oceny – wymóg Podać ilość miesięcy	Zgodnie ze specyfikacją 24 miesiące
2.	Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy. Obsługa serwisowa na terenie Polski	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
3.	Opieka aplikacyjna w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego, bezpłatne aktualizacje oprogramowania – jeśli dotyczy	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
4.	Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia, pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na danym urządzeniu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; szkolenie powinno zostać potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
5.	Bezpłatny serwis oraz naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji, w tym przeglądy z częstotliwością zalecaną przez producenta urządzenia oraz dodatkowo przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji; serwis świadczony będzie w miejscu użytkowania urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu do i z miejsca użytkowania urządzenia oraz koszty części zamiennych, pakietów	Bez oceny – wymóg podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów	Zgodnie ze specyfikacją Producent nie wymaga przeglądów

	naprawczych itp. elementów zużywalnych, w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca		
6.	Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii / usterce	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
7.	Czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii / usterki	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
8.	Całkowite usunięcie awarii / usterki do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, w przypadku dłuższej naprawy konieczność dostarczenia urządzenia zastępczego; w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wymiana tego elementu lub podzespołu na oryginalnie nowy	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
	Pozostałe wymagania		
9.	Urządzenie i jego części składowe w pełni sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, nierekondycjonowane, posiadające niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w języku polskim	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją
10.	Termin dostawy maksymalnie 2 miesiące od podpisania umowy z usługą wniesienia	Bez oceny – wymóg, podać	Zgodnie ze specyfikacją
11.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej, karta eksploatacji sprzętu, karta gwarancyjna dołączone do dostawy	Bez oceny – wymóg	Zgodnie ze specyfikacją

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna „Parametr oferowany” musi być wypełniona.

UWAGA!

Wszystkie parametry techniczne oferowanego urządzenia należy potwierdzić poprzez zaznaczenie w dołączonym do oferty katalogu/ folderze lub innym równoważnym dokumencie. **Zamawiający zaleca, aby celem identyfikacji, przy każdym zaznaczeniu Wykonawca podał nr pozycji z Zestawienia.** W przypadku, gdy oryginalny dokument producenta jest w innym języku niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie. Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 4 do SWZ. W przypadku, kiedy dokument typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna nie zawiera opisu wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

UWAGA: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.