



Znak sprawy: ZP/80/PN/2024

Zabrze, 25.09.2024 r.

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

ODPOWIEDŹ nr 3 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

DOPOSAŻENIE KLINIK I ODDZIAŁÓW HEMATOONKOLOGICZNYCH W SPRZĘT DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA BIAŁACZEK I CHŁONIAKÓW

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 3

W załączniku nr 7 dla zadania 3. Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie zaofiarowanych parametrów przedstawić środki dowodowe w postaci dokumentów (broszur, ulotek) z dokładnym zaznaczeniem w nich numeru strony na których te informacje się znajdują. W związku z tym, iż większość wymaganych parametrów przez Zamawiającego dotyczą rozwiązania aplikacyjnego zwracamy się z prośbą o możliwość załączenia zdjęć tzw. Print screen pochodzących z programów- aplikacji, które będą stanowiły potwierdzenie spełnienia warunku granicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 wzoru umowy – CZĘŚĆ IV SWZ w następujący sposób:

5. Wykonawca gwarantuje usunięcie usterek i wad w terminie do **14 dni roboczych** licząc od dnia zgłoszenia awarii na piśmie emailem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski – **w terminie do 18 dni roboczych**.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 3 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7- wzoru umowy- CZĘŚĆ IV SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 4 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 wzoru umowy – CZĘŚĆ IV SWZ w następujący sposób

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości **800,00 zł** (słownie: **osiemset złotych 00/100**) brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy względem terminu określonego w § 2,

b) w wysokości **300,00 zł** (słownie: **trzysta złotych 00/100**) za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 6 ust. 5; w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego (gwarantującego zapewnienie



ciągłości pracy) kary umownej nie nalicza się;

c) za nie wykonanie przeglądu zgodnie z terminami wynikającymi z częstotliwości przeglądów technicznych określonych na podstawie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4 lit. b) w wysokości **800,00 zł** (słownie: **osiemset złotych 00/100**) za każdy niewykonany w terminie przegląd.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 5 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7- wzoru umowy- CZĘŚĆ IV w taki sposób, aby kary umowne były naliczane za zwłokę w dostawie towaru od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej kwoty zamówienia. Uważamy za niesprawiedliwe nałożenie kary na Wykonawcę za już zrealizowaną terminowo część umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 1

Dotyczy – ZADANIE NR 1 – załącznik nr 7 do SWZ - SKANERA PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH
– poz. 3 „Skanowanie jednorazowo od 1 do 240 preparatów (40 tac po 6 szkiełek)”
– poz. 5 „Proste i szybkie ładowanie preparatów na tacach – 6 pojedynczych szkiełek”
– poz. 19 Preparaty podawane do systemu na tacach – brak podajnika wewnątrz aparatu, co znacząco minimalizuje awaryjność skanera”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie skanera wyposażonego w wygodne, dedykowane, pochodzące od producenta skanera kasety na szkiełka mikroskopowe o maksymalnej przepustowości 360 preparatów. Praca skanera w oparciu o 12 kaset na 30 preparatów każda, które umieszczane są w komorze skanowania skanera z funkcją CONTINUOUS LOADING umożliwiającą dokładanie kolejnych preparatów w trakcie trwania procesu skanowania.

Powyższe rozwiązanie gwarantuje szybki załadunek preparatów mikroskopowych oraz jest całkowicie bezpieczną procedurą z uwagi na konstrukcję kaset, która zabezpiecza preparaty przed wypadnięciem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 1

Dotyczy – ZADANIE NR 1 – załącznik nr 7 do SWZ - SKANERA PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH
– poz. 21 „Formaty zapisu obrazu: BIF; TIF; DICOM”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie skanera z otwartym formatem zapisu obrazu cyfrowego .NDPI, który jest również czytany / otwierany przez oprogramowanie pochodzące od innych producentów skanerów. Wybór otwartego systemu zapisu obrazu, umożliwia Zamawiającemu w przyszłości wybór dowolnego dostawcy systemu analizy obrazu (AI) a nie tylko dedykowanego pochodzącego od dostawcy skanera.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 1

Dotyczy – ZADANIE NR 1 – załącznik nr 7 do SWZ - SKANERA PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH
– poz. 24 „Wymiary urządzenia 72cm x 73 cm x 65 cm (W x D x H) ± 5 cm. Waga 74 kg ± 3kg.”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie skanera o wadze 116,5 +/- 4kg oraz o wymiarach 75cm x 69cm x 62,8cm (W x D x H) wyposażonego dodatkowo w dedykowaną mobilną platformę ułatwiającą w znaczny sposób transport urządzenia w przypadku gdyby była taka konieczność w siedzibie Użytkownika. Konkretna waga i wymiary urządzenia charakterystyczne są dla każdego z producentów i modeli indywidualnie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 1

Dotyczy – ZADANIE NR 1 – załącznik nr 7 do SWZ - SKANERA PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem oprogramowania umożliwiającego zdalną diagnostykę online i udostępnianie skanów preparatów na zewnątrz do konsultacji, która jest wyrobem medycznym i posiada stosowną deklaracją zgodności CE/IVDR?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga, aby zaproponowane rozwiązanie było w całości objęte stosowną certyfikacją CE/IVDR lub równoważny jako wyrób medyczny. Zamawiający wymaga również dostarczenia wraz z urządzeniem oprogramowania umożliwiającego zdalną diagnostykę online

i udostępnianie skanów preparatów na zewnątrz do konsultacji, która jest wyrobem medycznym i posiada stosowną deklarację zgodności CE/IVDR.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 1

Dotyczy – ZADANIE NR 1 – załącznik nr 7 do SWZ - SKANERA PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH

– poz. 3 „Skanowanie jednorazowo od 1 do 240 preparatów (40 tac po 6 szkiełek)”

– poz. 5 „Proste i szybkie ładowanie preparatów na tacach – 6 pojedynczych szkiełek”

– poz. 19 Preparaty podawane do systemu na tacach – brak podajnika wewnątrz aparatu, co znacząco minimalizuje awaryjność skanera”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie skanera wyposażonego w podajnik szkiełek o pojemności 20 szt. preparatów o dużej przepustowości skanowania 200-300 preparatów podczas jednego dnia roboczego. Zaproponowane rozwiązanie pozawala na skanowanie preparatów mikroskopowych z dużą prędkością skanowania: obszar 15 x 15 mm – 30 s przy powiększeniu 20x oraz z tą samą prędkością 30 s w trybie powiększenia 40x.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 11 dotyczy §4 ust. 2 wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie po wyrażeniu „i ubezpieczenia Sprzętu” zwrotu „na czas transportu”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ubezpieczenie sprzętu dotyczy jedynie czasu transportu przedmiotu zamówienia. Patrz modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 12 dotyczy §4 ust. 7 wzoru umowy

Prosimy dla **Pakietu nr 3** o zastąpienie wyrażenia „do uzgadniania terminów dostaw częściowych” zwrotem „do uzgadniania terminu dostawy Sprzętu”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 13 dotyczy §4 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych (informowanie o potencjalnych zagrożeniach) i w sprawach dotyczących działań logistycznych, na wskazany w **§4 ust. 7** adres e-mail, w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 14 dotyczy §5 wzoru umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie zapisu **§5 ust. 8** w brzmieniu:

„Do dnia zapłaty za Sprzęt pozostaje on własnością Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 15 dotyczy §5 ust. 5 wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o zastąpienie wyrażenia „formatach PDF oraz .xml lub .fak.” zwrotem „w formacie pliku PDF bądź .xml lub .fak.” Wykonawca motywuje prośbę powodami technicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 16 dotyczy §6 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem wcześniejszej akceptacji protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawcy. W przypadku braku akceptacji treści protokołu Wykonawcy, Zamawiający przygotowuje stosowny protokół zdawczo – odbiorczy.

Pytanie nr 17 dotyczy §6 ust. 12 wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu zlecenie przez Zamawiającego wykonania zastępczego innemu podmiotowi – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy §7 ust. 2 lit. a) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 1000,00 zł na 500,00 zł?
Uprzejmie prosimy również o obniżenie wysokości kar umownych wskazanych w §7 ust. 2 lit. b) i c) do 300,00 zł. Zastrzeżenie tak wysokich kar niezależnej od stopnia naruszenia ma charakter rażąco zawyżony, np. w przypadku drobnego naruszenia nie skutkującego żadną szkodą dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 3, SWZ Część I punkt 9 podpunkt 9.1.4

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, posiadającego autoryzowany serwis zagraniczny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 1

Czy Zamawiający dopuszcza w pełni zautomatyzowany system do wykonywania badań w technice FISH z mikroskopem fluorescencyjnym wyposażonym w zautomatyzowany podajnik na 9 preparatów?

Uzasadnienie: Podajnik umożliwiający umieszczenie 9 preparatów zamiast 8 pozwoli na poprawę przepływu pracy w laboratorium. Rozwiązanie przewyższa podane wymagania dla wielkości podajnika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 21 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 6

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza mikroskop wyposażony w poniższe obiektywy:

X60/1.42 oil immersion

X10/0.3 dry

X4/0.15 dry

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 22 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 10

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie kamery 5MP o rozdzielczości min. 2448 x2048, o rozmiarze pixela ok. 3,45 mm oraz częstotliwości odświeżania obrazu do 35 klatek/s bazującej na realnej ekspozycji dla FISH?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest wystarczające do prawidłowej rejestracji sygnałów fluorescencyjnych z uwagi na ograniczenia wynikające z czasów ekspozycji i emisji dla fluorochromu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 23 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 13

Czy Zamawiający potwierdza dopuszczenie rozwiązania z zastosowaniem naświetlacza do FISH o żywotności około 20 000 godzin?

Uzasadnienie: Naświetlacz o 10-krotnie dłuższej żywotności niż wyspecyfikowany przez Zamawiającego zapewni znacznie dłuższą pracę bez awarii oraz przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 24 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 14

Czy Zamawiający dopuszcza zautomatyzowany podajnik sterowany oprogramowaniem na 9 preparatów?

Uzasadnienie: Podajnik umożliwiający umieszczenie 9 preparatów zamiast 8 pozwoli na poprawę przepływu pracy w laboratorium. Rozwiązanie przewyższa podane wymagania dla wielkości podajnika

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 25 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 30

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie narzędzia zgodnego z HIPAA (Ustawa Health Insurance Portability and Accountability Act) umożliwiającego przeglądanie, analizę i podpisywanie przypadków z dowolnego miejsca za pośrednictwem bezpiecznego łącza do platformy, kompatybilnego również z Microsoft Remote Desktop Services (RDS)?

Uzasadnienie: Bezpieczeństwo poufnych danych medycznych jest kluczowe. Standardy, wymagania i specyfikacje implementacji reguły bezpieczeństwa HIPAA dotyczą dostawcy usług medycznych, Izby rachunkowej służby zdrowia, recept opieki zdrowotnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 26 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 33

Czy Zamawiający dopuszcza system dostosowany do zbierania wszystkich sygnałów fluorescencyjnych w osi Z?

Uzasadnienie: Błędne skalibrowanie systemu do przechwytywania sygnałów w osi Z niesie za sobą ryzyko pominięcia sygnałów fluorescencyjnych co w przypadku sond FISH używanych do oceny delekcji lub amplifikacji może przyczynić się do niemiarodajnego wyniku (fałszywie ujemnego). System zbierający wszystkie sygnały z osi Z nie wymaga pracy dodatkowego algorytmu i minimalizuje ryzyko pominięcia sygnału fluorescencyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 27 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 36

Czy Zamawiający potwierdza dopuszczenie systemu zapewniającego możliwość dostępu do przypadków pacjentów, prowadzenie analiz i generowanie raportów przez nieograniczoną ilość użytkowników jednocześnie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 28 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 40

Czy Zamawiający dopuszcza raport dla amplifikacji genu HER-2 i ALK generowany w oparciu o najnowsze wytyczne ASCO z możliwością dowolnego dostosowania przez użytkownika i załączenia wymaganych informacji?

Uzasadnienie: Dodatkowa możliwość dostosowania raportu przekracza pierwotne wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 29 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 42

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby system posiadał możliwość łączności z systemami LIS, która umożliwia w pełni automatyczne przesyłanie danych, zarówno danych o pacjencie, jak i informacji o próbkach, wprowadzanych do bazy danych, a także eksportowanie wyników z powrotem do LIS (wraz ze statystykami, obrazami, raportami itp.)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie potwierdza takiego wymagania, ale dopuszcza takie rozwiązanie, jeżeli nie narusza ono licencji systemu LIS i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami integracji.

Pytanie nr 30 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 45

Czy Zamawiający dopuszcza kamerę posiadającą 4095 poziomów szarości z automatycznymi algorytmami ekspozycji, które zapewniają szczegółową widoczność, w tym nakładających się komórek?

Uzasadnienie: Rozwiązanie zapewnia możliwość uchwycenia nakładających się komórek co jest kluczowe w przypadku materiału tkankowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 31 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 49

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie narzędzia zgodnego z HIPAA (Ustawa Health Insurance Portability and Accountability Act) umożliwiającego przeglądanie, analizę i podpisywanie przypadków z dowolnego miejsca za pośrednictwem bezpiecznego łącza do platformy, kompatybilnego również z Microsoft Remote Desktop Services (RDS) oraz wyboru obszaru zainteresowania dla preparatów podczas ich umieszczania w podajniku urządzenia?

Uzasadnienie: Narzędzie zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami systemu i aplikacji, bez ograniczeń wynikających z użycia przeglądarki. Wybór typu sondy, obszaru badania itp. w praktyce odbywa się podczas umieszczania preparatów w podajniku urządzenia. W takiej sytuacji osoba umieszczająca preparaty praktycznie znajduje się przy systemie i dokonuje wyboru obszaru zainteresowania dla zautomatyzowanych skanów FISH.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 32 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 50

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania przeznaczonego do kontroli zdalnej z pełną funkcjonalnością, nie bazującego na sieci Web w celu osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa zgodnego z HIPAA?

Ww. rozwiązanie przewyższa funkcjonalnością postawione wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 33 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 51

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie systemu z narzędziem umożliwiającym w każdym momencie zdalny przegląd przypadków, slajdów itp. oraz wysyłanie wiadomości email podczas procedury konserwacji?

Uzasadnienie: Wysyłanie wiadomości email przy każdej zmianie statusu, wgraniu preparatu, rejestracji przypadku może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do zapełnienia skrzynki mailowej oraz w łatwy sposób doprowadzić do przeoczenia istotnej wiadomości w spamie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 34 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 53

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga zdalnego wsparcia serwisowego przez cały okres gwarancyjny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga zdalnego wsparcia serwisowego przez okres minimum 12 miesięcy. Patrz modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 35 dotyczy załącznika nr 7 do SWZ, Zadanie nr 3 Lp. 54

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji sond FISH na preparatach własnych laboratorium przez dział obsługi klienta przez nielimitowany okres od zakupu sprzętu?

Uzasadnienie: Wspecyfikowany przez użytkownika czas optymalizacji sond FISH na preparatach własnych laboratorium przez dział obsługi klienta w okresie tylko 12 miesięcy może okazać się niewystarczający w dobie zmieniających się wytycznych, pojawiających się nowych programów lekowych oraz zmieniających się projektów sond FISH i bieżącej dostępności sond FISH na polskim rynku oraz ich różnorodności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 2

Zadanie nr 2 Poz. 11 "Apertura numeryczna 0,75"

Czy Zamawiający dopuści skaner z aperturą numeryczną o wartości 0,8 ? Większa apertura numeryczna to wyższa rozdzielczość, co przekłada się na lepszą jakość obrazu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 37 dotyczy §3 ust. 3 wzoru umowy

par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia?

Ponadto, w projekcie umowy, nie zawarto postanowień umownych, dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W związku z tym, że umowa, która zostanie zawarta w wyniku przetargu, ma być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, postanowienia takie są wymagane przez art. 439 Prawa zamówień publicznych. Czy wobec powyższego postanowienia te zostaną wprowadzone do projektu umowy?

Poniżej dołączamy proponowane przez nas brzmienie postanowień zgodnych z art. 439 PZP.

Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §3 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).

Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).

Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.

Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.

Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.

W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.

W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.

W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.

Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekaże Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż termin wykonania przedmiotu zamówienia nie przekracza 6 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 38 dotyczy §4 ust. 2 oraz §6 ust. 9 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez wskazanie, czy wspomniane ubezpieczenie dotyczy jedynie okresu transportu aparatu?

W przeciwnym wypadku, czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ubezpieczenie sprzętu dotyczy jedynie czasu transportu aparatu przedmiotu zamówienia. Patrz modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 39 dotyczy §4 ust. 4 lit. a) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zrezygnować z wersji pisemnej instrukcji i pozostać przy formie elektronicznej tj. pliku przesyłanego w email lub udostępnionego na stronie internetowej? Rozwiązanie takie należy uznać za optymalniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, zapewniające Zamawiającemu bieżący i nieograniczony dostęp, zwłaszcza wobec postępującego procesu elektroniczacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 40 dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „nieodpłatnych” na „w ramach wynagrodzenia”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 41 dotyczy §6 ust. 10 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach wynagrodzenia”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 42 dotyczy §6 ust. 12 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 43 dotyczy §7 ust. 2 lit. a) i c) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z “1000,00 zł” na “300,00 zł”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 44 dotyczy §7 ust. 2 lit. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z “500,00 zł” na “200,00 zł”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 45 dotyczy §7 ust. 2 lit. d) i e) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z “20%” na “10%”?

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia “z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” na “z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę”?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 46 dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia z projektowanego wzoru umowy? Funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 47 dotyczy §7 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 48 dotyczy §7 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 10 % wartości umowy?

Ponadto, Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 49 dotyczy §7 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 50 dotyczy §7 ust. 2 lit. c) wzoru umowy

par. 7.2 lit. C kara 1000 zł za za każdy niewykonany w terminie przegląd

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

komentarz: wykonanie przeglądu w terminie późniejszym niż zalecany nie skutkuje pogorszeniem stanu tech. aparatów i nie wpływa na wiarygodność badań. Przeglądy wykonujemy jak najszybciej, jednak zawsze w pierwszej kolejności realizowane są awarie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 51 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby System do analizy obrazu do badań wykonywanych w technologii FISH w pakiecie 3 posiadał jeden z poniższych dokumentów: Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) zgodne z Rozporządzeniem 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR) bądź z Dyrektywą Rady 98/79/WE (IVDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga aby system do analizy obrazu do badań wykonywanych w technologii FISH posiadał certyfikat IVDR lub IVDD lub równoważny.

Pytanie nr 52 dotyczy zadania nr 1

Poz. 1 „Znak CE, wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki medycznej in vitro (CE-IVD)”
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie ze znakiem CE nie przeznaczonego do diagnostyki medycznej in vitro?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia nie przeznaczonego do diagnostyki medycznej in vitro.

Pytanie nr 53 dotyczy zadania nr 1

Poz. 3 „Skanowanie jednorazowo od 1 do 240 preparatów (40 tac po 6 szkiełek)”

Czy Zamawiający dopuszcza skanowanie jednorazowo 1 do 210 preparatów (35 tac po 6 szkiełek)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 54 dotyczy zadania nr 1

Poz. 6 „Obiektyw Nikon 0.75 NA (Numerical Aperture) apochromatic CFI Plan Apo Lambda, NA 0,75”

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obiektywu innej firmy o aperturze NA 0,8?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 55 dotyczy zadania nr 1

Poz. 15 „Czas skanowania dla skrawka 15mm x 15mm - Ok. 36 sekund w powiększeniu 20x - Ok. 73 sekund w powiększeniu 40x”

W związku z faktem, że różni producenci podają czas skanowania w różny sposób (często bez uwzględnienia czasu tworzenia obrazu), czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o czasie skanowania uwzględniając w tym czas tworzenia obrazu i jego zapisu: - Ok. 105 sekund w powiększeniu 20x - Ok. 330 sekund w powiększeniu 40x?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia o czasach dłuższych niż założone.

Pytanie nr 56 dotyczy zadania nr 1

Poz. 18 „Sposób skanowania – liniowe”

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o punktowym sposobie skanowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 57 dotyczy zadania nr 1

Poz. 24 „Wymiary urządzenia 72cm x 73 cm x 65 cm (W x D x H) ± 5 cm. Waga 74 kg ± 3kg.”

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 142 kg i wymiarach 106cm x 88,5cm x 59 cm wraz z dedykowanym stołem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 58 dotyczy

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 59 dotyczy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę jako zdecydowanie wygórowane następujące zapisy w projekcie umowy z:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
 - a) w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy względem terminu określonego w § 2,
 - b) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 6 ust. 5; w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego (gwarantującego zapewnienie ciągłości pracy) kary umownej nie nalicza się;
 - c) za nie wykonanie przeglądu zgodnie z terminami wynikającymi z częstotliwości przeglądów technicznych określonych na podstawie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4 lit. b) w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy niewykonany w terminie przegląd.
 - d) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - e) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Na:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) netto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy względem terminu określonego w § 2,
- b) w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 6 ust. 5; w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego (gwarantującego zapewnienie ciągłości pracy) kary umownej nie nalicza się;
- c) za nie wykonanie przeglądu zgodnie z terminami wynikającymi z częstotliwości przeglądów technicznych określonych na podstawie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4 lit. b) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy niewykonany w terminie przegląd.
- d) w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- e) w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 60 dotyczy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 61 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 3

Proszę o dopuszczenie skanera z 10 koszyczkami, każdy koszyczek na możliwość załadowania do 40 preparatów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 62 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 5

Proszę o dopuszczenie skanera, gdzie preparaty są ładowane do koszyczków. Każdy koszyczek ma możliwość załadowania do 40 preparatów. Użytkowanie koszyczków jest równoważne z korzystaniem z tacy pod kątem prostego i szybkiego ładowania preparatami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 63 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 6

Proszę o dopuszczenie skanera z równoważnymi obiektywami Olympus Achromatic CapabilityUltra Plan Super APO 20X NA0.8, 40X/NA=0.95.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 64 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 7

Proszę o dopuszczenie skanera z możliwością wyboru opcji przez użytkownika- procesu Preview (wykonanie podglądu skanu) lub procesu skanowania, po czym urządzenie wykonuje automatycznie wybrany proces.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 65 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 8

Opisywana funkcja stanowi wskazanie konkretnej funkcji wybranego urządzenia, proszę o dopuszczenie urządzenia, które ma możliwość przerywania procesu skanowania i/lub wykonania pilnego skanowania wskazanych preparatów np. szkiełek mrożonych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 66 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 10

Prosimy o modyfikację zapisu na „funkcja zarządzania kolorami przez użytkownika umożliwiająca odtworzenie naturalnych kolorów widzianych pod mikroskopem”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 67 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 13

Proszę o modyfikację zapisu poprzez usunięcie funkcji, która wskazuje na konkretne urządzenie i utrudnia konkurencji złożenie oferty a mianowicie: „*W zależności od przeznaczenia, dostępny w 4 opcjach: default (domyślny), round (okrągły), faint (niskokontrastowy) i custom (niestandardowy)* „

Oferowane przez nas urządzenie ma możliwość automatycznego lub dowolnego ręcznego wyboru obszaru/ów skanowania w opcjach zaznaczania za pomocą kwadratu lub prostokąta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 68 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 15

Proszę o dopuszczenie następujących czasów skanowania dla skrawka 15mm x 15mm 20X <=15s , 40X <=45s

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 69 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 19

Proszę o dopuszczenie skanera, gdzie preparaty są ładowane do koszyczków. Każdy koszyczek ma możliwość załadowania do 40 preparatów. Użytkowanie koszyczków jest równoważne z korzystaniem z tacy pod kątem prostego i szybkiego ładowania preparatami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 70 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 20

Proszę o dopuszczenie skanera z możliwością skanowania wielu płaszczyzn, w zakresie od 1 do 10. Większa ilość płaszczyzn nie ma technicznego uzasadnienia, gdyż materiał po skanowaniu jest nieostry i nieużyteczny do oglądania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza skanowania w zakresie mniejszym niż określone w SWZ.

Pytanie nr 71 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 21

Proszę o dopuszczenie skanera z możliwością zapisu formatu obrazu w TIF, DICOM oraz formacie producenta skanera.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 72 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 23

Proszę o wyłączenie tej funkcji, gdyż wskazuje na konkretne urządzenie, Oferowany przez nas skaner ma możliwość modyfikacji etykiety lub całkowitego jej usunięcia, zastępując wybranym formatem jak data, godzina skanowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż skaner ma posiadać możliwość modyfikacji etykiety lub całkowitego jej usunięcia lub anonimizacji. Patrz modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 73 dotyczy zadania nr 1

Tabela pkt 24

Proszę o dopuszczeni urządzenia (SZ x GŁ x WYS) 524 mm x 595 mm x 651 mm. Waga 80,8 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 74 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie oryginalnych materiałów informacyjnych/Folderów/katalogów/prospektów/informacji/opisów autoryzowanego dystrybutora w którym będą wyszczególnione informacje potwierdzające wszystkie wymagane parametry urządzenia wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia? Oryginały materiały/foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do szczegółowych parametrów opisywanych przez Zamawiających w SWZ i są jedynie ulotką informacyjną. W związku z tym większość materiałów nie potwierdzałoby wszystkich wymaganych parametrów, zatem zasadne jest sporządzanie ich przez autoryzowanego dystrybutora w oparciu o informacje od producenta i najlepszą wiedzę profesjonalnego wykonawcy na rynku medycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga potwierdzenia wszystkich wymaganych parametrów.

Pytanie nr 75 dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności użytkowej komory 398 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 76 dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 785mm głębokość: 1041mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 77 dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę, której sterownik (wyświetlacz) nie zapisuje zmian napięcia zasilania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 78 dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę, której odpowiedni tryb pracy (ekonomiczny lub optymalny) uruchamiany jest automatycznie przez sterownik urządzenia w zależności od aktualnych warunków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 79 dotyczy zadania nr 1

ZADANIE NR 1 – załącznik nr 7 do SWZ - SKANERA PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH – poz. 24 „Wymiary urządzenia 72cm x 73 cm x 65 cm (W x D x H) ± 5 cm. Waga 74 kg ± 3kg.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie skanera o wymiarach: 485 mm x 615 mm x 450 mm ±5% [szerokość x głębokość x wysokość] i wadze 52kg ±5%.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Zamawiający
z up. **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski