

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Dotyczy: Dostawa zaopatrzenia medycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Stargardzie przy Al. Żołnierza 37".

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 39, pozycji 12 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?

Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wdzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych. Według przepisów art. 25 ust. 2 nowego pzp zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozzerwalną całość. W tym przypadku nie zachodzą przesłanki, które pozwoliłyby uznać produkty w pakiecie za nierozzerwalnie złączone.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż **nie wyraża zgody** na wydzielenie z pakietu nr 39, pozycji 12.

Pytanie 2

Dot. poz. nr 12 - Czy Zamawiający dopuści- Pałeczka do wymazów sterylna z wacikiem 4.50 mm ± 0.50 mm?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** Pałeczek do wymazów sterylna z wacikiem 4.50 mm ± 0.50 mm.



Nr cert: 20647-QMS-001PL
ISO 9001

Pytanie 3

Dot. poz. nr 12 - Czy Zamawiający oczekuje 7 op. po 1000 szt?

Odpowiedź 3

"Zamawiający oczekuje **7 opakowań po 100 sztuk.**

Pytanie 4

Czy Zamawiający oczekuje wymazówki z podłożem AMIES?

Odpowiedź 4

Zamawiający **wyraża zgodę** na wymazówkę z podłożem AMIES.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną o następujących właściwościach jak na zdjęciu:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Typ wachlarzyk
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt) oraz LDPE (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej ręczce
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-foolia



Odpowiedź 5

Zamawiający **nie dopuszcza** wyżej wymienionej szczoteczki.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wskazując jako jednostkę miary op. oczekuje opakowania = 100 szt.?

Odpowiedź 6

Zamawiający oczekuje **1op = 50 sztuk**



Nr cert: 20647-QMS-001PL
ISO 9001

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną o następujących właściwościach jak na zdjęciu:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Typ prosty
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt), stali nierdzewnej (rdzeń) oraz nylonu (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej ręczce
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



Odpowiedź 7

Zamawiający **nie dopuszcza** wyżej wymienionej szczoteczki cytologicznej.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź 8

Zamawiający **nie dopuszcza** wyceny za opakowanie a ' 100 sztuk.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści pałeczkę do wymazów sterylną drewnianą z wacikiem jak na zdjęciu:



Odpowiedź 9



Nr cert: 20647-QMS-001PL
ISO 9001

Zamawiający **dopuszcza** pałeczkę taką jak na zdjęciu.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści pałeczkę do wymazów sterylną plastikową z wacikiem jak na zdjęciu:



Odpowiedź 10

Zamawiający **nie dopuszcza** pałeczeki takiej jak na powyższym zdjęciu.



Nr cert: 20647-QMS-001PL
ISO 9001