



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Łódź, dnia 17.12.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji nr sprawy 203/TP/ZP/D/2024 na Dostawę aparatury medycznej dla potrzeb psychogeriatricznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

I Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.12.2024 r.

Pakiet nr. 2

1. Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, którego monitor charakteryzuje się następującymi parametrami Wysokiej rozdzielczości min. 15 calowy monitor LCD, HD1920x1080 z regulacją pochylenia 0-140 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane głowice posiadały dokument wystawiony przez Producenta urządzenia, potwierdzający odporność na upadki i uderzenia z wysokości min. 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

3. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf, wybudzał się z trybu stand-by w czasie krótszym niż 2 sekundy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

II Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.12.2024 r.

Pakiet nr 1 Ssak pneumatyczny

Pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny pneumatyczny o regulowanej wydajności ssania od 0 do 43 l/min ? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny pneumatyczny z precyzyjnym iglicowym regulatorem podciśnienia ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny pneumatyczny z pompą bezolejową, membranową, nie wymagającą konserwacji ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny pneumatyczny o wadze 12 kg? Ssak będzie umieszczony na wózku jezdnym tak więc różnica w wadze nie ma większego znaczenia..

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny pneumatyczny z wózkiem na czterech kołach (dwa z blokadą) z jedną długą szyną 10x25 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny pneumatyczny wyposażony w zbiornik 2 litry Serres wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką do wkładów jednorazowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 15 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny pneumatyczny z wkładami jednorazowymi 2 l Serres kompatybilne ze zbiornikami 2 l Serres ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby ssak elektryczny miał głośność pracy poniżej 40 dB? Bardzo cicha praca poniżej 40 dB (pracuje ciszej niż komputer) bez wątplenia będzie miała pozytywny wpływ na komfort pracy personelu podczas wykonywanych zabiegów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem