

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

| Dane | Opis |
|-------------------|---|
| Tryb postępowania | Podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt 1 |
| Nazwa zamówienia | Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zespołów ratownictwa medycznego w ramach dotacji celowej przekazanej przez Powiat Piski |
| Znak sprawy | P/21/2024 |
| Data pisma | 10.12.2024 r. |

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania PAKIET NR 1 – Defibrylator – szt. 2

Pytanie 1 punkt 6,7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania przy w pełni naładowanym akumulatorze do energii 200J i 360J max. 10 sekund ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

Pytanie 2 punkt 11,12

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ekranem kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 6,5” , rozdzielczość 640 x 480 z zasilaczem wbudowany w jednostkę główną bez mechanicznego zabezpieczenia przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

Pytanie 3 punkt 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z częstotliwością stymulacji w zakresie 30-180 imp./min., natężenia prądu stymulacji w zakresie 0-200 mA.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

Pytanie 4 punkt 17

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z integrowanymi łyżkami twardymi dla dorosłych i dzieci. Na łyżkach dostępne przyciski ładowania i dostarczenia energii z wyboru energii na płycie czołowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

Pytanie 5 punkt 19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z wydrukiem zapisu na papierze o szerokości min 57mm, szybkość wydruku min. 25 mm/sek oraz 50 mm/sek. Możliwość wydruku jednocześnie 6 krzywych. Bez regulacji czasu wydruku min. 3, 5, 8, 16, 32 sek oraz tryb ciągły wydruku lecz z możliwością zatrzymania wydruku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

Pytanie 6 punkt 20,21

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z archiwizacją danych oraz zdarzeń alarmowych : min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 12 godzin trendów (rozdzielczość min. 4 s), 12 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

Pytanie 7 punkt 30, 31,32

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez analizy odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie, bez możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST, Tryb pracy: Diagnostyka, Monitorowanie, Transport, bez możliwości zapisu min. 20 grup fragmentów analizy ST do celów referencyjnych i przeglądu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

Pytanie 8 punkt 48, 50,

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem pomiaru od 10-255 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg , tryby pracy: ręczny, auto, ciągły bez funkcji napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw. staza) z zakresem programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-480 minut?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

Pytanie 9 punkt 59,60

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwość regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 25 poziomów bez możliwość ustawienia ekranu wysokiego kontrastu dla poprawy wizualizacji przy słabszej widoczności lecz z możliwością zmiany zestawu kolorów ekranu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

Pytanie 10 punkt 62

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwość podłączenie pod system centralnego monitoringu razem z kardiomonitorem oraz aparatami KTG tego samego producenta lecz z możliwością wyświetlania na ekranie kopiującym poprzez wyjście VGA?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści krzeselko Ferno FST, którego rozstaw zewnętrzny płóz wynosi 30 cm i udźwigu aż 250 kg? Krzeselko spełnia normę PN EN1865-4 i pasuje do wszystkich zabudów ambulansów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

Dotyczy Pakietu 5 – krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Medirool model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzeselka 180 kg
- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
- Przednie koła skrętne
- Hamulec na kołach przednich,
- Tylne uchwyty regulowany na 3 poziomach
- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzeselka
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzeselka
- Waga poniżej 15 kg

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30.12.2024 r. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania