



**D.25C/250/ 409 /2024**

**wg rozdzielnika**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO I ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/21-41rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

**do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny**

Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści panel sterowania mikroskopu umieszczony na kolumnie mikroskopu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**2. Zapytanie Wykonawcy:**

**do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny**

Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści mikroskop z rotacją ramienia wychylnego względem kolumny w zakresie 330°?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**3. Zapytanie Wykonawcy:**

**do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny**

Czy Zamawiający w punkcie 39 dopuści mikroskop wyposażony w oświetlenie szczelinowe z płynną regulacją szerokości szczeliny w zakresie 2- 6 mm oraz z przesuwem szczeliny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**4. Zapytanie Wykonawcy:**

**do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny**

Czy Zamawiający w punkcie 41 dopuści panel sterowania mikroskopu umieszczony na kolumnie mikroskopu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**5. Zapytanie Wykonawcy:**

**do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny**

Czy Zamawiający w punkcie 41 dopuści mikroskop wyposażony w nagrywarke medyczną Full HD?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**6. Zapytanie Wykonawcy:**

**do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny**

Czy Zamawiający w punkcie 41 wymaga aby zestaw był wyposażony w oftalmoskop ze zintegrowanym inwerterem typu RUV w pełni kompatybilny z mikroskopem, złożony z takich elementów składowych: adapter mikroskopu 1 szt., zawieszenie uchylne RUV 1 szt. oftalmoskop RUV 1 szt. , motylki do regulacji ostrości 24szt, Silikonowe sterylizowalne osłonki 12 szt. soczewka 90D 7 szt , soczewka XL 5 szt.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga

**7. Zapytanie Wykonawcy:**

**do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny**

Czy Zamawiający w punkcie 41 wymaga aby mikroskop był wyposażony w zintegrowane inwertery w celu umożliwienia pełnej współpracy oferowanego mikroskopu z posiadanym przez zamawiającego systemem BIOM?



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga

**8. Zapytanie Wykonawcy:**

**do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny**

Czy Zamawiający w punkcie 42 ma na myśli zasilanie mikroskopu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający w punkcie 42 ma na myśli zasilanie mikroskopu

**9. Zapytanie Wykonawcy:**

**do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny**

Czy Zamawiający dopuści złożenie przedmiotowego środka dowodowego w postaci oficjalnego dokumentu handlowego (np. katalog, folder, ulotka, karta katalogowa, etykieta, instrukcja obsługi lub inny dokument handlowy występujący w obrocie) wyłącznie w wersji angielskiej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, a tym samym nie dopuszcza złożenia przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie w wersji angielskiej.

**10. Zapytanie Wykonawcy:**

**do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny**

Czy Zamawiający w punkcie 41 wymaga, aby mikroskop był wyposażony w oftalmoskop do tylnego odcinka w pełni kompatybilny z mikroskopem, złożony z 12 zestawów do sterylizacji, każdy zestaw do sterylizacji powinien zawierać co najmniej 1 soczewkę oraz zawieszenie uchylne soczewki lub sterylną osłonę oftalmoskopu 1 szt. a także inne elementy wymagane przez producenta, które należy wysterylizować przed użyciem oftalmoskopu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga

**11. Zapytanie Wykonawcy:**

**do Zadania nr 1: Mikroskop okulistyczny**

Czy Zamawiający w punkcie 41 wymaga, aby mikroskop był przygotowany do późniejszej rozbudowy o śródoperacyjne OCT i tak żeby nie zachodziła potrzeba wymiany podstawy jezdnej, ramienia i optyki mikroskopu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga

**12. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 4- Czy zamawiający dopuści zasięg ramienia liczony od osi kolumny głównej do osi głowicy wynoszący 1343mm. Taki zasięg jest wystarczający do zapewnienia komfortowej pracy na Sali operacyjnej oraz manewrowania ramionami mikroskopu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**13. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 5- Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w panel sterowania umożliwiające sterowanie funkcjami mikroskopu zamocowany na ramieniu mikroskopu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**14. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 6- Czy zamawiający dopuści rotację ramienia wychylnego względem kolumny wynoszącym 320°. Taka rotacja jest wystarczająca do zapewnienia komfortowej pracy na Sali operacyjnej oraz manewrowania ramionami mikroskopu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**15. Zapytanie Wykonawcy:**



Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 7- Czy zamawiający dopuści możliwość rotacji głowicy minimum 330°. Taka rotacja jest wystarczająca do zapewnienia komfortowej pracy na Sali operacyjnej oraz manewrowania głowicą i ramionami mikroskopu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**16. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 9 - Czy zamawiający dopuści Mikroskop z obudową łatwą do czyszczenia i dezynfekcji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**17. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 10 - Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w optykę apochromatyczną z inną bazą stereo aniżeli 24mm. Mikroskopy różnych producentów posiadają swoją unikatową konstrukcję oraz różne bazy stereo wynoszące najczęściej od 22-25mm, które w połączeniu z innymi komponentami danego mikroskopu zapewniają optymalne widzenie przestrzenne?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**18. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 11 - Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w niezależny mikroskop asystencki pozwalający na łatwą zamianę stronami, bez potrzeby demontażu elementów posiadający własny system zmiany powiększenia oraz ogniskowania realizowany pokrętkami oraz zintegrowany we wspólnej obudowie nasadki inwerter obrazu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**19. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 12 - Czy zamawiający dopuści oświetlenie stereokoaxialne prowadzone w obydwu drogach optycznych (po jednej wiązce na każdą drogę optyczną) oraz dodatkowa trzecia wiązka do oświetlenia pola obwodowego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**20. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 14 - Czy zamawiający dopuści fokus elektromotoryczny o zakresie 70mm(30mm w dół oraz 40mm w górę), możliwość aktywacji funkcji quick fokus, możliwość regulacji prędkości, możliwość sprzężenia prędkości z aktualną wartością powiększenia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**21. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 15 - Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości regulacji ostrości na ekranie monitora niezależnie od ostrości w binokularach mikroskopu, natomiast z możliwością dostosowywania innych parametrów obrazu takich jak intensywność kolorów, kontrast, coma?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**22. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 16 - Czy zamawiający dopuści powiększenie całkowite 3,5- 21x z okularami 10x?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**23. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 18 - Czy zamawiający dopuści okulary o powiększeniu 10x lub 12,5x (do wyboru przez zamawiającego) oraz regulacją dioptrii w zakresie +5/-8D dla operatora?

**Odpowiedź Zamawiającego:**



Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**24. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 19 - Czy zamawiający dopuści okulary o powiększeniu 10x lub 12,5x (do wyboru przez zamawiającego) oraz regulacją dioptrii w zakresie +5/-8D dla asysty?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**25. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 20 - Czy zamawiający dopuści pole widzenia max pole widzenia 58,5mm dla okularów 10x oraz 50,3mm dla okularów 12,5x. Pole widzenia jest wartością zmienną uzależnioną od aktualnego powiększenia w tubusie operatora oraz asysty?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**26. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 21 - Czy zamawiający dopuści elektromotoryczny przesuw XY o zakresie 61x61mm, możliwość regulacji prędkości, możliwość sprzężenia prędkości z aktualną wartością powiększenia (większe powiększenie = mniejsza prędkość przesuwu)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**27. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 22 - Czy zamawiający dopuści manualny pochył głowicy mikroskopu w zakresie -20°/+90° realizowany pokrętkiem znajdującym się na głowicy mikroskopu z możliwością rozbudowy w przyszłości o pochył elektromotoryczny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**28. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 23 - Czy zamawiający dopuści oświetlenie w technologii RGB LED prowadzone światłowodem z możliwością płynnej regulacji natężenia oraz temperatury barwowej w zakresie co najmniej 4500K-6000K? Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie wymiarów i masy głowicy mikroskopu oraz nie wymaga stosowania w głowicy układu chłodzenia i wentylacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**29. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 24- Czy zamawiający dopuści Oświetlenie stereokoaxialne prowadzone w obydwu drogach optycznych (po jednej wiązce na każdą drogę optyczną) oraz dodatkowa trzecia wiązka do oświetlenia pola obwodowego, z możliwością płynnej regulacji stosunku oświetlenia pomiędzy polem centralnym a obwodowym, pozwalające na uzyskanie optymalnego refleksu z siatkówki. Takie rozwiązanie pozwala również na wyłączenie tylko światła centralnego (RedReflex), co pozwala na zoptymalizowanie oświetlenia w przypadku zabiegów na powierzchni oka? Czy zamawiający doprecyzuje czy mikroskop oprócz płynnej regulacji natężenia światła musi posiadać również możliwość regulacji temperatury barwowej światła LED w zakresie minimum 4500K-6000K?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**30. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 25 - Czy zamawiający dopuści okulary operatora z wbudowanym inwerterem obrazu regulowanym w zakresie 110° co gwarantuje komfort i ergonomię pracy operatora?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**31. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 28 - Czy zamawiający dopuści możliwość wyświetlania opisanych parametrów na dotykowym ekranie o przekątnej 23,6" zawieszonym na ramieniu mikroskopu oraz dodatkowy ekran



znajdujący się nad głową operatora wyświetlający parametry takie jak: Stosunek oświetlenie centralnego do obwodowego, ogniskowanie, profil pracy oraz informację o włączonym nagrywaniu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**32. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 32 - Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w funkcję autoreset: po podniesieniu ramienia mikroskopu wyłączenie oświetlenia, powrót do ustawień startowych (zoom, fokus, XY)? Koniec nagrywania zabiegu nie zawsze jest tożsamy z podniesieniem głowicy w celu automatycznego resety (koniec zabiegu) dlatego też opcja zakończenia nagrywania dostępna jest z poziomu ekranu dotykowego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**33. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 33 - Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w tor wizyjny, tj. wbudowaną i w pełni zintegrowaną kamerę Full HD z możliwością późniejszej rozbudowy o dwie kamery w rozdzielczości 4K oraz system 3D?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**34. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 35- Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w następujące porty: wyjście kompozytowe, Video Y/C (zielone), HD-SDI, Video DVI-D, HDMI?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**35. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 36 - Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w medyczny monitor dotykowy 23,6" zawieszony na ramieniu mikroskopu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**36. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 37 - Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w nagrywarkę medyczną Full HD z wbudowanym ekranem dotykowym 23,6"? Zamawiający oczekuje dostarczenia Kamery w rozdzielczości Full HD, zatem dostarczana nagrywarka powinna obsługiwać format Full HD, gdyż kamera nie dostarczy sygnału w jakości 4K.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**37. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 38 - Czy zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia mikroskopu zintegrowany w głowicy keratoskop natomiast z możliwością późniejszej rozbudowy o opisaną funkcję?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**38. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 39 - Czy zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia mikroskopu w oświetlenie szczelinowe z płynną regulacją szerokości szczeliny w zakresie 1- 6 mm oraz z przesuwem szczeliny natomiast z możliwością późniejszej rozbudowy o opisaną funkcję?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**39. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 41 - Czy zamawiający dopuści mikroskop operacyjnego w zestawie. Którego znajdują się:

- Mikroskop na podstawie jezdnej z hamulcami elektromagnetycznymi 1 szt,
- Obiektyw apochromatyczny 200 mm 1 szt.



- Tor wizyjny z wbudowaną kamerą HD 3CMOS 1 szt.,
- Nagrywarka medyczna 1 szt.,
- Monitor medyczny dotykowy 23,6" na ramieniu mikroskopu,
- Binokular operatora z regulacją pochylenia 110° 1 szt.,
- Binokular asysty z regulacją pochylenia 110° 1 szt.,
- Okulary 10x lub 12,5x 4 szt.,
- Osłonki do sterylizacji 6 kompletów
- Sterownik nożny bezprzewodowy 14 funkcyjny. 1 szt.,
- Pokrowiec 1 szt.,?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**40. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 4- Czy zamawiający miał na myśli zasilanie „mikroskopu”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający w punkcie 42 ma na myśli zasilanie mikroskopu

**41. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zał. Nr 8 Zadanie 1 pkt 4- Czy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia jakim jest „Okulistyczny mikroskop operacyjny dedykowany do operacji przedniego i tylnego odcinka oka”, zamawiający wymaga dostarczenia systemu do zabiegów witreoretinalnych (wraz z kompletem soczewek końcowych) kompatybilny z oferowanym mikroskopem?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z systemem 12 zestawów do wykonywania niezależnych zabiegów witreoretinalnych bez konieczności dodatkowej sterylizacji, kompatybilnych z oferowanym mikroskopem

**42. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy załącznika nr 5 Zadanie 1 – wzór umowy § 8 pkt. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na następujący

„W celu wykonania naprawy gwarancyjnej elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w terminie do 72 godz. liczonych od dnia zgłoszenia awarii oraz zakończyć naprawę nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii, a w przypadku awarii wymagających napraw poza Polską lub sprowadzenia części zamiennych spoza Polski w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**43. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy załącznika nr 5 Zadanie 1 – wzór umowy § 8 pkt. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego.

Niestety z przyczyn choćby logistycznych nie jest możliwe dostarczenia urządzenia zastępczego w tak krótkim czasie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**44. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy załącznika nr 5 Zadanie 1 – wzór umowy § 8 pkt. 14

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„ Wykonawca zobowiązuje się, na pisemną prośbę użytkownika, do sporządzenia w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji protokołu technicznego opisującego stan techniczny wyposażenia będącego przedmiotem umowy (tj. aparatu/urządzenia) wraz z zaleceniami co do dalszego użytkowania. „

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**45. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy załącznika nr 5 Zadanie 1 – wzór umowy § 8 pkt. 17



znak: D25C/251/N/21-41rj/24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby okres dostępności części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego wynosił 8 lat?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę

**46. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy załącznika nr 5 Zadanie 1 – wzór umowy § 9 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby maksymalna wysokość kar wynosiła 30% ?

Maksymalna wysokość kar w umowach na dostawy urządzeń to od 10 do 30 procent.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

**KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

  
mgr Monika Klause

