



Wrocław, dnia 11.02.2025r.

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Nr sprawy 243.ZP-002.2025

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę **Folie sterylne do mikroskopu**.

Pytanie 1

Pakiet nr 1 Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje zaoferowania osłony sterylnej wyposażonej w chip RFID umożliwiające aktywowanie systemu odsysania powietrza w mikroskopie. Powyższa funkcjonalność jest potwierdzeniem że osłona jest dedykowana do mikroskopu TIVATO 700.

Odpowiedź. Zamawiający oczekuje zaoferowania osłony sterylnej wyposażonej w chip RFID umożliwiające aktywowanie systemu odsysania powietrza w mikroskopie.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
[Signature]
mgr inż. Jacek Banaszak

SPECJALISTA
ds. gospodarki magazynowej
[Signature]
mgr Łukasz Kamiński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

