

Goleniów, 09.01.2024 r.

Znak sprawy: WOZ/ZP/1/D/2024/MB

**Do wszystkich Wykonawców  
zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA SUKCESYWNY ZAKUP TESTÓW I PRODUKTÓW DO BADAŃ  
LABORATORYJNYCH – FIRMY HACH ORAZ INNYCH ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO WYPOSAŻENIA  
LABORATORIUM NA ROK 2024

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, jako Zamawiający informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym wpłynęły pytania do warunków zamówienia.

Zgodnie z zapisami rozdziału XVII zapytania oraz wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień wyłączonych spod rygorów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do warunków zamówienia i przekazuje ich treść wszystkim Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu, w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/woz>.

**Pytanie 1.**

Poz. 19 - Proszę o podanie jakiej ilości wymaga Zamawiający- brak informacji w tabeli.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia informacje w tabeli nr 2 w pozycji 19 i określa ilość wymaganą:

|     |  |        |       |
|-----|--|--------|-------|
| 19. | CRM Mangan do AAS 1000<br>mg/l w HNO <sub>3</sub> [H00061515]<br>Nr kat. 301-A033.2NP.L5 | 500 ml | 1 op. |
|-----|--|--------|-------|

**Pytanie 2.**

Poz. 22 - Proszę o wykreślenie pozycji nr 22 z tab. nr 2. Uzasadnienie: Wg wiedzy oferenta produkt CRM ChZT 1 µg/ml kod WC - COD -0.01X -5 został wycofany z produkcji ze względu na niestabilność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla pozycje 22 z tabeli nr 2 w załączniku nr 4- Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 1- Formularz ofertowy.

**UWAGA! Odpowiedzi stanowią modyfikację zapytania ofertowego i są jego integralną częścią.**