

Pisz, dnia 18.10.2024 r.

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Pisz  
ul. Sienkiewicza 2  
12-200 Pisz**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: Dostawa odczynników, krążków, testów, szczepów kontrolnych, sprzętu pomocniczego wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych łącznie z odczynnikami do Pracowni Bakteriologicznej oraz odczynników i materiałów zużywalnych do Pracowni Serologii Transfuzjologicznej” na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piesz, zwanego dalej „szpitalem”.**

**znak: P/17/2024**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu posiada projekt umowy dzierżawy aparatów?

W załączonym projekcie umowy (zał. 5 do SWZ) nie ma zapisów dotyczących dzierżawy, serwisu czy dostawy aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada projektu umowy dzierżawy. Wymagania w zakresie dzierżawy takie jak gwarancja, serwis, dostawa, zawarte są w parametrach wymaganych załącznik nr 2a, które są integralną częścią umowy na pakiet 4. Zamawiający w parametrach wymaganych dodał zapis: *Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparat w pierwszym dniu obowiązywania umowy. Potwierdzeniem dostawy i instalacji będzie protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu Dzierżawa na okres obowiązywania umowy. Naprawa aparatu (serwis) do 2 dni roboczych.*

Pytania dotyczące projektu umowy:

2. § 9 ust. 1 lit. c - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy niedotrzymania terminu realizacji dostawy z winy wykonawcy.”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Zatwierdził:**  
**mgr inż. Marek Skarzyński**  
**Dyrektor SPZOZ**  
**Szpitala Powiatowego w Pieszku**