

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.1
do Formularza ofertowego na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-080A/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 1 - Testy do kontroli sterylizacji

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Test zintegrowany chemiczny do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku. Nie wymagający interpretacji zmiany koloru do sterylizacji parowej 134 ° C/ 7 min.; klasa 5 Zgodność z normą EN 867 - 1 lub EN ISO 11140-1	szt.	55 000			23				
2	Test kontroli wsadu klasy 2 PN-EN ISO 11140-1 z substancją klejącą na całej powierzchni testu, z przyrządem PCD wykonanym z tworzywa sztucznego przystosowanym do sterylizacji parowej 134 °C/7min z kartą interpretacji wyników max op. = 500szt do każdego opakowania dołączony przyrząd testowy.	szt.	10.000			23				

.....
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.2
do Formularza ofertowego na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-080A/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR 2 - Osłonki i wkładki

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Osłonki na ostrza pakowanych narzędzi, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej 134 stopnie C. 15mm op=1000szt.	op.	6			23				
2	Osłonki na ostrza pakowanych narzędzi, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej 134 stopnie C. 30mm op=1000szt.	op.	6			23				
3.	Wkładki pochłaniające wilgoć w czasie schładzania komory autoklawu w fazie próżni końcowej rozm. 250x250 op=2400szt.	op.	12			23				
4.	Wkładki pochłaniające wilgoć w czasie schładzania komory autoklawu w fazie próżni końcowej rozm. 305x410 op=1000szt.	op.	12			23				
5.	Osłonki na ostrza pakowanych narzędzi, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej, nadające się również do sterylizacji plazmowej 15mm op= 200szt. Przezroczyste.	op.	2			23				
6.	Osłonki na ostrza pakowanych narzędzi, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej. Nadające się również do sterylizacji plazmowej. Przezroczyste 30mm op= 200 szt.	op.	2			23				

Wkładki o poziomie wchłaniałości 750 %. Gramatura 70g/m2

.....
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.3
do Formularza ofertowego na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-080A/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR nr 3 - Szczoteczki czyszczące

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1.	Szczoteczka do mycia narzędzi, odporna na tem.134 °C, nadająca się do mycia maszynowego dł. włosia 15 mm, dł.szczotki 75 mm, dł.całkowita 235 mm, uchwyt prosty, twarde syntetyczne włosie do utrwalonych zabrudzeń. 2 sztuki w opakowaniu	szt.	16			8				
2.	Szczoteczka do mycia narzędzi, odporna na tem.134 °C, nadająca się do mycia maszynowego dł. włosia 15 mm, dł.szczotki 75 mm, dł.całkowita 235 mm, zakrzywiony uchwyt , twarde syntetyczne włosie do utrwalonych zabrudzeń. 2 sztuki w opakowaniu	szt.	20			8				
3.	Szczoteczka do mycia narzędzi, odporna na tem.134 °C, nadająca się do mycia maszynowego dł. włosia 10 i 10 mm, dł.szczotki 30 i 40 mm, dł.całkowita 175 mm, uchwyt prosty, twarde syntetyczne włosie do utrwalonych zabrudzeń. Dwustronna 2 sztuki w opakowaniu	szt.	10			8				
4.	Szczoteczka do mycia narzędzi, odporna na tem.134 °C, nadająca się do mycia maszynowego. Średnica szczotki 3 mm, dł, 100 mm, dł.całkowita 800 mm. Do rozwiertaków śródszpikowych, drut ze stali kwasoodpornej, bez końcówki. 3 szt. w opakowaniu	szt.	15			8				
5	Szczoteczka do mycia narzędzi, odporna na tem.134 °C, nadająca się do mycia maszynowego średnica szczotki 5 mm, dł, 100 mm, dł.całkowita 800 mm. Do rozwiertaków śródszpikowych, drut ze stali kwasoodpornej z końcówką. 3 szt. w opakowaniu	szt.	21			8				
6	Szczoteczka do mycia narzędzi, odporna na tem.134 °C, nadająca się do mycia maszynowego Średnica szczotki 7 mm, dł, 100 mm, dł.całkowita 800 mm. Do rozwiertaków śródszpikowych, drut ze stali kwasoodpornej, z końcówką .3 szt. w opakowaniu	szt.	24			8				

.....
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.4
do Formularza ofertowego na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-080A/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR 4 - Papier krepowany do sterylizacji

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Papier do sterylizacji z włókna celulozowego składany naprzemiennie zielony/biały o rozmiarze 1200 mm/1200 mm ,	ark	2 000			8				
2	Papier do sterylizacji z włókna celulozowego składany naprzemiennie zielony/biały o rozmiarze 1000 mm/1000 mm	ark	6 000			8				
3	Papier do sterylizacji z włókna celulozowego składany naprzemiennie zielony/biały o rozmiarze 600 mm/600mm	ark	5 000			8				

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Papier do sterylizacji spełniający wymagania normy ISO 11607-1 i PNEN 868-2 o gramaturze $\geq 60\text{g/m}^2$; wytrzymały na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż $1,80\text{kN/m}$ i w kierunku poprzecznym nie mniej niż $1,30\text{kN/m}$; wytrzymały na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż $0,72\text{kN/m}$ i w kierunku poprzecznym nie mniej niż $0,42\text{kN/m}$; **pakowany od 250 do 500 arkuszy.**

Do pakietu dołączyć:

1. Odpowiednie dokumenty wydane przez producenta potwierdzające wysoką barierę bakteriologiczną w stanie sterylnym o okresie przechowywania wyrobów sterylnych min. 60 dni

.....
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.5
do Formularza ofertowego na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-080A/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR 5 - Włóknina do sterylizacji

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	ilość oferowanych opakowań	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Włóknina do sterylizacji niebieska; w rozmiarze 1000x1000mm;	ark.	14 000				8				
2	Włóknina do sterylizacji niebieska; w rozmiarze 1200x1200mm;	ark	20 000				8				
3	Włóknina do sterylizacji niebieska; w rozmiarze 1370x1370mm;	ark	4 000				8				

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Włókniny spełniające wymagania normy ISO 11607-1 i PN EN 868-2 nie mniej niż 57g/m² ; wytrzymała na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0kN/m i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9kN/m; wytrzymała na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,60kN/m i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7kN/m

.....
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.6
do Formularza ofertowego na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-080A/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR 6 - Włóknina wzmocniona do sterylizacji

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	ilość oferowanych opakowań	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ko d	producent
1	Włóknina zielona w rozmiarze 1 370 x 1 370 mm wzmocniona lateksem i włóknami syntetycznymi, przeznaczona do sterylizacji ciężkich tac narzędziowych o gramaturze 66 g/m ² pakowana po 100 arkuszy	ark	5 000				8				

Do pakietu dołączyć należy:

- oświadczenie producenta o zgodności z normą EN ISO 11607 - 2 i PN EN 868 - 2
- dokumenty potwierdzające:

a) wysoką barierę bakteriologiczną w stanie sterylnym o okresie przechowywania wyrobów sterylnych min. 60 dni

.....
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.7
do Formularza ofertowego na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-080A/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR 7 - Etykiety do systemu dokumentacji TDOC

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Etykieta do drukarki Ptouch Brother TZ - 251, laminowana , biała czarny nadruk, taśma dł. 8 m, szer.24 mm	rolka	12			23				
2	Etykieta podwójnie klejona, trójdzielna, odporna na warunki sterylizacji parowej. Rozmiar 102 mm x 56 mm, 1 rolka = 2 000 etykiet	rolka	300			23				
3	Kalka woskowo - żywiczna do drukarki typu Zebra; rolka=450 m, 110 mm szer.	rolka	60			23				

.....
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.8
do Formularza ofertowego na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-080A/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR 8 - Środki pielęgnacyjne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1.	Środek pielęgnacyjny do narzędzi w aerozolu, nie zawierający CFC (chlorofluorowęglowodórów), na bazie białego oleju medycznego, nie powoduje żadnych osadów, do manualnej pielęgnacji narzędzi z przegubami przed procesem sterylizacji. Opakowanie 400 ml	szt.	120			8				
2.	Preparat w aerozolu do konserwacji prostownic i kątnic. Do zastosowania przed sterylizacją. Odpowiedni do procesów sterylizacji parowej w zakresie temperatur 121-134°C	szt.	120			8				
3	Preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kontenerów wykonanych z aluminium i tworzywa sztucznego. Do zastosowania przed sterylizacją. Odpowiedni do procesów sterylizacji parowej w zakresie temperatur 121-134°C	szt.	24			8				
4	Olej instrumentowy – wolny od silikonu, przeznaczony do smarowania ruchomych części posiadanych przez Zamawiającego ramion robota da Vinci Xi. Do zastosowania przed sterylizacją. Odpowiedni do procesów sterylizacji parowej w zakresie temperatur 121-134°C. Bez efektu sprayu. Opakowanie 50 ml.	szt.	20			8				
5	Naturalny olej myjący do usuwania alginianu, cementu oraz plam z cynku i eugenolu na skórze i narzędziach. Usuwa również pozostałości po naklejkach i etykietach. Ma działanie natłuszczające. Bez efektu sprayu. Do zastosowania przed sterylizacją. Odpowiedni do procesów sterylizacji parowej w zakresie temperatur 121-134°C.	szt.	20			8				

.....
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.9
do Formularza ofertowego na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-080A/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 9 Preparaty do wstępnego zabezpieczenia oraz maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego w systemie centralnego dozowania w Centralnej Sterylizatorni w procesie termicznym

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Preparat płynny odkamieniający do myjni dezynfektorów masz ; skład - kwas fosforowy a 5L	szt	50			8				

.....
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy