



**UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

**Dział Zamówień Publicznych**

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-27/25

Poznań, 13.01.2025 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
- platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-129/24** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę z wniesieniem i uruchomieniem aparatury specjalnej (2 części) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z przeszkoleniem personelu.**

W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, dalej Ustawa Pzp) udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany pkt. 1 OPZ (Wymagania dla pomiaru stężenia), stanowiącego Załącznik nr 3.1. do SWZ:

**Dot. części nr 1**

**Pytanie:**

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia Część 1 dotyczącego wymagań dla pomiaru stężenia proszę o doprecyzowanie, czy w zakresie pomiaru nie wkraść się błąd pisarski i zamiast od 108 do 1013 cząstek/mL powinno być w wartościach potęgowych od  $10e8$  do  $10e13$ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania zakresu pomiaru stężenia od  $10^8$  do  $10^{13}$  cząstek/mL i dokonuje zmiany pkt. 1 OPZ (Wymagania dla pomiaru stężenia), dla części 1.

**Zmieniony, aktualny dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je, jako ważne i wiążące.**