



Poznań, dnia 10.09.2024 roku

Oznaczenie sprawy: TP-73/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę lampy operacyjnej wraz z montażem i szkoleniem**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Dot. pkt 12

Czy Zamawiający dopuści współczynnik $Ra=94$? Dla lamp z regulacją temperatury barwowej, której to oczekuje Zamawiający, jest to standardowy poziom odwzorowania barwy światła słonecznego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

Dot. pkt 13

Czy Zamawiający dopuści współczynnik $R9=94$? Dla lamp z regulacją temperatury barwowej, której to oczekuje Zamawiający, jest to standardowy poziom odwzorowania barwy czerwonej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

Dot. pkt 14

Czy zamawiający dopuści głębokość oświetlenia (L1+L2) dla E_c : 20% na poziomie 945 [mm]

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

Dot. pkt 15

Czy Zamawiający dopuści 18 źródeł światła dla każdej z czaszy? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego - wraz z upływem czasu poszczególne źródła światła ulegają zużyciu, a w przypadku utraty jednego ze źródeł światła przy większej ich ilości, lampa nie traci na wartości parametrów świetlnych tak dużo jak w przypadku mniejszej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie:

Dot. pkt 21

Czy zamawiający dopuści panel sterowania umieszczony na ramieniu przy czaszy jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej? Rozwiązanie to pozwala na łatwy dostęp do panelu sterowania i regulację parametrów bez względu na położenie czaszy



CERTYFIKAT 2023/56





Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie:

Dot. pkt 37

Czy Zamawiający dopuści materiały techniczne autoryzowanego dystrybutora, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

Dot. Pkt 32 i 23

Czy Zamawiający opisując w punkcie 32 tabeli: Czasze bez jakichkolwiek relingów jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje i jednocześnie wymagając w Pkt 23 tabeli:

Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy.

Jako uchwyt „brudny” rozumie się wydzielone miejsce na czaszy lampy. Nie dopuszcza się uchwytu brudnego jako krawędź czaszy lampy.

Dopuszcza rozwiązanie z trzema uchwytami brudnymi nie będącymi relingiem wokół czaszy, łatwe dezynfekcji?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.





Pytanie:

Dot. Pkt 30

Czy Zamawiający dopuści czasze o konstrukcji monolitycznej wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących i czy będzie wymagał, żeby były wykonane ze stopów metali lekkich i posiadały osłony matrycy świetlnej ze szkła bezpiecznego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby lampy w okolicach głowy operatora nie podnosiły temperatury więcej niż o 1 ° C?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ



CERTYFIKAT 2023/56

