



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE**

**ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów**  
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126  
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01  
e-mail: [sekretariat@szpitalradziejow.pl](mailto:sekretariat@szpitalradziejow.pl)  
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 03.01.2025 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na: **„Dzierżawa aparatu do identyfikacji i antybiogramów, dzierżawa aparatu do posiewów krwi, barwiarki oraz dostawa odczynników na 36 m-cy oraz obsługa serwisowa”** (oznaczenie sprawy TP-18/2024) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 grudnia 2024 r. pod numerem: **2024/BZP 00667743/01**

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

**1. Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalny termin dostawy częściowej w kryterium oceny ofert wynosił 2 dni? Uzasadnienie: 1 dzień dla wielu oferentów jest niemożliwy do dotrzymania ze względu na procedury logistyczne. Terminy 24 godzinne są stosowane przy dostawach leków. Uniemożliwia to dostęp do zamówienia wszystkim zainteresowanym na równych zasadach.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający zmodyfikuje parametry punktowane w SWZ.

**2. Pytanie**

Czy Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy, z paragrafu 8, pkt. 1 zapis: "...jednak nie mniej niż 50 zł za każde niedotrzymanie terminu"? Wskazanie konkretniej, zbyt wysokiej wartości kary może być niewspółmierne do wartości zamówienia.

**ODPOWIEDŹ:** TAK

**3. Pytanie Pakiet 3 Pozycja 57**

Czy w pozycji nr 57 nie doszło do omyłki pisarskiej, gdzie Zamawiający nie podał wymaganej ilości produktu. Prosimy o uzupełnienie tej informacji.

**ODPOWIEDŹ:** TAK doszło do pomyłki, zamawiający określa ilość na 6 opak

**4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaferowania krążków od jednego producenta?**

**ODPOWIEDŹ:** Tak, odstąpi

## 5. Pytanie Pakiet 7

Czy Zamawiający odstąpi od możliwości składania ofert dzielonych, a jednocześnie wydzieli z pakietu pozycję nr 15 i stworzy osobny pakiet?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że wykreśla pozycję numer 15 z pakietu numer 7, ale z przyczyn technicznych nie może utworzyć dodatkowego pakietu (brak możliwości edycji ilości części na portalu zamówienia), Zamawiający informuje, że przeprowadzi ponowne postępowanie na pozycję numer 15.

## 6. Pytanie Pakiet 7

Czy Zamawiający w pozycji 4,7,8 i 16 odstąpi od wymogu zaoferowania kontroli dodatkowej w zestawie?

**ODPOWIEDŹ:** tak, odstąpi

## 7. Pytanie

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 9, pozycji 1-5,8,9,18 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?

Obecna forma pakietu zawęża krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych. Według przepisów art. 25 ust. 2 nowego pzp zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozdzielalną całość. W tym przypadku nie zachodzą przesłanki, które pozwoliłyby uznać produkty w pakiecie za nierozdzielalnie połączone.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że wykreśla pozycję numer 1-5,8,9,18 z pakietu numer 9, ale z przyczyn technicznych nie może utworzyć dodatkowego pakietu (brak możliwości edycji ilości części na portalu zamówienia), Zamawiający informuje, że przeprowadzi ponowne postępowanie na pozycję numer 1-5,8,9,18

## 8. Pytanie

Dot. poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści- Pałeczka plastikowa klasy IIa jałowa z wacikiem dakronowym w próbówce o średnicy 12.0 mm ± 0.5 mm?

**ODPOWIEDŹ:** tak, dopuści

## 9. Pytanie

Dot. poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści- Pałeczka plastikowa jałowa, wacik wiskozowy pakowany pojedynczo bez próbówki transportowej?

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszcza.

#### 10. Pytanie

Dot. poz. nr 5 - Czy Zamawiający dopuści - Wymazówka jałowa klasy IIa w probówce o śr. 12.00 mm  $\pm$  0.50 mm z podłożem transportowym Amies z węglem aktywnym, z aplikatorem plastikowym, o długości 147.00 mm  $\pm$  2.00 mm, z wacikiem wiskozowym. Instrukcja pobrania materiału w postaci graficznej na opakowaniu jednostkowym?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuści

#### 11. Pytanie

Dot. poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści- Ezy bakteriologiczne, PS, jałowe na 10ul ze zwiężającym się zakończeniem, w opakowaniu 20 szt.?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuści

#### 12. Pytanie

Dot. poz. nr 9 - Czy Zamawiający dopuści- Ezy bakteriologiczne, PS, jałowe na 1ul ze zwiężającym się zakończeniem, w opakowaniu 20 szt.?

**ODPOWIEDŹ:** tak, dopuści

#### 13. Pytanie:

Zadanie nr 5 Podłoża na płytkach, podłoża płynne i odczynniki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 12 i 13? Wydzielenie umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców oraz znacznie zwiększy konkurencyjność ofert.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że wykreśla pozycję numer 12 i 13 z pakietu numer 5, ale z przyczyn technicznych nie może utworzyć dodatkowego pakietu (brak możliwości edycji ilości części na portalu zamówienia), Zamawiający informuje, że przeprowadzi ponowne postępowanie na pozycje numer 12 i 13

#### 13. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 16 podłoża dwudzielnego Sabouraud Dextrose Agar + Chloramphenicol/Fungisel Agar?

**ODPOWIEDŹ** tak, wyrazi zgodę

#### 14. Pytanie

Czy Zamawiający odstąpi od parametru wymaganego tj. możliwości jednorazowego zamawiania podłoży płynnych w ilości mniejszej niż opakowanie 50 sztuk i tym samym wyrazi zgodę na minimalne jednorazowe zamówienie 50 sztuk podłoży? Wymóg wprowadzony przez Zamawiającego wymusza na Wykonawcy ingerencję w opakowanie handlowe wyrobu medycznego a dodatkowo, z uwagi na dość długie terminy przydatności podłoży płynnych tj. standardowo 12 miesięcy od daty produkcji, za wyjątkiem SF bulion, dla którego termin wynosi 6 miesięcy od daty produkcji, minimalizuje się niebezpieczeństwo niezuzycia zakupionego towaru w terminie jego ważności

**ODPOWIEDŹ** tak, odstąpi

#### 15. Pytanie

Wnosimy o odpowiedź na następujące pytania w odniesieniu do zadania 1:

Rozdział XI SWZ, pkt. 8.1 ppkt. 1) - Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oświadczenia, gdzie wykonawca zagwarantuje, iż posiada dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem i odstąpi od wymogu dołączenia deklaracji zgodności do oferty?

**ODPOWIEDŹ** NIE

#### 16. Pytanie

Rozdział XI SWZ, pkt. 8.1 ppkt. 2) – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty ulotek informacyjnych lub instrukcji wykonywania w języku polskim dla wszystkich odczynników i testów i zgodzi się na samodzielne pobranie przedmiotowych dokumentów?

Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty, do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ** Zamawiający informuje, że Wykonawca do dokumentów przedmiotowych może podać link do strony do samodzielnego pobrania tychże dokumentów, pod warunkiem, że są one ogólnodostępne i bezpłatne, w przypadku podania linku do strony prosimy o stworzenie dodatkowego pliku do oferty lub wklejenie linku w załączniku nr 5 przy dokumentach podmiotowych.

#### 17. Pytanie

Rozdział XI SWZ, pkt. 8.1 ppkt. 3) - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania wpisu i wyrazi zgodę na dołączenie tylko odpowiednich dokumentów dopuszczających produkty do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych ?

Uzasadnienie: Dokonanie wpisu o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest czynnością materialno - techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do stosowania w Polsce. Dokumentem dopuszczającym produkt do obrotu jest deklaracja zgodności i certyfikat zgodności – jeśli dotyczą danego wyrobu, zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych, bowiem to te dokumenty potwierdzają zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi.

**ODPOWIEDŹ TAK**

#### 18. Pytanie

Formularz 2 do SWZ, pakiet 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tabeli cenowej o kolumnę z ceną netto za opakowanie oraz ilością oferowanych opakowań i wyliczenie całkowitej wartości netto poprzez pomnożenie tych dwóch w/w kolumn?

Uzasadnienie: ten sposób kalkulacji odzwierciedli realne koszty, które Zamawiający będzie ponosił w trakcie realizacji kontraktu i ułatwi proces składania zamówień. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zakupu wyłącznie pełnych opakowań

**ODPOWIEDŹ Tak.**

#### 19. Pytanie

Formularz oferty, pkt, 4 – Wnosimy o modyfikację zapisu dotyczącego dostawy aparatów zgodnie ze wzorem umowy § 3 ust. 2?

**ODPOWIEDŹ Zamawiający zmodyfikuje formularz cenowy zgodnie ze wzorem umowy.**

#### 20. Pytanie

6. Pakiet 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji drobnoustrojów oraz oznaczania lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do identyfikacji drobnoustrojów oraz oznaczania lekowrażliwości,

„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”

lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia.

**ODPOWIEDŹ** Zamawiający wprowadzi powyższy zapis do umowy.

## 21. Pytanie

Pytania do Umowy w odniesieniu do zadania 1:

7. § 6 ust. 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca udziela gwarancji jakościowej i ilościowej na dostarczony Przedmiot dostawy. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy w przypadku dzierżawionego analizatora oraz równa terminowi ważności w przypadku odczynników”?

Uzasadnienie: Okres obowiązywania umowy wynosi 36 miesięcy, wykonawca nie może udzielić takiej gwarancji dla dostarczanych odczynników, gdyż oferowane testy nie posiadają tak długiego terminu ważności. Wykonawca, może zaoferować gwarancję na produkty będące w okresie przydatności do użycia.

**ODPOWIEDŹ TAK**

## 22. Pytanie

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe pytanie, to czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga zaoferowania gwarancji jakościowej nie krótszej niż okres obowiązywania umowy w odniesieniu do analizatora?

**ODPOWIEDŹ** Zamawiający wyraził zgodę na powyższe pytanie.

## 23. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 3 dopuszcza wymazówkę z końcówką piankową zgodnie ze zdjęciem z załącznika?

**ODPOWIEDŹ:** Nie

#### 24. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 4 dopuszcza wymazówkę plastikową z wacikiem wiskozowym lub wymazówkę drewnianą z wacikiem bawełnianym? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ** Wymazówka bawełniana, zgodnie z SWZ

#### 25. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 5 dopuszcza wymazówkę z instrukcją graficzną bez opisu w języku polskim? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ** tak, dopuszcza

#### 26. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 7 dopuszcza pojemniki o pojemności użytkowej 25ml, oraz czy wymaga pojemników pakowanych indywidualnie czy sterylnych pakowanych zbiorczo np. po 100szt?

**ODPOWIEDŹ** Pakowane indywidualnie

#### 27. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 8 i 9 dopuszcza czy z PP pakowane w blistry typu folia-papier?

**ODPOWIEDŹ** tak, dopuszcza

#### 28. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 10 dopuszcza szkiełka o grubości 1mm w opakowaniu handlowym 100 szt ( 2x50 szt)?

**ODPOWIEDŹ** tak, dopuszcza

#### 29. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 11 dopuszcza szkiełka w opakowaniu handlowym 100 szt ( 2x50 szt)?

**ODPOWIEDŹ** tak, dopuszcza

#### 30. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 14 dopuszcza próbówki o wymiarach 12x86? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ** tak, dopuszcza

### 31. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 18 odstąpi od wymogu wymazówki flokowanej i dopuści wymazówkę z końcówką standardową?

**ODPOWIEDŹ** nie, zgodnie z SWZ

### 32. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 19 dopuści końcówki równoważne w kolorze złotym pakowane po 1000szt?

**ODPOWIEDŹ** tak, dopuści

### 33. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 20 dopuści końcówki równoważne pakowane po 1000szt?

**ODPOWIEDŹ** tak, dopuści

### 34. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 21 dopuści końcówki równoważne w kolorze jasno niebieskim pakowane po 1000szt?

**ODPOWIEDŹ** tak, dopuści

### 35. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 22 dopuści próbki bez zamknięcia typu Safe-Lock, ale z solidnym zatraskowym wieczkiem, w którym przypadkowe otwarcie nie jest możliwe ? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ** nie, zgodnie z swz

### 36. Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w poz 1 dopuści wiskozowym wacikiem w próbce o średnicy 12mm?

**ODPOWIEDŹ** tak, dopuści

### 37. Pytanie

1) Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej ilości DMSO w produkcie z pozycji nr 12 KOH 15% a 5ml + DMSO. Brak tej informacji skutkuje niemożliwością wyceny artykułu. Prosimy o podanie składu.

**ODPOWIEDŹ:** 10% KOH + 20% DMSO



### **38. Pytanie**

Pakiet 7 Pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

**ODPOWIEDŹ:** tak, wyrazi zgodę

### **39. Pytanie**

Pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 40 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

**ODPOWIEDŹ:** tak, wyrazi zgodę

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert;

Z dnia 09.01.2025 r. na 14.01.2025 r., godziny pozostają bez zmian

Oraz termin związania ofertą z dnia 28.01.2025 r. na dzień 12.02.2025 r.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 03 stycznia 2025 r.

**DYREKTOR**

**p.o. Andrzej Walczak**