



Wrocław, 23 stycznia 2025 r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH
WRAZ Z NAJMEM BUTLI I ZBIORNIKÓW, znak sprawy:
4WSzKzP.SZP.2612.81.2024**

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) – dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 17.01.2025 r. na pytanie nr 2 dot. poz. pn.: „transport butli” w Pakietach nr 2, 3, 4 i 5, Wykonawca zwraca uwagę, że po zmianie jednostki na „dostawa/ kurs”, Zamawiający obecnie nie wskazał szacunkowej ilości transportów/ dostaw, które umożliwiłyby oszacowanie wartości oferty w tych pozycjach (zaznaczono poniżej). Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi jaką liczbę transportów powinien uwzględnić w każdym z pakietów (pakiety nr 2, 3, 4 i 5).

2. **Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - Pakiet 2, Pakiet 3, Pakiet 4, Pakiet 5- wycena transportu butli.**
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę jednostki miary w pozycjach dot. wyceny za transport butli Z: „szt.” Na: „dostawa/kurs”

Odp: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w poz. dotyczących wyceny za transport butli dla pakietu 2, 3, 4, 5 zgodnie z tabelą:

Było:
(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
	Transport butli	Szt.			50/20/12/5			

(...)

Jest:
(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
	Transport butli	Dostawa /kurs						

(...)

Odp: Zamawiający oczekuje ilość transportów / dostaw dla pakietu 2, 3, 4, 5 jak poniżej:

Było:

(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
	Transport butli	Dostawa /kurs						

(...)

Jest:

(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
	Transport butli	Dostawa /kurs			- pakiet 2 - 50			
					- pakiet 3 - 20			
					- pakiet 4 - 12			
					- pakiet 5 - 5			

(...)

2. **Dotyczy: pakiet 2, poz 1 i 2**

Analogicznie do postępowania z 2024 r., wykonawca wnioskuje o zmianę opisu butli i dopuszczenie parametrów butli z zaworem zintegrowanym, jakie dostarcza obecnie. Z uwagi, że opisane parametry butli aluminiowych o poj. wodnej 2l, 10l i 11l o ciśnieniu 200 bar z zintegrowanym zaworem, które posiadają konkretne, niżej wymienione parametry:

„(...) system alarmowy sygnalizujący:

- przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%

- w sytuacji, gdy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania butli przy zadanym przepływie (...)

(...) Butle 10-11 l wyposażone w osłonę z kółkami umożliwiającą przewożenie butli bez dodatkowych wózków i bez konieczności noszenia (...)

charakteryzują butle wyposażone w system *Takeo*, które są dostępne wyłącznie u poprzedniego dostawcy Zamawiającego, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zniesienie wymienionych wyżej wymagań, w celu umożliwienia złożenia oferty również innym wykonawcom posiadającym tlen medyczny w aluminiowych butlach z zaworem zintegrowanym oraz dopuszczenie butli:

*Butle aluminiowe o pojemności wodnej 2L i 10L o ciśnieniu 200 bar z zintegrowanym reduktorem tzn. z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) -modułem wyposażonym w:

- reduktor ciśnienia,
- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,
- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej
- system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego - np. respirator lub inkubator transportowy

*Butle 2 l muszą posiadać zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów.

*Butla wraz z zaworem ma być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli

*Butle aluminiowe o pojemności wodnej 2L i 10L o ciśnieniu 200 bar z zintegrowanym reduktorem tzn. z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) -modułem wyposażonym w:

- reduktor ciśnienia,
- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,
- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej
- manometr wskazujący stan napełnienia butli

Odp: Tak Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 1 i 2 dopuszcza poniżej wymienione parametry:

Butle aluminiowe o pojemności wodnej 2L i 10L o ciśnieniu 200 bar z zintegrowanym reduktorem tzn. z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) -modułem wyposażonym w:

- reduktor ciśnienia,
- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,
- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej
- system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego - np. respirator lub inkubator transportowy

*Butle 2 l muszą posiadać zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów.

*Butla wraz z zaworem ma być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli

*Butle aluminiowe o pojemności wodnej 2L i 10L o ciśnieniu 200 bar z zintegrowanym reduktorem tzn. z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) -modułem wyposażonym w:

- reduktor ciśnienia,
- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,
- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej
- manometr wskazujący stan napełnienia butli

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania, należy je uwzględnić przy składaniu oferty.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać nr odpowiedzi wraz z datą modyfikacji).

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ we Wrocławiu

Piotr Strąk

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych