

**Wykonawcy uczestniczący**

**w postępowaniu**

**Numer postępowania: 3/ZO/2024**

**Dotyczy: Wykonywanie specjalistycznych testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych w gabinetach RTG.**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treści pytania wraz z odpowiedzią.

**Pytanie nr 1**

- \*czy testy wszystkich aparatów i monitorów są w jednym terminie?
- \*proszę również o podanie przybliżonego terminu do kiedy ważne są bieżące testy;
- \*czy umowa jest na 3 lata czy na rok i jest to jednorazowe zamówienie?

**Odpowiedz nr 1**

Zamawiający informuje, iż wykonanie testów jest w różnych terminach tj.

- pomiar rozkładu dawek promieniowania wokół aparatów RTG w dwóch gabinetach RTG – pomiar wykonywany 1 raz na 2 lata ( pomiar wykonany był 16.08.2022r.)
- wykonanie testów specjalistycznych w aparacie ASCEND DRX – raz na rok ( pomiar wykonany był 16.08.2023r.)
- wykonanie testów specjalistycznych w aparacie RTG do zdjęć zębowych PLANMECA INTRA- wykonywany 1 raz na 2 lata ( pomiar wykoanay był 16.08.2023r.)



**Nr cert: 20647-Q15-001PL  
ISO 9001**

- wykonywanie testów specjalistycznych w Pantomografie CS 8100- 1 raz na rok ( pomiar wykonany był 15.06.2023r.)
- wykonanie testów specjalistycznych w dwóch monitorach opisowych lekarskich – 1 raz na rok ( wykonany był 16.08.2023r. )
- wykonanie testów specjalistycznych w monitorze medycznym połączonym z pantomografem
- 1 raz na rok ( pomiar wykonany był 15.06.2023r. )

Umowa zawarta będzie na okres 3 lat.



**Nr cert: 20647-Q15-001PL**  
**ISO 9001**