



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

**„DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
(POWTÓRKA)”.**

Pytanie nr 1- dotyczy pakietu 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze Ch 6 o długości 40cm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze Ch 4 o długości 30cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu 1 poz 1-3

Czy Zamawiający dopuści cewnik z naprzeciwległymi otworami o powierzchni porównywalnej do otworu centralnego?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 1-3 cewnik z naprzeciwległymi otworami o powierzchni porównywalnej do otworu centralnego lecz nie większej niż wymagana przez Zamawiającego. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu 1 poz.1

Prosimy o dopuszczenie cewników o długości 40 cm.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 5 - dotyczy pakietu 1 poz.1

Prosimy o dopuszczenie cewników tylko w rozmiarze CH4.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 6 - dotyczy pakietu 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie cewników CH 10 o długości 40 cm.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 7 - dotyczy pakietu 1 poz.1-3

Czy Zamawiający wymaga aby na cewniku pod konektorem była nadrukowana nazwa producenta, długość oraz rozmiar cewnika ?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga jak w SWZ.*

Pytanie 8 - dotyczy pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do odsysania CH5 / 40 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*



Pytanie 9 - dotyczy pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników do odsysania w rozmiarze CH10/40 cm oraz CH12-18/60 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 10 - dotyczy pakietu 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników o twardości Shore 74A ± 3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 11 - dotyczy pakietu 1 poz.1-3

Czy Zamawiający wymaga zaferowanie cewników bez ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania cewników bez ftalanów.

Pytanie 12 - dotyczy pakietu 2 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wody sterylnej w op. 350 ml z niesterylnym reduktorem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 13 - dotyczy pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wody sterylnej w op. 500 ml z możliwością zastosowania przez 70 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 - dotyczy pakietu 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne pojemniki o pojemności 340-350ml ze sterylną wodą do tlenoterapii, zgodną z obowiązującą normą sterylności USP 71. W zestawie z pojemnikiem złączka do podłączenia reduktora tlenowego (pakowana indywidualnie) czysta mikrobiologicznie. Na pojemniku nadrukowane data ważności, LOT i kod GTIN.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 - dotyczy pakietu 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne pojemniki o pojemności 450-650ml z wodą do tlenoterapii, zgodną z obowiązującą normą USP 43, umożliwiające prowadzenie terapii przez min. 35 dni (poświadczone zapisem na indywidualnym pojemniku o stabilność wody i oświadczeniem Producenta), sterylizowane radiacyjnie. W zestawie z pojemnikiem złączka do podłączenia reduktora tlenowego (pakowana indywidualnie) czysta mikrobiologicznie. Pojemniki przeznaczone i zalecane do stosowania dla jednego pacjenta, z dołączonymi do oferty badaniami mikrobiologicznymi potwierdzającymi, iż pojemniki do tlenoterapii, można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia. Na pojemniku nadrukowane data ważności, LOT i kod GTIN.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 - dotyczy pakietu 2 poz. 2

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, prosimy o potwierdzenie, iż oferowane pojemniki, powinny posiadać zintegrowaną zatyczkę, umożliwiającą zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wążów tlenowych lub masek, np. przy ich wymianie, co zapewnia bezpieczne wykonanie procedur wykonywanych w warunkach klinicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 17 - dotyczy pakietu 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne pojemniki o pojemności 550-650ml ze sterylną wodą do tlenoterapii, zgodną z obowiązującą normą sterylności USP 71. W zestawie z pojemnikiem złączka do podłączenia reduktora tlenowego (pakowana indywidualnie) czysta mikrobiologicznie. Na pojemniku nadrukowane data ważności i etykieta z nadrukowanym LOT i kod GTIN.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych
Małgorzata Cierpka