



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

ZP.261.04.2024

Łębork, dn. 27.08.2024 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-7c7dfc92-3ace-11ef-b37c-4e696a6d8c25

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Łęborku – dostawę sprzętu medycznego**”.

Znak sprawy: ZP-PN/UE/04/24.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

DOTYCZY CZĘŚCI NR 10 – APARAT EKG

1. Dotyczy Części nr 10 pkt.3

pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o CMRR \geq 115dB oraz wyposażony w następujące filtry:

-filtr sieciowy AC: 50 Hz / 60 Hz / wyłączony,

-filtr linii bazowej: 0,01 Hz / 0,05 Hz / 0,3 Hz / 0,6 Hz / wyłączony,

-filtr zakłóceń mięśniowych z wbudowanym filtrem dolnoprzepustowym: 25 Hz / 35 Hz / 45 Hz / 75 Hz / 100 Hz / 150 Hz / 250 Hz / 350 Hz / wyłączony?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Części nr 10 pkt.4

pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wartości wzmocnienia EKG 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy Części nr 10 pkt.5

pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wartości wzmocnienia EKG 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy Części nr 10 pkt.6

pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z dotykowym ekranem 10,4” LCD o większej rozdzielczości 1024*768 dpi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Dotyczy Części nr 10 pkt.8

pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wydrukiem na papierze 210/216 mm w postaci składanki oraz możliwością podłączenia zewnętrznej drukarki do wydruku na papierze A4?

Odp. Tak, pod warunkiem dołączenia do zestawu drukarki drukującej na papierze A4.

6. Dotyczy Części nr 10 pkt.12
pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością podłączenia do interfejsu: WI-FI/LAN, Bluetooth, USBx2, KARTA SD; z obsługą podłączenia klawiatury, myszy, czytnika kart, drukarki itp.?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

DOTYCZY CZĘŚCI NR 11 - APARAT EKG BEZPRZEWODOWY

7. Dotyczy Części nr 11 pkt.4
pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowanym akumulatorem, którego pojemność umożliwi 3 godz. ciągłego monitorowania?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
8. Dotyczy Części nr 11 pkt.7
pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach: 345 mm x 260 mm x 128.5 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
9. Dotyczy Części nr 11 pkt.13
pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści CMRR >100 dB?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
10. Dotyczy Części nr 11 pkt.25
pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści wydruk na papierze 210 mm x 140 mm - składanka?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
11. Dotyczy Części nr 11 pkt.34
pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści czas rozruchu 10 s?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

DOTYCZY CZĘŚCI NR 5 WÓZKI TRANSPORTOWE SIEDZĄCE – FOTELE TRANSPORTOWE ŁÓŻKA SZPITALNE ELEKTRYCZNE Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ

12. D. ŁÓŻKA SZPITALNE ELEKTRYCZNE Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ SZT. 6. Ad 45,46. Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości materac, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, przeznaczony do stosowania jako powierzchnia wsparcia lub snu dla dorosłych pacjentów w warunkach szpitalnych oraz jako wsparcie przy zapobieganiu i leczeniu odleżyn we wszystkich stadiach, wykonany z pianki poliuretanowej, materac przygotowany pod wymiar łóżka, grubość materaca co najmniej 12cm, nieprzemakalny, zmywalny, zapinany na zamek, możliwość dezynfekcji, osłona pokrowca poliester powlekany poliuretanem, bez lateksu.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty zmian i modyfikacji wprowadzonych wszystkimi wyjaśnieniami treści SWZ. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiedniej zmiany oraz zaznaczenia jej źródła (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).