




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



ZP 65/24

Poznań, dnia 28.01.2025 roku

Szanowni Wykonawcy

„Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora na czas obowiązywania umowy tj. 24 miesiące – 2 pakiety”

I. Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

1. Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ- OPZ-Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 1. Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania również testu do oznaczenia lekowrażliwości pałeczek niefermentujących, Gram-ujemnych izolowanych wszystkich materiałów klinicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

2. Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ- OPZ-Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 1. Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania również testu do oznaczenia lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

3. Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ- OPZ-Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 1. Tabela nr 2 - Tabela asortymentowo – cenowa; punkt nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji lub nie uzupełnienie jej, z uwagi na to, że wzorce dostarczane użytkownikowi w zestawie z aparatem są bezterminowe do ciągłego użytku na okres obowiązywania umowy co dodatkowo ograniczy koszty ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

4. Pytanie nr 4

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ- OPZ-Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 1. Tabela nr 3, pkt. 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę analizatora w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

5. Pytanie nr 5

Pytania do Umowy Dostawy:

§6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca udostępni w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem www. oraz dostarczy na każde żądanie wymagane prawem dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu Umowy do obrotu i stosowania na terytorium RP oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, jeżeli taka karta charakterystyki jest wymagana powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla dostarczanego asortymentu. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia powyższych dokumentów na zasadach i w sposób wskazany w zdaniu pierwszym, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie dokumentów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www.”?

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwi obecnie

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy, dzięki której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu zawsze aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji oraz kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania i rozszerzenie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

6. Pytanie nr 6

Pytania do Umowy Dostawy:

§6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W okresie obowiązywania umowy, Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się do doręczenia do Zamawiającego wymaganych dokumentów określonych w ust. 1 oraz kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, jeżeli taka karta charakterystyki jest wymagana powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), chyba że Wykonawca udostępnił Zamawiającemu rzeczony dokumenty do bezpłatnego i całodobowego pobrania z jego strony internetowej wskazanej w ust. 2”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

7. Pytanie nr 7

Pytania do Umowy Dostawy:

§6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wszystkie dokumenty powinny być w języku polskim lub angielskim i w miarę możliwości sygnowane/oznaczone numerem Umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

8. Pytanie nr 8

Pytania do Umowy Dostawy:

§10 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,15 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2 umowy - za każdy przypadek nienależytego wykonania zamówienia w sposób inny niż zwłoka tj. za nie wniesienie towaru, nie poinformowania Zamawiającego o możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy, za nie przekazanie dokumentów o których mowa w § 6 umowy na żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

9. Pytanie nr 9

Pytania do Umowy dzierżawy:

§1 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy, instalacji i uruchomienia analizatora do 6 tygodni od zawarcia umowy?

Uzasadnienie: Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę urządzeń ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie obecnego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

10. Pytanie nr 10

Pytania do Umowy dzierżawy:

§1 ust. 6 – Czy Zamawiający odstąpi od przekazania z dniem podpisania Protokołu odbioru instrukcji obsługi aparatu, licencji oraz certyfikatów i zgodzi się na udostępnienie strony biblioteki technicznej Wykonawcy i odpowiednio zmodyfikuje zapis w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ



11. Pytanie nr 11

Pytania do Umowy dzierżawy:

§5 ust. 5 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie gwarantowanego czasu reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia i podjęcie naprawy) do 48 godzin od zgłoszenia awarii?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

12. Pytanie nr 12

Pytania do Umowy dzierżawy:

§5 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowa „identycznych” słowem „zbliżonych”?

Uzasadnienie: Biorąc pod uwagę, że niniejszy zapis odnosi się do sytuacji awaryjnych i analizatora zastępczego wnosimy o umożliwienie dostarczenia analizatora o zbliżonych, a nie identycznych parametrach (przykładowo dopuszczenie innego rocznika) tak aby Wykonawca mógł jak najszybciej zabezpieczyć możliwość realizacji przez Zamawiającego badań przy maksymalnym wykorzystaniu aparatów znajdujących się aktualnie na jego stan magazynowych bez potrzeby sprowadzania aparatu zastępczego z zagranicy (co trwa kilka tygodni) przykładowo tylko dlatego, że jest rok starszy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

13. Pytanie nr 13

Dotyczy wzoru umowy dostawy

Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy "W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §8 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy"

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

14. Pytanie nr 14

Dotyczy wzoru umowy dzierżawy §5 ust. 5 lit. a-b

Czy Zamawiający akceptuje poniższe zapisy dotyczące czasu reakcji serwisu:

Odpowiedź telefoniczna – do 8 godzin w dni robocze

Przyjazd Inżyniera serwisu – do 3 dni roboczych

Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (do 16, gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

15. Pytanie nr 15

Dotyczy wzoru umowy dzierżawy §5 ust. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „W przypadku braku naprawy w terminie do 5 dni roboczych, Zamawiający może żądać dostarczenia aparatu zastępczego (skonfigurowanego i gotowego do pracy u Zamawiającego) o parametrach identycznych jak zaofertowany sprzęt objęty przedmiotem umowy do czasu zakończenia naprawy. Wykonawca dostarczy aparat zastępczy niezwłocznie od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania lub Wykonawca zgadza się na pokrycie kosztów wykonania badań w innym Laboratorium”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ



16. Pytanie nr 16

Dotyczy wzoru umowy dzierżawy §8 ust. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „Strony ustalają, że łączna wysokość wszystkich kar umownych określonych w niniejszym § nie może wynieść więcej niż 300,00 zł.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

17. Pytanie nr 17

Dotyczy wzoru umowy dostawy §6 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem odstąpienie od wymogu dostawy kart charakterystyki substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą w zamian za udostępnienie strony internetowej, z której Zamawiający w łatwy i szybki sposób będzie mógł samodzielnie pobrać wymagane dokumenty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

18. Pytanie nr 18

Dotyczy wzoru umowy dostawy §10 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „Łączna wysokość kar umownych jakie może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 15 % wartości netto niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

19. Pytanie nr 19

Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 1, tabela nr 3, pkt. 25 - Maksymalne wymiary analizatora: - szerokość do 90 cm, wysokość do 70 cm, głębokość do 90 cm

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora o szerokości do 90 cm (81.5 cm) z zewnętrznym – komputerem w formie tabletu przymocowanym do aparatu na ruchomym, składanym ramieniu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

20. Pytanie nr 20

Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 1, tabela nr 3, pkt. 30 - Automatyzacja wykonywanego testu, etap napełniania testu, zamykania napełnionego testu i usuwania testu po zakończonym odczycie bez udziału Użytkownika.

Czy Zamawiający uzna za spełniony ten parametr, w przypadku, kiedy oferowane testy są napełniane grawitacyjnie (wszystkie studzienki reakcyjne są wypełniane przez zawieszinę po wlaniu jej do odpowiedniego otworu w panelu), a po zamknięciu szczelnie panelu testy można umieścić na pokładzie analizatora we wskazanych stacjach inkubacyjnych? Po zakończeniu badań testy mogą pozostać na pokładzie analizatora i być wyjęte w dowolnym czasie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

21. Pytanie nr 21

Dotyczy: załącznika nr 1, pakiet nr 1, tabela nr 3, pkt. 31 Parametrów ocenianych: pkt 31. Test bez dodatkowych odczynników dodawanych do zawiesziny w celu interpretacji lekowrażliwości przez analizator.

Czy Zamawiający uzna za spełniony ten parametry, w przypadku, kiedy testy nie wymagają dodawania żadnych dodatkowych odczynników w celu interpretacji lekowrażliwości po szczelnym zamknięciu panelu i umieszczeniu na pokładzie analizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ



22. Pytanie nr 22

Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 2, tabela nr 2, pkt. 32 - Analizator satelitarny nr 2 – lokalizacja Centralne Laboratorium, pomieszczenie nr 131 b, Analizator najnowszy technologicznie do ciągłego monitorowania i hodowli krwi z minimalną liczbą 120 miejsc pomiarowych. Analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r., z pełną gwarancją eksploatacyjną, po przeglądzie.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania analizatora satelitarnego z liczbą miejsc pomiarowych do 80, spełniających wymagania gabarytowe SWZ - szerokość do 80 cm, głębokość do 90 cm z możliwością rozbudowy o dodatkowy moduł inkubacyjno pomiarowy w przypadku wzrostu ilości badań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

23. Pytanie nr 23

Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 2, tabela nr 2, pkt. 32 - Analizator satelitarny nr 2 – lokalizacja Centralne Laboratorium, pomieszczenie nr 131 b, Analizator najnowszy technologicznie do ciągłego monitorowania i hodowli krwi z minimalną liczbą 120 miejsc pomiarowych. Analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r., z pełną gwarancją eksploatacyjną, po przeglądzie.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt. nr 10, kiedy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora o pojemności 120 miejsc inkubacyjno – pomiarowych, zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania analizatora o budowanie modułowej o szerokości 135 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

24. Pytanie nr 24

Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 2, tabela nr 2, pkt. 32 - Analizator satelitarny nr 2 – lokalizacja Centralne Laboratorium, pomieszczenie nr 131 b, Analizator najnowszy technologicznie do ciągłego monitorowania i hodowli krwi z minimalną liczbą 120 miejsc pomiarowych. Analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r., z pełną gwarancją eksploatacyjną, po przeglądzie.

Czy Zamawiający w celu optymalizacji pracy oczekuje zaoferowania 2 aparatów satelitarnych znajdujących się w jednym pomieszczeniu jednego o pojemności min 80 miejsc inkubacyjno pomiarowych, a drugiego o pojemności min 40 miejsc połączonych z aparatem głównym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym podgląd statusu badanych próbek, krzywej wzrostu oraz umożliwiający przenoszenie butelek pomiędzy aparatami satelitarnymi oraz aparatem głównym ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

25. Pytanie nr 25

Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 2, tabela nr 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania i wyceny certyfikowanego (CE-IVD) suplementu pochodzącego od tego samego producenta co analizator i podłoża, służącego do wspomagania wzrostu drobnoustrojów wymagających?

Prosimy jednocześnie o podanie przewidywanej ilości suplementacji w okresie trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

W imieniu Komisji Przetargowej:

Agnieszka Łoś
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agata Konopińska
Sekretarz Komisji Przetargowej

