



Poznań, dnia 22.08.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-59/24

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Zestaw nr 1:**

Część nr 17

Proszę o dopuszczenie opatrunków włókninowych pakowanych po 50 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza opatrunki w opakowaniach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych warunków specyfikacji.**

Część nr 22 poz. 2

Proszę o dopuszczenie portu dostępu naczyniowego z drenem o objętości wypełnienia 0,19ml.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza port dostępu naczyniowego z drenem o objętości wypełnienia 0,19ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Część nr 22 poz. 2

Proszę o dopuszczenie portu dostępu naczyniowego z drenem o przepływie 70ml/min.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza port dostępu naczyniowego z drenem o przepływie 70ml/min, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Opracowała: Beata Tyłska

