



Wrocław, 17 stycznia 2025 r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH
WRAZ Z NAJMEM BUTLI I ZBIORNIKÓW, znak sprawy:
4WSzKzP.SZP.2612.81.2024**

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) – dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

1. **Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - Pakiet 3, poz. 8** Z uwagi na różnice w ilości kg dwutlenku węgla w opakowaniach 40l i 50l Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę j.m. na kilogram [kg] i wskazanie zapotrzebowania również w tej jednostce. Zmiana zapewni zachowanie równoważności ofert - każdy Wykonawca wyceni wówczas takie same ilości dwutlenku węgla do laparoskopii.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z pak 3 poz. 8 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę j.m. na kilogram (kg) W związku z informacją, iż Wykonawcy mogą posiadać butle o różnej pojemności i wadze produktu, Zamawiający uaktualni zał. nr 2 pak. 3 poz. 8 do jednostki miary w kilogramach i wskaże zapotrzebowanie w tej jednostce zgodnie z tabelą:

Było:

(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
8.	CO2 wyrób medyczny do zastosowań wewnętrznych (laparoskopii) butle 40l. /26 kg, 50l. 37,5 kg	Szt.			40			8%

(...)

Jest:

(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
8.	CO2 wyrób medyczny do zastosowań wewnętrznych (laparoskopii) butle 40l. /26 kg, 50l. 37,5 kg	kg			1500			8%

(...)

2. **Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - Pakiet 2, Pakiet 3, Pakiet 4, Pakiet 5- wycena transportu butli.**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę jednostki miary w pozycjach dot. wyceny za transport butli Z: „szt.” Na: „dostawa/kurs”

Odp: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w poz. dotyczących wyceny za transport butli dla pakietu 2, 3, 4, 5 zgodnie z tabelą:

Było:

(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
	Transport butli	Szt.			50/20/12/5			

(...)

Jest:

(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
	Transport butli	Dostawa /kurs						

(...)

3. **Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - Pakiet 1, poz. 2**

Z uwagi na ułatwienie procesu fakturowania, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę jednostki wyceny transportu ciekłego tlenu medycznego, umożliwiając wycenę transportu 1 tony, w następujący sposób:

Z:

2. Transport tlenu ciekłego medycznego: „dostawa” – ilość: 25

Na:

2. Transport tlenu ciekłego medycznego: „tona” – ilość 300

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę w pak 1 poz. 2, dotyczącej zmiany jednostki wyceny transportu ciekłego tlenu medycznego zgodnie z tabelą:

Było:

(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
	Transport butli	Dostawa			25			

(...)

Jest:

(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
2.	Transport tlenu ciekłego medycznego	tona			300			8%

(...)

4. **Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - Pakiet 2, poz. 5**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o poprawę ilości m3 tlenu medycznego w butli 50l 200 bar, w następujący sposób:

Z:

5. Tlen medyczny gazowy, butle stalowe 50l. (10,6 m3) , ciśnienie 200 bar

Na:

5. Tlen medyczny gazowy, butle stalowe 50l. (10,7 m3) , ciśnienie 200 bar

Odp: Tak, Zamawiający poprawi ilość m3 tlenu medycznego w butli 50l., ciśnienie 200 bar zgodnie z tabelą:

Było:
(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
5.	Tlen medyczny gazowy, butle stalowe 50l. (10,6 m3), ciśnienie 200 bar	szt.			24			8%

(...)

Jest:
(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
5.	Tlen medyczny gazowy, butle stalowe 50l. (10,7 m3), ciśnienie 200 bar	szt.			24			8%

(...)

5. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, § 1, ust. 14 oraz Załącznika nr 7 SWZ oraz zapisu V, pkt 1, ppkt 4) SWZ

Z uwagi, że gazy będące przedmiotem dostawy to produkt leczniczy (tlen medyczny) jest dopuszczony do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. spełniają ściśle określone wymagania jakościowe, których spełnienie warunkuje zwolnienie danej serii do sprzedaży. Tak samo jak w przypadku innych leków podmiot odpowiedzialny nie udostępnia nabywcom dokumentu pod nazwą „świadectwo kontroli jakości”. Dokumentem potwierdzającym jakość produktu leczniczego, jest dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terytorium RP. Z kolei dokumentem będącym podstawą do ewidencji sprzedaży gazów, jest dowód dostawy, który potwierdza jej realizację oraz zakres. W związku z tym prosimy o zmianę zapisów:

a) Załącznika nr 3 do SWZ, § 1, ust. 14

Z:

14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z każdą dostawą tlenu medycznego ciekłego, badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości, pod rygorem możliwości naliczenia kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Na:

14. Wykonawca oświadcza, że dostarczany ciekły tlen medyczny spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej oraz posiada dopuszczenie do obrotu na terytorium RP, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. oraz zobowiązuje się do przesłania kopii wymienionych dokumentów, na każde wezwanie Zamawiającego.

b) o zmianę treści Załącznika nr 7 SWZ oraz zapisu V, pkt 1, ppkt 4) SWZ

Z:

4) W przypadku tlenu medycznego ciekłego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. dot. Prawa Farmaceutycznego (Dz. U. z 2021r. poz. 974 ze zm.) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne wyniki badań czystości gazu –świadcstwo kontroli jakości. Wraz z każdą dostawą tlenu medycznego ciekłego w trakcie realizacji umowy wykonawca dostarczy ww. dokumenty.

Na:

4) W przypadku tlenu medycznego ciekłego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. dot. Prawa Farmaceutycznego (Dz. U. z 2021r. poz. 974 ze zm.) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ), że dostarczany ciekły tlen medyczny spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej oraz posiada dopuszczenie do obrotu na terytorium RP, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

Odp: Tak wyraża zgodę. **Zmiana zapisów załącznika nr 3 do SWZ oraz załącznik nr 7 do SWZ.**

Było:

Załącznik nr 3 do SWZ

(...)

§ 1, ust. 14

14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z każdą dostawą tlenu medycznego ciekłego, badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości, pod rygorem możliwości naliczenia kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

(...)

Jest:

(...)

§ 1, ust. 14

14. Wykonawca oświadcza, że dostarczany ciekły tlen medyczny spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej oraz posiada dopuszczenie do obrotu na terytorium RP, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. oraz zobowiązuje się do przesłania kopii wymienionych dokumentów, na każde wezwanie Zamawiającego.

Na żądanie Zamawiającego w terminie realizacji umowy, udostępniemy aktualne i ważne wyniki badań czystości gazu –świadcstwo kontroli jakości w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

(...)

Było:

Załącznik nr 7 do SWZ oraz zapisu V, pkt 1, ppkt 4) SWZ

(...)

W przypadku tlenu medycznego ciekłego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. dot. Prawa Farmaceutycznego (Dz. U. z 2021r. poz. 974 ze zm.) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne wyniki badań czystości gazu –świadectwo kontroli jakości. Wraz z każdą dostawą tlenu medycznego ciekłego w trakcie realizacji umowy wykonawca dostarczy ww. dokumenty.

(...)

Jest:

(...)

W przypadku tlenu medycznego ciekłego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. dot. Prawa Farmaceutycznego (Dz. U. z 2021r. poz. 974 ze zm.) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ), że dostarczany ciekły tlen medyczny spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej oraz posiada dopuszczenie do obrotu na terytorium RP, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001

Na żądanie Zamawiającego w terminie realizacji umowy, udostępnimy aktualne i ważne wyniki badań czystości gazu –świadectwo kontroli jakości w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

(...)

6. **Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - Pakiet 5, poz. Najem butli**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o poprawę pojemności najmowanych butli z 40l, 50l na 5l. Wykonawca uzasadnia prośbę faktem, że argon medyczny dostarczany jest w butlach 5-litrowych.

Odp: W związku z omyłką pisarską, Zamawiający poprawi pojemność najmowanych butli argonu zgodnie z tabelą:

Było:

(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
	Najem butli stalowych 40l., 50l.	butlodzień			3650			8%

(...)

Jest:

(...)

Lp.	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość netto	Cena brutto	stawka VAT %
	Najem butli stalowych 5l. F05/200 bar	butlodzień			3650			8%

(...)

7. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - Pakiet 6, poz. 15.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania ciekłego azotu medycznego do zastosowania w kriochirurgii, krioterapii i krioprezerwacji, który jest zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa?

Odp: Zamawiający potwierdza, że oczekuje ciekłego azotu medycznego, który jest zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa

8. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - Pakiet 6, poz. 16 oraz Załącznik pn. Parametry wymagane dla przewoźnego zbiornika na ciekły azot medyczny.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie możliwości zaoferowania większego zbiornika kriogenicznego na ciekły azot o pojemności użytkowej azotu ciekłego 2962 Nm³, który posiada inne wymiary i parametry, niż opisane w pierwotnym Załączniku nr 2 do SWZ oraz Załącznik pn. Parametry wymagane dla przewoźnego zbiornika na ciekły azot medyczny. Zgodnie z oględzinami przeprowadzonymi podczas wizji lokalnej w dniu 08.01.2025 r., Wykonawca z całą stanowczością potwierdza, że oferowany zbiornik zmieści się na powierzchni przeznaczonej pod montaż zbiornika, którą posiada Zamawiający.

Dopuszczenie większego zbiornika o niższym współczynniku odparowania azotu pozytywnie wpłynie na efektywność dostaw m.in. zmniejszy częstotliwość dostaw, a tym samym pośrednio obniży koszty transportu i logistik oraz zwiększy również konkurencyjność postępowania. Ponadto przedmiotowy zbiornik jest wyposażony w system telemetryczny, co ułatwi Zamawiającemu kontrolę poziomu napełnienia zbiornika.

W przypadku wyrażenia zgody zwracamy się z wnioskiem o opublikowanie zmienionego formularza cenowo - asortymentowego lub wyrażenie zgody na samodzielne naniesienie zmian przez Wykonawcę.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie większego zbiornika kriogenicznego na ciekły azot o pojemności 2962 Nm³ i oczekuje dołączenia do oferty parametrów oraz naniesienia zmian w zał. nr 2 przez Wykonawcę.

9. **Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy, §1, pkt. 3**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminów przewidzianych na realizację dostaw do 72 godzin. Wykonawca podkreśla, że gazy będące przedmiotem zamówienia, to towary zaklasyfikowane jako niebezpieczne, z kolei transport towarów niebezpiecznych wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania rygorystycznych przepisów. Wydłużenie terminów dostaw pozwala na dokładniejsze planowanie tras, unikanie niebezpiecznych warunków pogodowych oraz minimalizowanie ryzyka wypadków. W przypadku wyrażenia zgody Wykonawca zwraca się z jednoczesną prośbą o zmianę treści Załącznika nr 3, §1, pkt 3 w następujący sposób:

Z:3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 48 godzin (za wyjątkiem zamówień złożonych w czwartek piątek – dostawa na poniedziałek do godz. 14.00) od złożenia każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer, e-mail

Na:

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 72 godzin (za wyjątkiem zamówień złożonych w czwartek piątek – dostawa na poniedziałek do godz. 14.00) od złożenia każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer, e-mail

Odp: Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania, należy je uwzględnić przy składaniu oferty.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać nr odpowiedzi wraz z datą modyfikacji).

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ we Wrocławiu

Piotr Strąk

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych