



Poznań, dnia 10.09.2024 roku

Oznaczenie sprawy: TP-73/24

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie podstawowym  
na dostawę lampy operacyjnej wraz z montażem i szkoleniem**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie:**

Ad.12,13 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barwy światła słonecznego Ra 96, i współczynniku odwzorowania barwy czerwonej R9 92?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Ad.17 Czy Zamawiający dopuści lampy w których moduły oświetleniowe wymieniane są przez serwis firmowy bądź autoryzowany? Takie rozwiązanie rekomendowane jest przez producenta jako bezpieczniejsze, gwarantujące stałą wielkość parametrów świetlnych i niezmienną funkcjonalność lampy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ

**Pytanie:**

Ad.18 Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000- 4400-4800K? Parametr wystarczający przy wszelkich zabiegach operacyjnych

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ

**Pytanie:**

Ad.20 Czy Zamawiający dopuści kopułę główną i satelitarną posiadającą funkcję regulacji średnicy pola bezcieniowego realizowaną tylko za pomocą wymiennego uchwytu? Jest to metoda oparta na mechanicznej regulacji parametru, bardzo precyzyjna i praktycznie bezawaryjna.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ

**Pytanie:**

Ad.21 Czy Zamawiający dopuści lampę ze światłem endoskopowym w kolorze zielonym? Jest to długość fali, bardziej przyjazna dla oka ludzkiego, przy kolorze zielonym wzrok szybciej się regeneruje. Poza tym kolor światła Endo nie ma wpływu na funkcjonalność lampy operacyjnej.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ

**Pytanie:**

Ad.23,32 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła posiada uchwyt do pozycjonowania w formie relingu, który zajmuje 75% obwodu czaszy? Reling jest oddalony od kopuły na odległość, która zapewnia swobodny chwyt dłonią oraz bezproblemowe czynności związane z czyszczeniem urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ

**Pytanie:**

Ad.27 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjno-zabiegową ze stopniem ochrony głowicy równym IP=43? Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze stopniem ochrony ramion IP=20? Jest to niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ.

**Odpowiedź:**





Zgodnie z SWZ

**Pytanie:**

Ad.30 Czy Zamawiający dopuści lampę, w której diody osłonięte są szybą ze szkła bezpiecznego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie:**

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

**Odpowiedź:**

UPS na 230V

**Pytanie:**

Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

**Odpowiedź:**

Brak dojścia z kondygnacje powyżej.

