



D.25C/250/707/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ MONITORUJĄCEJ CZYNNOŚCI ŻYCIOWE PROD. MINDRAY W SZPITALACH POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: **D25C/251/N/39-77rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający celem zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, będzie wymagał od wykonawcy udokumentowania posiadania legalnego oprogramowania serwisowego przez producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający celem uniemożliwienia stosowania zamienników będzie wymagał udokumentowania przez producenta sprzętu dostępu do oryginalnych części?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SWZ – Projekt Umowy (zał. nr 5 do SWZ) - § 2 ust. 5, w przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do spełniania przez części zamienne ww wymaganych cech, Zamawiający może zażądać udokumentowania przez Wykonawcę pochodzenia danej części zamiennej, co do której Zamawiający powziął wątpliwość.

3. Zapytanie Wykonawcy:

W instrukcjach serwisowych producenta oprócz wymienionych filtrów, zestawów serwisowych itp. zalecane są wymiany oryginalnych akumulatorów. Czy zamawiający będzie wymagał spełnienia tych zapisów i wymian oryginalnych akumulatorów zgodnie z interwałami wymian w danych urządzeniach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SWZ załącznik nr 8 do SWZ Wykonawca jest zobowiązany m.in. do wymiany materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, bezpieczników itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta, będzie wymagał od wykonawcy bezpłatnego wykonania podczas przeglądów wszystkich aktualnych akcji korekcyjnych producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Czy dostarczenie na czas przedłużającej się naprawy urządzenia zastępczego umożliwi nie naliczanie kar umownych za tą zwłokę? Pozwoli to na szybsze wstawianie urządzenia zastępczego i ciągłą pracę oddziału, gdy tylko wykonawca otrzyma informację o możliwym opóźnieniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe regulują zapisy SWZ – Projekt Umowy (zał. nr 5 do SWZ) - § 6 ust. 19.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zapis wymogu posiadania posiada co najmniej ważnego szkolenie certyfikowanego upoważniającego do wykonywania przeglądów i napraw będących przedmiotem niniejszego postępowania określa posiadanie takiego certyfikatu uzyskanego od producenta danego modelu urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe zostało szczegółowo opisane w rozdz. XVII SWZ.



znak: D25C/251/N/39-77rj/24

7. Zapytanie Wykonawcy:

Posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 na serwis wyrobów medycznych gwarantuje najwyższą jakość usługi. Czy zamawiający będzie wymagał posiadania takiego certyfikatu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr Monika Klause