



Poznań, dnia 03.09.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-64/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawów laparoskopowych – 5 szt. wraz z montażem i szkoleniem**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Pytanie nr 1.

Prosimy o ujednoczenie rozbieżności między treściami Załącznika nr 4 do SWZ - Wzoru umowy § 4 pkt 2

Zakres
.....
Montaż/instalacja
Szkolenie

oraz Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego

Zakres
.....
Montaż/instalacja/aplikacja
Szkolenie

na:

Zakres
.....
Montaż/instalacja
Szkolenie

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie:

Pozycja 22

Zamawiający wymaga:

Kompletne narzędzie laparoskopowe, w całości metalowe, wytrzymałe. Jednocześnie z uszczelką. Narzędzie z blokadą dolną i systemem kontroli docisku. Końcówka robocza okienkowa, wyposażona w podwójne zęby chwytne – 2x3 zęby. Śr. 5 – 5,5 mm, dł. 420 - 440 mm

Czy zamawiający dopuści:

Kompletne narzędzie laparoskopowe, w całości metalowe, wytrzymałe. Jednocześnie bez uszczelki. Narzędzie z systemem kontroli docisku. Końcówka robocza, wyposażona w zęby chwytne – 1x1 zębów. Śr. 5 – 5,5 mm, dł. 420 - 440 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

