



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448 BDO: 000150922  
tel. 571 334 686  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 6/ZP/2025  
DZP/94/2025

Zgorzelec, dnia 19.02.2025r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

#### Dotyczy przetargu na: Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz innych niezbędnych materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora z UPS i drukarką na okres 36 miesięcy 2.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

#### **(ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Pytanie 1 dot. załącznika nr 5 do SWZ tj. projekt umowy § 8 ust. 8**

Wnosimy o wykreślenie zapisu gdyż producent nie wystawia wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia, a sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej.

**Odp. Zamawiający wyraźnie zaznaczył w § 8 ust. 8, że zapis ma zastosowanie w sytuacji „jeżeli dotyczy”, nie ma zatem konieczności usuwania go z umowy.**

##### **Pytanie 2 dot. załącznika nr 5 do SWZ tj. projekt umowy § 8 ust. 8**

W przypadku gdy oferowane urządzenie nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia oświadczenia producenta, ze względu na to, iż producent nie wystawia takiego oświadczenia?

**Odp. Zamawiający wyraźnie zaznaczył w § 8 ust. 8, że zapis ma zastosowanie w sytuacji „jeżeli dotyczy”, nie ma zatem konieczności odstępowania od wymogu.**

##### **Pytanie 3 dot. załącznika nr 4 do SWZ, Tabela 2, pkt. 9**

Czy w punkcie 9 Zamawiający uzna za spełnienie warunku granicznego możliwość specjalnego oznaczenia próbek kontrolnych oraz ich filtrowania w oprogramowaniu?

**Odp. Pytanie bezprzedmiotowe, pkt. 9 dotyczy flagowania wyników patologicznych i ich wydruków a nie oznaczania próbek.**

##### **Pytanie 4 dot. załącznika nr 2 do SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli, aby wskazać w formularzu cenowym zalecaną przez producenta w metodyce częstotliwość kalibracji i kontroli albo czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu, jeśli zostanie dołączona do oferty metodyka z zalecanymi przez producenta częstotliwościami kalibracji i kontroli?

**Odp. Zamawiający za spełnienie wymogu uzna dołączenie do oferty metodyki z zalecanymi przez producenta częstotliwościami kalibracji i kontroli.**

##### **Pytanie 5 dot. załącznika nr 2 do SWZ**

Czy Zamawiający wymaga dodania do podanych ilości oznaczeń liczbę testów potrzebnych na kontrole i kalibracje?

**Odp. Zamawiający nie wymaga dodania do podanych ilości oznaczeń liczby testów potrzebnych na kontrole i kalibracje. Zamawiający jako „Przewidywaną ilość oznaczeń” zaznaczył, że jest to łączna ilość badań, kalibracji i kontroli.**

##### **Pytanie 6 dot. projektu umowy § 7 ust. 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w taki sposób, aby obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy ciążył na Dzierżawcy, a nie jak dotychczas na Wydierżawiającym, a tym samym na modyfikację zapisu na:

„Przedmioty dzierżawy pozostają przez cały czas trwania umowy własnością Wykonawcy. Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczania przedmiotów dzierżawy na czas obowiązywania niniejszej od kradzieży i od zdarzeń losowych na własny koszt”?

Uzasadnienie: To na Zamawiającym leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wykonawca nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ są mu znane warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To Zamawiający będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy. Zgodnie

bowiem z art. 705 KC „Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7 dot. projektu umowy § 2 ust. 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie ewentualnej kary i modyfikację zapisu na:

„Dostarczenie towaru oznacza również jego rozładunek wraz ze wstawieniem do wskazanego pomieszczenia. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawiający samodzielnie dostarczy go do wskazanego pomieszczenia na koszt Wykonawcy, czego następstwem będzie wystawienie noty obciążeniowej za wykonanie usługi transportowej w wysokości 2,5% wartości brutto dostarczanego towaru.”?

Uzasadnienie: Wskazana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako taka może podlegać miarkowaniu przez sąd. Kara ta jest zbyt dolegliwa również dlatego, że jest nakładana za czynności firmy zewnętrznej pozostające całkowicie poza faktyczną kontrolą Wykonawcy, o których to karach ani osoby realizujące czynności ani firma wykonująca dostawy nie mają wiedzy, a miejsce dostawy jest określone poprzez wskazanie adresu bez szczegółowego określenia pomieszczenia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8 dot. projektu umowy § 2 ust. 12 lit. c**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „dostarczenia towaru ze zwłoką przekraczającą każdorazowo co najmniej 4 dni robocze”?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu, jednocześnie zmieniając zał. nr 5 do SWZ tj projekt umowy w § 2 ust. 12 lit. c.**

**Pytanie 9 dot. projektu umowy § 9 ust. 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary i modyfikację zapisu na:

„Niezależnie od roszczeń wymienionych w §2 ust. 19, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 2 000,00 PLN za każde naruszenie obowiązku informacyjnego określonego w §2 ust. 17, z możliwością dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10 dot. projektu umowy § 8 ust. 11**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Czas reakcji na zgłoszenie w dni robocze do 12 godz., wymagany dostęp zdalny. Jeśli jest wymagana naprawa w miejscu użytkownika - wymagany czas naprawy do 72 h”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**(ZAPYTANIE NR 2)**

**Pytanie 1 dot. załącznika nr 2 do SWZ tj. formularz cenowy poz. 11**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 11 (test diagnostyczny) z Pakietu zbiorczego w celu utworzenia z niej odrębnego pakietu bądź umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje Pakietu zbiorczego? Asortyment wyspecyfikowany w Pakiecie zbiorczym jest różnorodny i nie jest wzajemnie ze sobą powiązany. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie ogranicza konkurencję i spowoduje wzrost cen ofert przetargowych.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.**

**W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający informuje, iż modyfikacji uległy następujące dokumenty:**

- a) **6\_ZP\_2025\_Załącznik nr 5 do SWZ PROJEKT UMOWY\_ZMIANA 1**

Z poważaniem,

**Z upoważnienia Dyrektora  
Agnieszka Śniadała**

**Karina Suttor**

**Specjalista ds.  
Zamówień Publicznych**

**Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

Dedykowana Platforma Zakupowa <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1054105>

- 1)  
2) A/a

Sprawę prowadzi: Karina Suttor  
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.p