



ZP.261.04.2024

Łębork, dn. 30.08.2024 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-7c7dfc92-3ace-11ef-b37c-4e696a6d8c25

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Łęborku – dostawę sprzętu medycznego**”.

Znak sprawy: ZP-PN/UE/04/24.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Część nr 3

1. Poz. nr 16 - Czy Zamawiający dopuści ssak ze zbiornikiem na wydzieliny o pojemności 700 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Poz. nr 71 – Czy Zamawiający dopuści aparat z jednoczasową prezentacją na ekranie pętli referencyjnej i 5 kolejnych pętli oddechowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Poz. nr 90 – Czy Zamawiający będzie wymagał kardiomonitora z zapisem trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 150 godzin z rozdzielczością 1 min oraz rozdzielczością 1 sekundy w przypadku ostatniej godziny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Część nr 12

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokość w zakresie min. 87–125 cm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający zrezygnuje w konieczności montaż, uruchomienia i szkolenia w zakresie dostawy wózka transportowo - kąpielowego?

Odp. Tak, pod warunkiem, że dostarczony wózek transportowo-kąpielowy będzie gotowy do użycia i nie wymagający montażu.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty zmian i modyfikacji wprowadzonych wszystkimi wyjaśnieniami treści SWZ. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiedniej zmiany oraz zaznaczenia jej źródła (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).