



Dział Zamówień Publicznych  
Postępowanie numer: KA-CZL-DZP.261.2.104.2024

Wrocław, 21.11.2024 r.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**Dotyczy postępowania: na dostawę łaźni ultradźwiękowej (homogenizator ultradźwiękowy, Sonicator) dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.**

Zamawiający, przekazuje poniżej treść zapytania (zachowano oryginalną treść pytania), które wpłynęło do Zamawiającego i udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Zamawiający wskazał sonotrodę o średnicy 20 mm. Proszę o zweryfikowanie średnicy, dla objętości 20mm, objętość mieszanej cieczy to 100-1000 mL, z kolei dla sonotrody o średnicy 22mm, objętość mieszanej cieczy to 200-1200 mL. W związku z powyższym, proszę o określenie czy Zamawiający na pewno oczekuje sonotrody 20 mm, czy 22 mm , czy może dwóch sonotrod: 20 mm i 22mm ?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający oczekuje sonotrody wraz z urządzeniem o średnicy 20 mm.**

**Sporządziła: Joanna Chodzińska-Strączak**  
Specjalista Działu Zamówień Publicznych

**Zaakceptował: Jakub Wesółowski**  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych