

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych
tel. 41 36 74 280

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: zampubl@onkol.kielce.pl / justyna.magdziarz@onkol.kielce.pl

IZP.2411.43.2025.JM

Kielce, dn. 04.03.2025 r.

WSZYSZY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania na zakup wraz z dostawą podłoży mikrobiologicznych do posiewu krwi i płynów ustrojowych (metoda automatyczna) wraz z dzierżawą aparatu oraz innych odczynników, testów do diagnostyki mikrobiologicznej dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie 7 w poz 1 dopuszcza wymazówkę o wymiarach 12x155?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 7 w poz 5 wymaga pojemników pakowanych zbiorczo czy pojemników pakowanych indywidualnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojemników pakowanych indywidualnych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie 7 w poz 6 dopuszcza pipety sterylne pakowane po 5 szt? Czy wymaga pipet sterylnych pakowanych indywidualnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pipety sterylne pakowane po 5 szt.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie 7 w poz 7 i 8 dopuszcza ezy pakowane w blistry typu papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pakiecie 7 w poz 10 dopuszcza płytki 150mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pakiecie 7 w poz 11 dopuszcza probówki o wymiarach 12x86? Prośbę swoją motywujemy tym iż probówki o pojemności 12x92 zostały wycofane przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pakiecie 7 w poz 15 dopuści próbki bez zamknięcia typu Safe-Lock, ale z solidnym zatraskowym wieczkiem, w którym przypadkowe otwarcie nie jest możliwe? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek wraz z ofertą dla pakietu nr 7 i możliwość ich dostarczenia na wezwanie Zamawiającego od oferenta z najkorzystniejszą punktacją cenową.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż nie wszystkie produkty z przetargu posiadamy na stanie magazynowym, są one zamawiane pod konkretne zamówienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej umieszczając w Załącznik do pakietu nr 6 : testy do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) metoda rozcieńczeniową punktu nr 5 w brzmieniu: „Każde 50 szt. krążków w oryginalnym opakowaniu-fiolce, fiolka umieszczona w oddzielnym zgrzanym rulonie zawierającym zintegrowany pochłaniacz wilgoci.” Produkty opisane w Formularzu cenowym w Pakiecie 6 nie są produkowane pod postacią krążków, nie są również pakowane w fiolki i przytoczony opis nie ma w ich przypadku zastosowania. W związku z powyższym wnosimy do Zamawiającego o wykreślenie punktu nr 5 z Parametrów Granicznych dla Pakietu 6.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 modyfikuje zapisy SWZ poprzez wykreślenie punkt nr 5 z Parametrów Granicznych dla Pakietu nr 6. W załączeniu aktualny dokument.

Pytanie 11

Pakiet 5, Załącznik nr 2a tabela PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA DO POSEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH pkt. 24 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu na: „Zapewnienie ciągłości pracy aparatu. W przypadku awarii, która nie może być usunięta w ciągu 7 dni roboczych udostępnienie innego egzemplarza aparatu na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż oferowany, na koszt Oferenta.”? Zgodnie z zapisami umowy zał. 5A do SWZ, §7 ust. 6

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Pakiet 5, Załącznik nr 2a tabela PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE PODŁOŻY pkt 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktów z minimalnym terminem ważności 4-6 miesięcy od daty dostarczenia?

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na termin krótszy niż 6 miesięcy pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia z Zakładem Mikrobiologii Klinicznej ŚCO.

Pytanie 13

Pakiet 5, Załącznik nr 2a tabela PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE PODŁOŻY pkt 15 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu na „Możliwość realizowania zamówień pilnych w ciągu 48 godzin w dni robocze”? Będzie to zgodne z zapisami umowy §2 ust. 3

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 modyfikuje zapisy SWZ poprzez modyfikację punktu nr 15 z Parametrów Granicznych dla Pakietu nr 5. W załączeniu aktualny dokument.

Pytanie 14

Pakiet 5, dot. formularza asortymentowo-cenowego: Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tabeli asortymentowo -cenowej o kolumnę z ceną netto za opakowanie, z racji tego, że na fakturze podawana jest cena netto za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 modyfikuje zapisy SWZ poprzez modyfikację tabeli asortymentowo - cenowej w zakresie Pakietu nr 5. W załączeniu aktualny dokument.

Pytanie 15

Dot. Pakiet nr 5 tabela asortymentowa – Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie podłóż po 100 sztuk w opakowaniu? Wykonawca nie ma możliwości podzielenia opakowania na mniejszą ilość. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie oraz terminy ważności podłóż, jest bardzo niskie ryzyko niewykorzystania ich w terminie przydatności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 16

§2 ust. 4 oraz SWZ rozdz. III pkt 2 w odniesieniu do pakietu 5– Czy Zamawiający wyraża zgodę rezygnację z komunikacji przy użyciu faksu i modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamówienia na poszczególne ilości towaru przesyłane będą na adres e-mail”?

Uzasadnienie: W dobie elektronizacji Wykonawca zrezygnował z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 modyfikuje zapisy SWZ poprzez modyfikację projektu umowy. W załączeniu aktualny dokument.

Pytanie 17

§4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby upoważnionej. Termin zapłaty winien być wpisany na fakturze VAT. Na fakturze należy podać nr i datę umowy lub numer zamówienia”?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 modyfikuje zapisy SWZ poprzez modyfikację projektu umowy. W załączeniu aktualny dokument.

Pytanie 18

§5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W razie stwierdzenia wady przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji złożonej emailem na adres:”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

§5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zawiadomienie o reklamacji, niezwłocznie po ich ujawnieniu, zostanie przesłane na email na adres: Wykonawcy oraz potwierdzone telefonicznie na numery kontaktowe określone w ofercie Wykonawcy”?

Uzasadnienie: W dobie elektronizacji Wykonawca zrezygnował z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 modyfikuje zapisy SWZ poprzez modyfikację projektu umowy.

W załączeniu aktualny dokument.

Pytanie 20

§7 ust. 3 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„jeżeli Wykonawca trzykrotnie w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy dostarczy towar złej jakości, ilości lub nieterminowo z tym, że zwłoka w dostawie musi każdorazowo przekraczać co najmniej 3 dni robocze,”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21-umowa dzierżawy

§3 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostarczenie analizatora do 8 tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22 umowa dzierżawy

§3 ust. 11 – Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej w tym w szczególności zapisanych na przenośnym nośniku pamięci lub płycie CD?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23 umowa dzierżawy

§7 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z komunikacji przy użyciu faksu i modyfikację postanowienia umownego na:

„Usunięcie awarii urządzeń będzie odbywać się siłami Wyzierżawiającego, na jego koszt i ryzyko, w terminie 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia awarii przez Dzierżawcę e-mailem na adres:, a w przypadku sprowadzania części z zagranicy do 7 dni roboczych. Za awarię uważa się każdą nieprawidłowość w funkcjonowaniu urządzeń”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 modyfikuje zapisy SWZ poprzez zmianę projektu umowy Dzierżawy. W załączeniu aktualny dokument.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak