



DZP/433/IM/2024

Tychy, 18.09.2024r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne pn. :

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów szpitala Megrez Sp. z o. o.
Nr postępowania: 23/24/ZP/PN

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 a, Pakiet nr. 6 - stacja DICO 49" - Otolaryngologia - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stację wyposażoną w składaną, ze szklaną powłoką klawiaturę medyczną zintegrowaną z touchpad'em?

Klawiatura taka spełnia wymogi pracy na salach operacyjnych pod względem norm medycznych i zabezpieczeń przed wnikaniem kurzu / wody, a także preparatów do dezynfekcji i czyszczenia. Takie rozwiązanie jest lepszym od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 8

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania Pojedynczy zasilacz regulowany opasek zaciskowych o parametrach nie gorszych (niektóre lepsze) wg poniższej charakterystyki:

Lp.2 Ciśnienie pracy zasilacza: 2-10 barów (**200-1000kPa**) wobec wymaganych w SIWZ : 400kPa,

Lp.3 Ciśnienie wyjściowe **0-600mmHg** wobec wymaganych w SIWZ 0-500mm Hg,

Lp.5 Wymiary **14 x 21x 18 cm** wobec wymaganych w SIWZ wymiarów: 20,5 x 21 x 16cm

Lp.8 Kompatybilna z innymi zasilaczami,

-Stożkowa Opaska zaciskowa na udo, **wymiary robocze dł. x szer. /zakres stosowania 61x12cm lub 76x12cm** do wyboru, wobec wymaganych w SIWZ wymiary długość szerokość całkowita 140x13,5cm, - zakres stosowania **38-58cm**,

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 132 867 750,00 zł



Lp.8 Kompatybilna z innymi zasilaczami,

-Opaska zaciskowa na ramię **wymiary robocze dł. x szer. /zakres stosowania 61x12cm lub 76x12cm** do wyboru, wobec wymaganych w SIWZ wymiary- długość szerokość całkowita 64x13cm, zakres stosowania **25-40cm** ?

Zdjęcie poglądowe mankietów zaciskowych



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy pakiety nr 15

Prosimy o dopuszczenie ciepłarki laboratoryjnej na zasadzie równoważności w zakresie pkt. 1-22 o poniższych parametrach:

1. Rozprowadzanie ciepła za pomocą konwekcji i kondukcji
2. Obudowa z płyty PWC zapewniająca izolację termiczną
3. Komora grzewcza wyposażona w przezroczystą pokrywę i automatyczne zamykanie
4. Mikroprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury
5. Pasek stanu informujący o aktualnym stanie urządzenia
6. Cyfrowy wyświetlacz z czytelnymi wartościami temperatury zadanej i rzeczywistej
7. Opcjonalne wyświetlanie zegara, tryb nocny, automatyczna regulacja jasności
8. Dwa tryby pracy: manualny i automatyczny z harmonogramem dni tygodnia
9. Wentylator wymuszający obieg powietrza w komorze
10. Dezynfekowanie wnętrza przez oświetlenie UV-C
11. Programowalne oświetlenie wewnętrzne komory
12. Możliwość zewnętrznej kalibracji obwodów grzejnych urządzenia
13. Porty w obudowie do opcjonalnego monitorowania i rejestracji temperatury
14. Dźwiękowy alarm sygnalizujący otwarcie komory dłużej niż minutę
15. Wizualny alarm sygnalizujący otwarcie komory
16. Temperatura kontrolowana przez dwa niezależne obwody pomiarowe
17. Automatyczne przypomnienie o konieczności przeglądu
18. Pamięć błędów, test systemu przy uruchomieniu
19. Bezgłośnie praca w trybie ciągłym
20. Temperatura wnętrza komory: 28-70°C (dwa zakresy: I 28-41°C, II 42-70°C)
21. Pobór mocy komory roboczej w trybie aktywnym: 200 W
22. Pobór mocy komory roboczej w trybie czuwania: 6 W
23. Pojemność komory roboczej: 44 L
24. Ilość komór roboczych: 1
25. Napięcie nominalne: 220-250 V AC
26. Częstotliwość: 50-60 Hz
27. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: 1
28. Klasa urządzenia medycznego: I
29. Oznakowanie CE
30. Wymiary urządzenia 510 x 370 x 380 mm
31. Waga: 19 kg



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Pakietu nr 7– Aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii i magnetoterapii

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna spełniający SWZ aparat o poniższych parametrach technicznych?

1.	Kolorowy ekran dotykowy 5.7"
2.	Gotowe programy terapeutyczne i encyklopedia terapii
3.	Baza danych pacjentów
4	Wymiary 230 x 390 x 260 mm
5.	Waga urządzenia: 5kg
6.	Zasilanie: 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz
7.	<p>Laseroterapia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tryb pracy – ciągły i impulsowy - dawka – 0.1-100 J/cm² - częstotliwość – 0-10 000 Hz - powierzchnia zabiegowa – 0.1 -100 cm² - współczynnik wypełnienia 5-100% - klasa lasera 3B
8.	<p>Magnetoterapia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres częstotliwości – 0-166 Hz - maksymalna indukcja impulsowa – 128 mT - Technologia Skoncentrowanego Pola Magnetycznego - FMF™ (Focused Magnetic Field™) - Technologia Impulsowego Pola Magnetycznego (PMF - Pulsed Magnetic Field): impulsy prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalne i ciągłe
9.	<p>Elektroterapia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełna gama prądów o niskich i średnich częstotliwościach z możliwością modyfikacji - programowalne sekwencje - tryb prądu stałego i stałego napięcia - aparat 1-kanałowy - generowane prądy: <ul style="list-style-type: none"> • Galwaniczny • Diadynamiczne • Träberta • Faradyczny • Neofaradyczny • Rosyjska stymulacja • Impulsy ze wzrostem

	<ul style="list-style-type: none"> • Eksponencjalnym • Impulsy prostokątne • Impulsy ze wzrostem eksponencjalnym • Impulsy stymulujące • Impulsy trapezoidalne • Impulsy trójkątne • Impulsy łączone • TENS • NPHV • Sekwencje • 2-polowa interferencja
10.	Akcesoria: lewy i prawy uchwyt do sond laserowych, 2 kable przedłużeniowe do aplikatorów do magnetoterapii, pen-pointer do obsługi ekranu dotykowego, przewód
11.	Wyposażenie dodatkowe: - Sonda laserowe 400 mW; - Sonda prysznicowa 200 mW; - okulary ochronne; - sonda laserowa punktowa 50 mW

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Wszystkie pozostałe parametry muszą być zgodne z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1a.

Pytanie 5

Pytanie 1–Dotyczy pakietu nr 11

Czy zamawiający dopuści również panel o poniższych parametrach:

Wyświetlacz 1280 x 1024 x 17" XGA

Maksymalna jasność 200 cd/Vm²

Odległość robocza 2m – 7 m (krok co 0,1 m)

Wykres dla słabowidzących 0,4 m – 1,5 m co 0,1 m

Optotypy standardowe – E Snellen'a, C Landoltd'a, cyfry, dziecięce, obrazki Allen (z efektem grupowania i bez)

Optotypy specjalne – ETDRS, badanie czułości kontrastowej, Ishihara, cylinder skrzyżowany, badanie astygmatyzmu, test Worth'a, balans dichromatyczny, test Schober'a, optotypy dla słabowidzących etc.

Maskowanie – Jeden znak, jeden wiersz, jedna kolumna, maska czerwono-zielona, zmiana tła i kontrastu

Zasilanie – 100-240V AC,60/50Hz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy - Rozdziału VIII punktu 3 do SWZ

(posiadania umowy szkoleniowej w ośrodku referencyjnym wykonującym zakres zabiegów działającego minimum 6 miesięcy):

Zwracamy się z próbą o odstąpienie od powyższego wymogu w zakresie pakietu nr 11 z uwagi na fakt , że nasi kontrahenci nie wymagają umów szkoleniowych w ramach dostarczanego im sprzętu tylko szkolenia z obsługi danego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania umowy szkoleniowej w ośrodku referencyjnym wykonującym zakres zabiegów działającego minimum 6 miesięcy.

Pytanie 7

Zapytania do w/w postępowania, dot. Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy :

1. Czy Zamawiający zmieni §5 :
 - a. ust. 2 pkt 1 poprzez jednoznaczne dookreślenie, iż kara umowna jest naliczana od niedostarczonego towaru, a nie od całości wartości umowy określonej w §3 ust. 1
 - b. ust. 2 pkt 3 poprzez jednoznaczne dookreślenie, iż kara umowna jest naliczana od niedostarczonego towaru, a nie od całości wartości umowy określonej w §3 ust. 1?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłyby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Pytanie 1a)

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia dla zmiany z uwagi, że §5 ust.2 pkt 1) zwiera zapis o naliczeniu kary od niedostarczonej części przedmiotu umowy.

Kara będzie naliczana od wartości całego pakietu w przypadku, gdy poszczególne elementy stanowią całość, która kompletna może być użytkowana przez Zamawiającego.

Kara będzie naliczana od poszczególnej pozycji, gdy nie stanowi całości wraz z innymi pozycjami.

§5 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

Pytanie 1b)

Zamawiający wyraża zgodę na dookreślenie i proponuje zapis §5 ust. 2 pkt 3): za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady lub wymiany Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 4, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto należnego za część przedmiotu umowy, której usunięcie wady/wymiana dotyczy, o którym mowa w §3 ust. 1.

Kara będzie naliczana od wartości całego pakietu w przypadku, gdy poszczególne elementy stanowią całość, która kompletna może być użytkowana przez Zamawiającego.

Kara będzie naliczana od poszczególnej pozycji, gdy nie stanowi całości wraz z innymi pozycjami.

Pytanie 8

Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Zapisy 8 ust. 1 odnoszą się do szczególnych sytuacji, których wystąpienie nie jest przewidywane i oczekiwane dla którejkolwiek ze stron.

Pytanie 9

Czy w Pakiecie nr 11 Zamawiający dopuści wyświetlacz optotypów LCD o przekątnej: 24", jasności tła 200cd/m², odległości projekcyjną 2-7m, sterowany pilotem, z wbudowanym komputerem, z testami: kontrastowe, optotypy literowe, optotypy dziecięce (rysunki), cyfry, haki, (E) Snellen, pierścienie Landolta, test czerwono-zielony, astygmatyzmu, punkt fiksacyjny, test cylindra krzyżowego, solniczki, kontrast, testy kontrastowe, test Amslera, Ishihara, maski pojedyncze, pionowe, poziome, podkreślenie, maska: czerwono-zielona, test Wilczka, test dla głuchoniemych, animacje, test HOTV, crowding bars, obrazki 3D, schematy anatomiczne - wg poniższego zestawienia:

- litery: Sloan, Snellen , Cyrylica
- Symbole: Standard , Allen, Rączki, HOTV, HYVA, Symbole
 - Cyfry: Standard, Cyfry1, Cyfry2, Digital
 - E Snellen
- Pierścienie Landolta
 - Tablica ETDRS 1
 - Tablica ETDRS 2
 - Tablica ETDRS R
 - Tablica ETDRS, rewizja 2000 C1
 - Tablica ETDRS, rewizja 2000 C2
 - Tablica ETDRS, rewizja 2000 C3
 - Tablica Snellena
 - Tablica Bailey-Lovie
 - Snellen Osterberga
 - Testy dla niesłyszących
 - Crowding bars

Testy czerwono-zielone:

Test Schobera, Test czerwono-zielony, Test Wortha, Test Four dot , Test hakowy pionowy, Test hakowy poziomy, Stereo, Niezgodność fiksacji

Inne testy:

Test kontrastowy, 100 Hue, D15 saturated, D15 desaturacja, FAN and Block, Testy dla kierowców, Obrazki dla dzieci, Animacje, SIRDS - Single Image Random Dot Test, Test Ishihary

Maski: pojedyncza, pozioma, pionowa, czerwono-zielona, podkreślenie

Komunikacja, raporty, multimedia:

Wideo, manager raportów, raporty, WiFi, komunikacja z iPad, druk raportów, pokaz slajdów, randomizacja

Czarno-białe:

Cross grid, Cross grid (white), Grid (children), Cross cylinder, Cross cylinder (white), Astigmatism green, Astigmatism Snellen, Fixation point, Amsler

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Umowa § 5 ust. 2 pkt. 1

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,2 % wynagrodzenia umownego netto należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 11

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu z pakietu 12. Oferowane reduktory próżni są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu z pakietu 12.

Pytanie 12

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o zgodę na realizację potencjalnej dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie sprzętu z pakietu 12, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od postawionego wymogu.

Pytanie 14

(dot. zał. nr 1a – pakiet 1) Prosimy o potwierdzenie, że ilości poszczególnych części składających się na zestaw laparoskopowy 4K ICG- 2 zestawy, podane w poz. 1 - 86 to ilości już dla 2 zestawów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podane ilości są przewidziane dla 2 zestawów.

Pytanie 15

(dot. zał. nr 1a – pakiet 1) Czy w załączniku nr 1a, pakiet 1 poz. 73. „Pompa ssąco płucząca” nie nastąpiła omyłka w ilości wymaganych zestawów? W formularzu asortymentowo-cenowym, zał. nr 2, pakiet 1 Zamawiający w poz. 7 podaje ilość – 2 zestawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o omyłce i dokonuje zmiany w załączniku nr 1a, pakiet 1 poz. 73 - „Pompa ssąco płucząca” 2 zestawy.

Pytanie 16

(Dotyczy pakietu nr 2) Czy nie nastąpiła omyłka w załączniku nr 1a do SWZ? Zamawiający nie zamieścił parametrów technicznych do pakietu nr 2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do pakietu nr 2 nie ma załącznika nr 1a. Nie jest to omyłka, a parametry techniczne zostały opisane w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany w pakiecie 1, 2 i 3 przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/2024? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty dostawy/installacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1- Laparoskop 4K ICG, niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: wózka endoskopowego, uchwytu butli, uchwytu kamery i wysięgnika na płyny, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 19

(dot. wzoru umowy §2 ust. 5 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla pakietu 1, 2 i 3 na dostarczenie do dostawy zamiast „pełnej dokumentacji technicznej” instrukcji obsługi oraz instrukcji dekontaminacji / reprocusu dla danego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20

(dotyczy pakietu 1, 2 i 3) Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy §4 ust. 19 na następującą treść:

„19. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu autoryzowanemu serwisowi ~~osobie trzeciej~~ na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowego wezwania, z zastrzeżeniem ust. 8.”

W trakcie trwania gwarancji zalecane jest korzystanie z serwisu autoryzowanego, korzystanie z innych, nieautoryzowanych serwisów powoduje utratę gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie 21

(dotyczy pakietu 1, 2 i 3) Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy §4 ust. 8 zwrotu „lub zużycia w szczególności” i zmianę w/w zapisów na następującą treść:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów podzespołów lub zespołów elementów przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu ~~lub zużyciu w szczególności~~ z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych, na własny koszt.”

Zużycie, zwłaszcza narzędzi, jest naturalnym procesem występującym w trakcie użytkowania narzędzi i nie podlega naprawom lub wymianom gwarancyjnym. Narzędzia niesprawne w wyniku zużycia podlegają wymianie na podstawie odrębnych ofert cenowych.

Ponadto użycie zwrotu „w szczególności” pozostawia otwartą listę roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji, np. uznania gwarancji w przypadku uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, przyczyn zewnętrznych czy zdarzeń losowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie 22

(dotyczy pakietu 1, 2 i 3) Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów.

Pytanie 23

(dotyczy pakietu 1, 2 i 3) Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) i jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 odstąpi od konieczności wykonywania przeglądów w okresie gwarancji? Rzeczony pakiet dotyczy instrumentów oraz optyk niewymagających specjalnych corocznych przeglądów technicznych oraz posiadania indywidualnego paszportu technicznego. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu oraz funkcjonalności optyk i narzędzi przed każdym użyciem oraz do bieżącej konserwacji. W sytuacji wykrycia nieprawidłowości lub wątpliwości dotyczących stanu optyki lub narzędzia wówczas należy skontaktować się serwisem.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od konieczności wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

Pytanie 25

dot. wzoru umowy §5 ust. 2 pkt. 1) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie z 0,5% do 0,2%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 26

(dotyczy pakietu 1, 2 i 3) Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie jeśli wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takiej samej funkcjonalności?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądu technicznego i kontroli stanu technicznego sprzętu objętego w pakiecie 12 przez okres gwarancji. Producenci urządzeń

opisanych w w/w pakiecie nie wymagają serwisów, konserwacji i przeglądów wykonywanych przez dystrybutora. Zalecają jedynie kontrole przez użytkownika sprzętu. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od postawionego wymogu w zakresie pakietu nr 12.

Pytanie 28

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający odstąpi od wymogu diagnostyki, naprawy i zachowania gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego w pakiecie 12. Utrzymanie ciągłej gotowości wiąże się z dodatkowymi kosztami, które mogą wpłynąć na ostateczną cenę. Zachowanie gotowości sprzętu wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia dodatkowego pracownika, wyłączenie na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Z uwagi na nieprzewidywalny charakter występowania usterek i wad sprzętu, a także zmienność kosztów dojazdu serwisanta, Wykonawca nie jest w stanie precyzyjnie oszacować kosztów związanych z utrzymaniem ciągłej gotowości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje od od wymogu diagnostyki, naprawy i zachowania gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego w pakiecie 12.

Pytanie 29

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptują dostawę towaru w pakiecie 12 za pośrednictwem firmy kurierskiej bez montażu, podłączenia, uruchomienia, kalibracji oraz szkolenia? Warto zauważyć, że regulatory próżni nie są urządzeniami skomplikowanymi w obsłudze i wykwalifikowany personel szpitala nie wymaga dodatkowych szkoleń w zakresie ich obsługi. Na podstawie dostarczonych instrukcji obsługi, wykwalifikowany personel medyczny jest w stanie samodzielnie zamontować, sprawdzić i użytkować urządzenia. Ponadto usługa montażu sprzętu i przeszkolenia pracowników znacznie zwiększy cenę jednostkową sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptują dostawę towaru w pakiecie 12 za pośrednictwem firmy kurierskiej z zachowaniem pozostałych wymogów.

Pytanie 30

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptują dostawę towaru w pakiecie 12 za pośrednictwem firmy kurierskiej bez obecności Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu zdawczo- odbiorczego? Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptują dostawę towaru w pakiecie 12 za pośrednictwem firmy kurierskiej z zachowaniem pozostałych wymogów.

Pytanie 31

Prosimy Zamawiającego o zgodę na naprawę gwarancyjną nie wynikającą z uszkodzeń mechanicznych w siedzibie Wykonawcy- dotyczy pakietu 12. Koszty transportu urządzenia, który wymaga usunięcia usterki/ wad nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych w obydwie strony pokrywałby Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy zapis dot. „dostaw na cito” w SWZ obejmują zakres postępowania?- dotyczy zadania 12

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że „dostawa na cito” nie obejmuje zakresu postępowania. Czas dostawy zgodnie z warunkami umowy max 8 tygodni.

Pytanie 33

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego, jeśli zakres ma obejmować „dostawy na cito” czy w przypadku „dostaw na cito” zamówienia będą składane przez Zamawiającego w godzinach roboczych? Z doświadczenia Wykonawcy standardowo w praktyce przyjmuje się, że godziny robocze obejmują godziny od 8.00 do 16.00 w każdym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Prosimy o uszczegółowienie zapisu umieszczonego w SWZ- dotyczy zadania 12

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że „dostawa na cito” nie obejmuje zakresu postępowania. Czas dostawy zgodnie z warunkami umowy max 8 tygodni.

Pytanie 34

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego zapisu w umowie, iż w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów podzespołów lub zespołów elementów przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w szczególności z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych, na własny koszt. Takie określenie jest zbyt ogólne i może zawierać szeroki i nieprzewidywalny zakres zadań, co nie pozwala Wykonawcy na prawidłowe i korzystne dla obu stron skalkulowanie kosztów wykonania zadania. Na etapie składania Wykonawca nie może przewidzieć jakie elementy urządzenia zostaną zużyte lub uszkodzone przez użytkownika.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów podzespołów lub zespołów elementów, które wystąpiły na skutek uszkodzenia mechanicznego lub z winy użytkownika mają być na koszt Wykonawcy?- dotyczy zadania 12

Odpowiedź:

W.w naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów podzespołów lub zespołów elementów, które wystąpiły na skutek uszkodzenia mechanicznego lub z winy użytkownika nie będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

Pytanie 35

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego zapisu w umowie, iż w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów podzespołów lub zespołów elementów przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w szczególności z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych, na własny koszt. Takie określenie jest zbyt ogólne i może zawierać szeroki i nieprzewidywalny zakres zadań, co nie pozwala Wykonawcy na prawidłowe i korzystne dla obu stron skalkulowanie kosztów wykonania zadania. Na etapie składania Wykonawca nie może przewidzieć jakie elementy urządzenia zostaną zużyte lub uszkodzone przez użytkownika.

W związku z powyższym prosimy o rezygnację Zamawiającego z wymagania naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów podzespołów lub zespołów elementów przedmiotu umowy, które uległy zużyciu lub uległy uszkodzeniu z winy użytkownika - dotyczy zadania 12

Odpowiedź:

W.w naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów podzespołów lub zespołów elementów, które wystąpiły na skutek uszkodzenia mechanicznego lub z winy użytkownika nie będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, iż naprawy, usterki mają nie obejmować uszkodzeń mechanicznych lub z winy użytkownika- dotyczy zadania 12.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż naprawy, usterki nie obejmują uszkodzeń mechanicznych lub z winy użytkownika- dotyczy zadania 12.

Pytanie 37

Prosimy Zamawiającego w przypadku nieodstąpienia z zapisu wymagania naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów podzespołów lub zespołów elementów przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w szczególności z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych, na własny koszt o podanie ilości, szczegółowej listy części, które należy uwzględnić w kalkulacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić jakie wady produkcyjne lub konstrukcyjne wyjdą w trakcie użytkowania sprzętu (dotyczy zadania nr 12). Zamawiający zakłada, że sprzęt będzie sprawny i nie będzie wymagał takich wymian.

Pytanie 38

Prosimy o odstąpienie Zamawiającego od zapisu w umowie dot. kosztów materiałów zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych, które ponosić ma Wykonawca oraz z wymagania, iż Wykonawca na własny koszt ma wymieniać części i materiały eksploatacyjne. Takie określenie jest zbyt ogólne i może zawierać szeroki i nieprzewidywalny zakres zadań, co nie pozwala Wykonawcy na prawidłowe i korzystne dla obu stron skalkulowanie kosztów wykonania zadania. Na etapie składania Wykonawca nie może przewidzieć jakie elementy urządzenia zostaną zużyte lub uszkodzone przez użytkownika- dotyczy zadania 12

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpił od wymogu przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego w zakresie pakietu nr 12.

Pytanie 39

Prosimy Zamawiającego w przypadku nieodstąpienia od wymogu zapewniania przez Wykonawcę części i materiałów eksploatacyjnych podczas przeglądów gwarancyjnych, prosimy o podanie ilości oraz szczegółowej listy części jaką należy uwzględnić w kalkulacji. Informacja jest niezbędna do sporządzenia rzetelnej oferty- dotyczy zadania 12

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpił od wymogu przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego w zakresie pakietu nr 12.

Pytanie 40

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w zadaniu 12 wymaga pojemnika bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga pojemnika bezpieczeństwa.

Pytanie 41

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w zadaniu 12 wymaga regulatora próżni montowanego bezpośrednio do punktu poboru czy wymaga regulatora próżni mocowanego na szynę.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga regulatora próżni montowanego bezpośrednio do punktu poboru.

Pytanie 42

Proszę o uszczegółowienie zapisu w umowie „naprawy gwarancyjne” w zakresie zadania 12. Takie określenie jest zbyt ogólne i może zawierać szeroki i nieprzewidywalny zakres zadań, co nie pozwala Wykonawcy na prawidłowe i korzystne dla obu stron skalkulowanie kosztów wykonania zadania.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy naprawy urządzeń obejmują uszkodzenia, które wystąpiły z winy użytkownika oraz prosimy o wyjaśnienie czy naprawy mają obejmować uszkodzenia mechaniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że naprawy nie obejmują uszkodzeń wynikających z winy użytkownika oraz uszkodzeń mechanicznych.

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ są jej integralną częścią. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp **przedłuża** termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.

W związku z powyższym zmianie ulega:

1. Termin składania ofert: **2024-09-26 08:00**
2. Termin otwarcia ofert: **2024-09-26 08:05**

PROKURENT
KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNIKA
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
Karolina Filipowska