

Wałbrzych, dnia 06.09.2024r.

DZPZ-530-Zp/61/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Sprostowanie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 29 i 35 w dniu 05.09.2024r.

Dotyczy: Dostawa masek chirurgicznych, fartuchów foliowych, czepków pielęgniarских, ochraniaczy na obuwie, spodenek do kolonoskopii oraz fartuchów operacyjnych - Zp/61/PN/24

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 29, dot. pakietu nr 3 poz. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, ze szwem ultradźwiękowym co najmniej czterościeżkowy (rynkowy standard) zamiast szwu ultradźwiękowego typu zygzak? Jaki wpływ na użytkowanie w środowisku sali operacyjnej ma wymóg zastosowania szwu ultradźwiękowego typu zygzak? Należałoby zadać pytanie czemu Zamawiający nie wymaga na przykład szwu ultradźwiękowego „YZ” czy innego absurdalnego typu np. w kwiatki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35, dot. pakietu nr 3 poz. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu repelentności na poziomie 9 wg WSP 80.8? Do czego będą stosowane fartuchy chirurgiczne i w jakim środowisku, że potrzeba jest tak wysokiego poziomu repelentności? Jest to kolejny absurdalny wymóg wskazujący na jednego wykonawcę, znacząco podrażający koszty wykonania przedmiotu zamówienia, nie mając uzasadnienia dla użytkownika.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zgodnie z opisem SWZ ma być repelentność (odporny na działanie alkoholu i środków dezynfekcyjnych, poziom 9 wg WSP 80.8).

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489700