



D.25C/250/496/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **ZAKUP APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. W LOKALIZACJI: SZPITAL W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/252/N/28-53rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

W związku dostawą aparatu ultrasonograficznego prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga konfiguracji.

3. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu ultrasonograficznego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje komunikacji aparatu ultrasonograficznego z systemem RIS/PACS, tym samym objęcie okresem gwarancji jest bezzasadne.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt nr 8

Czy Zamawiający dopuści zamiennie monitor LED najnowszej generacji o przekątnej 21,5 cala?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt nr 10

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w panel dotykowy LED o większej przekątnej wynoszącej 15,6 cala?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt nr 13

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość zapisu pamięci dynamicznej w czasie 256,65 sek.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt nr 18

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w Frame Rate 1701 obrazów/min?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt nr 35

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w min. 10 map koloru w Color Doppler?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt nr 46

Czy Zamawiający ma możliwość sprecyzowania wymaganego koloru na pulpicie sterowniczym. Czy jest to wymagane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje jakich kolorów oczekuje.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt 58

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w obrazowanie objętościowe wraz z oprogramowaniem 3D/4D/STIC ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt 59

Czy Zamawiający dopuści aparat nieposiadający wskazanej funkcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt 60

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający oprogramowanie typu STRAIN niewykorzystujące sztucznej inteligencji do przedstawienie motoryczności lewej komory serca w projekcji Bull's Eye?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt 62

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowicę pracującą w zakresie 1,2-6,0 MHz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt 66

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowicę o 256 elementach nadawczo odbiorczych co poprawia w sposób znaczący dokładność i precyzją badania? Głowica działa w zakresie 3,0-14,0 MHz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause