



ZP.261.25.2024

Łębork, dn. 24.09.2024 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-fdcf02c4-ebae-4d94-b0bd-709d9a2dd244

### Uczestnicy postępowania ZP-TP/25/24

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawy pasków do glukometrów wraz z dzierżawą glukometrów.

Znak sprawy: ZP-TP/25/24.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. *Zwracamy się z prośbą o zmianę SWZ, załączników do SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu realizacji zamówienia poprzez wydłużenie terminu dostawy glukometrów z 2 tygodni do 30 dni od dnia zawarcia umowy, a także o wskazanie, że termin instalacji, uruchomienia oraz szkolenia wyniesie 30 dni od daty dostawy glukometrów. Wskazujemy, że termin dostawy sprzętu wynoszący 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy jest niemożliwy do spełnienia w przypadku oferowania urządzeń producenta zagranicznego. Termin dostawy urządzenia sprowadzanego od producenta zagranicznego wynosi minimum miesiąc. Dodatkowo Wykonawca musi uwzględnić czas niezbędny na skoordynowanie dostawy przedmiotu zamówienia oraz termin na ich integrację z systemem LIS/HIS Zmawiającego, a termin ten nie jest zależny od Wykonawcy, ale od Dostawcy usług informatycznych i wynosi ok. miesiąca. Obecne brzmienie dokumentów zamówienia w zakresie terminu realizacji znacznie ogranicza konkurencję, wyłączając z możliwości ubiegania się o zamówienie Wykonawców (dystrybutorów) czy Wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy z powodu ponoszenia wysokich kosztów przechowywania nie magazynują urządzeń, lecz składają producentom zamówienia sukcesywnie, stosownie do potrzeb. Zmiana w powyższym zakresie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności postępowania, a co za tym idzie na liczbę złożonych ofert.*

  - **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono przedmiotowy zapisy SWZ oraz wzoru umowy na następujący:**  
**Dostawa glukometrów nastąpi do 28 dni po podpisaniu umowy, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy, bezpośrednio do miejsca użytkowania urządzenia. Wraz z glukometrami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Deklaracje Zgodności wydaną przez producenta (jeżeli dotyczy), Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) oraz instrukcję obsługi w języku polskim. W przypadku, gdy oryginalny dokument producenta jest w innym języku niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie. W ramach czynszu dzierżawnego Wykonawca zobowiązany będzie do podłączenia 4 szt. glukometrów (1 szt. pozostaje niepodłączona i będzie traktowana jako glukometr zapasowy) do systemu LIS/HIS lub AQUIRE w dniu dostarczenia lub następnym, termin szkolenia ustalony nie później niż 7 dni po instalacji.**
2. *Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie w niniejszym postępowaniu dzierżawy glukometrów będących jednocześnie przedmiotem leasingu. Podkreślamy, że fakt, iż glukometry będą stanowić przedmiot leasingu nie wpłynie w żaden sposób na wykonanie zamówienia, tj. na używanie rzeczy i pobieranie z niej korzyści. Wskazujemy, iż zgodnie z istotą umowy dzierżawy, określoną w art. 693 k.c., Wydierżawiający nie musi dysponować tytułem własności do rzeczy oddanej w dzierżawę. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest zatem dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa i może wpłynąć*

także korzystnie na kalkulację ceny oferty. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca najpóźniej wraz z instalacją przedmiotu dzierżawy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Finansującego (Leasingodawcy) zawierające zgodę na oddanie leasingowanych glukometrów w dzierżawę na warunkach określonych w umowie o zamówieniu publiczne. W przypadku wyrażenie zgody na powyższe, prosimy o zmianę §4 ust. 4 projektu umowy poprzez wykreślenie z niego fragmentu, zgodnie z którym glukometry mają pozostawać własnością Wykonawcy.

- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie glukometrów będących przedmiotem leasingu.**
3. Proszę o zmianę projektu umowy poprzez wykreślenie z niego postanowienia §5 ust. 5, gdyż stanowi ono ograniczenie prawa Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku nieterminowego regulowania należności przez Zamawiającego, co nie znajduje poparcia w obowiązujących przepisach. Co więcej, jest ono sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami art. 488, 490, 552 KC oraz istotą stosunku zobowiązaniowego mającego swoje źródło w umowie wzajemnej.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
4. Proszę o potwierdzenie, że wady, o których mowa w §3 ust. 10 i 11 projektu umowy dotyczą wad ujawnionych w trakcie odbioru. Wskazujemy, że podczas odbioru Zamawiający powinien dokonać oceny zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia, a także sprawdzić czy przedmiot ten nie ma wad. Podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń oznacza, że dostarczony przedmiot zamówienia nie posiada wad i jest zgodny z wymogami Zamawiającego. Natomiast w okresie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zgłaszać występujące w glukometrach usterki w ramach gwarancji, a odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona w przypadku wad powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
- **Komisja Przetargowa informuje, że wady, o których mowa w §3 ust. 10 i 11 projektu umowy dotyczą wad ujawnionych w trakcie użytkowania.**
5. Prosimy o zmianę formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ oraz rozdziału IV pkt 1 SWZ poprzez dodanie do oświadczenia znajdującego się w pkt 2 i 3, sformułowań: "jeśli dotyczy", zgodnie z poniższym:
- „2. Oświadczam/-y, że zaoferowane wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz posiadają dopuszczenia do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeśli dotyczy), z wyłączeniem następującego asortymentu: .....
3. Oświadczam/-y, że zaoferowane wyroby, stanowiące przedmiot zamówienia, posiadają karty charakterystyki zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z 18.06.2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), (jeśli dotyczy) z wyłączeniem następującego asortymentu”:
- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na dokonanie wyżej wymienionych zmian.**
6. Dot. Załącznik nr 2A – pkt 3 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymóg za spełnione przy próbce wynoszącej 1,2 mikrolitra?
- **Komisja Przetargowa informuje, że uznaje za spełniony wymóg przy próbce wynoszącej 1,2 mikrolitra.**
7. Dot. Załącznik nr 2A – pkt 19 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiego rodzaju (zakresu) dostosowania pomieszczeń Zamawiający oczekuje od Wykonawców?
- **Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje ewentualnego doposażenia pomieszczeń np. w dodatkowe półki pod glukometry, stoliki, przedłużacze, listwy umożliwiające podłączenie we wskazanych przez zamawiającego pomieszczeniach.**