



Poznań, dnia 10.09.2024 roku

Oznaczenie sprawy: TP-73/24

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie podstawowym  
na dostawę lampy operacyjnej wraz z montażem i szkoleniem**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie:**

Ad 11. Czy Zamawiający dopuści natężenie światła Ec. Max z odległości 1 m: dla czaszy głównej i satelitarnej 40 000-160 000 luxów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Ad 12. Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: 98 %?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Ad 13. Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: 97 %?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Ad 15. Czy Zamawiający dopuści czaszę główną i satelitarną ze źródłem światła w postaci 48 diod LED?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Ad 17. Czy Zamawiający odstąpi od możliwości wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez konieczności otwierania obudowy czaszy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty bez powyższej funkcjonalności.

**Pytanie:**

Ad 18. Czy zamawiający dopuści temperaturę barwową regulowaną w 5 poziomach o poziomie 3600 ~ 5100 K ( $\pm 20\%$ ) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Ad 19. Czy Zamawiający dopuści zakres elektronicznej regulacji średnicy oświetlonego pola d10 z odległości 1 m wynoszący: 140 - 320 mm za pomocą centralnego uchwyty sterującego ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Ad 23. Czy Zamawiający dopuści pozycjonowanie czaszy tylko wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w centralnym punkcie lampy) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY**  
IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO  
UNIwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna33, 60-535 Poznań, NIP: 781-16-21-484, REGON: 000288840, KRS: 0000002866

**Pytanie:**

Ad 27. Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony czasz oraz systemu ramion wynoszący IP 54?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza



CERTYFIKAT 2023/56

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO  
UNIwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

kontakt: [office@gpsk.ump.edu.pl](mailto:office@gpsk.ump.edu.pl)

KONTO BANKOWE BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

