

Kraków, 25.02.2025 r.

**DZ.271.12.207.2025**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 52

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.12.2025 – Dostawa odczynników laboratoryjnych, wyrobów diagnostycznych**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

**Pytanie 1**

W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z następującymi zapytaniem w zakresie pakietu nr 16:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów potwierdzenia immunoblot dla *Borrelia burgdorferi* IgG i IgM (poz. 1, poz.2) o następującym składzie antygenowym:

- Dla klasy IgG: rekombinowane (VlsE *Borrelia burgdorferi*, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii), lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid *Borrelia afzelii*, lipid *Borrelia burgdorferi*, rekombinowane p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane dimeryczne OspC, rekombinowane: p58, p21, p20, p19, p18

- Dla klasy IgM: VlsE *Borrelia burgdorferi*, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z *Borrelia afzelii*, *Borrelia burgdorferi*, *Borrelia garinii* i *Borrelia spielmanii*

Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM.

***Odpowiedź:***

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów potwierdzenia immunoblot dla *Borrelia burgdorferi* IgG i IgM (poz. 1, poz.2) o składzie antygenowym zaproponowanym powyżej.

***Pytanie 2***

Czy Zamawiający w pakiecie 15 wymaga pozytywnej opinii KORLD dla krążków antybiotykowych? Uzasadnienie: Pozytywna opinia KORLD (Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Lekowrażliwości Drobnoustrojów) jest potwierdzeniem, że produkty spełniają aktualne standardy mikrobiologiczne i diagnostyczne, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego oznaczania lekowrażliwości.

***Odpowiedź:***

Tak, Zamawiający wymaga pozytywnej opinii KORLD dla krążków antybiotykowych.

***Pytanie 3***

Czy Zamawiający w pakiecie 15 wymaga jednakowej temperatury przechowywania krążków od -20°C do +8°C z uwzględnieniem antybiotyków betalaktamowych?

***Odpowiedź:***

Tak, Zamawiający w pakiecie 15 wymaga jednakowej temperatury przechowywania krążków od -20°C do +8°C z uwzględnieniem antybiotyków betalaktamowych.

***Pytanie 4***

Dotyczy: Pakiet 11 – Podłoża mikrobiologiczne

Czy Zamawiający dla pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności 45 dni od daty produkcji i minimum 5 tygodni od daty dostawy

***Odpowiedź:***

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dla podłoży z Pakietu nr 11 odstąpi od wymogu pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów oraz aktualnego porównania, oceny jakości krążków przez EUCAST oraz uzyskanie pozytywnego wyniku tej oceny? Wymagane podłoża nie są podłożami do podstawowej diagnostyki mikrobiologicznej, Wykonawca złoży wymagane próbki. Ponadto powyższe wymogi sugerują konkretnego Wykonawcę co ogranicza potencjalnych dostawców.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi od wymogu pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów oraz aktualnego porównania, oceny jakości krążków przez EUCAST oraz uzyskanie pozytywnego wyniku tej oceny.