



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448 BDO: 000150922  
tel. 571 334 686  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 2/ZP/2025  
DZP/86/2025

Zgorzelec, dnia 14.02.2024r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

#### **Dotyczy postępowania przetargowego na: Sukcesywne dostawy zestawów do zabiegów operacyjnych - odzieży ochronnej, oraz wyrobów papierowych**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

#### **(ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Pytanie 1 – dot. pakietu nr 8 pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8, pozycja nr 1 Fartuchów barierowych (przebadanych pod kontem barierowości do 100 cykli prania), chirurgicznych, wielokrotnego użytku, standardowego ryzyka zgodnych z normą PN-EN 13795 i Uchwałą Rady Urzędu Rejestracyjnego Wyrobów Medycznych nr 28/2008, które w polu krytycznym wykonane są z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego w pełni zgodnej z w/w normą o gramaturze 135 g/m<sup>2</sup> +/- 5% z wykończeniem hydrofobowym (nieprzemakalnym), a w polu mniej krytycznym z niepyłającej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego powyżej 1% i zawartości bawełny powyżej 54%, o gramaturze 125 +/- 6 g/m<sup>2</sup>, o właściwościach chłonnych i średniej przepuszczalności powietrza powyżej 45 cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup>/s, zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie:

- pylenia,
- czystości pod względem cząstek stałych
- wytrzymałości na wypychanie na sucho
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wymagana przez Państwa odporność na przenikanie płynów minimum 90 cm H<sub>2</sub>O wskazuje jednoznacznie na jednego wykonawcę i uniemożliwia wzięcie udziału innym wykonawcom w postępowaniu co jest niezgodne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wyżej wymienionych Fartuchów chirurgicznych, gdzie poziom odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej wynosi powyżej 35,0 H<sub>2</sub>O czyli więcej niż parametr określony w normie PN-EN 13795 dla Fartuchów operacyjnych standardowego ryzyka (norma mówi >20 H<sub>2</sub>O). Takie rozwiązanie w optymalny sposób spełni Państwa oczekiwania, gwarantując jednocześnie barierowość jak i wysoki komfort użytkowania fartucha oraz konkurencyjność cen.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

##### **Pytanie 2 – dot. pakietu nr 8**

Prosimy o dopuszczenie ubrań operacyjnych, sukienek wielokrotnego użytku wykonanych z chłonnej, niepyłającej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego powyżej 1% i zawartości bawełny powyżej 54%, o gramaturze 125 +/- 6 g/m<sup>2</sup>, o właściwościach chłonnych i bardzo dobrej przepuszczalności powietrza zgodnych z normą PN-EN 13795 w zakresie:

- pylenia
- czystości pod względem cząstek stałych
- parametrów wytrzymałościowych (wytrzymałości na wypychanie na sucho, wytrzymałość na rozciąganie na sucho)

Tkanina ta została dopuszczona do produkcji ubrań chirurgicznych przez Komisję ds. Wyrobów Medycznych przy Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

#### **(ZAPYTANIE NR 2)**

##### **Pytanie 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 11 pkt. d, § 6 ust. 1 oraz ust.3:

1. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 9 lub wystawienia nieprawidłowej faktury, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie negatywne konsekwencje podatkowe, finansowe oraz prawne, jakie mogą wyniknąć dla Zamawiającego. W szczególności, odpowiedzialność Dostawcy obejmuje: (...)

d. karę umowną – niezależnie od powyższych roszczeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Dostawcę kary umownej w **1500** PLN za każde naruszenie obowiązku informacyjnego określonego w ust. 9, z możliwością dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

#### **§ 6 ust. 1 oraz ust.3**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

1)w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 lub § 5 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto **wadliwej lub niedostarczonej** partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,„

Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego jej wykonania, wyznaczając dodatkowy termin 3 dni.

2) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 niniejszej umowy – w wysokości **50 zł** za każdy przypadek,

3) w przypadku naruszenia obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 9 niniejszej umowy – w wysokości **1500 zł** za każde naruszenie.

3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

#### **(ZAPYTANIE NR 3)**

##### **Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 1 pozycja nr 8**

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną do iniekcji wykonaną z materiału SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, 50x60cm, otwór 10x10cm, z folia z nacięciem 8cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho 270 kPa, na mokro 270 kPa?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

#### **(ZAPYTANIE NR 4)**

##### **Pytanie 1 Pakiet nr 1 pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści serwetki wykonane z włókniny polipropylenowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

##### **Pytanie 2 Pakiet nr 1 pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści serwetki wykonane z włókniny wiskozowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

##### **Pytanie 3 Pakiet nr 1 pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej folią? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

##### **Pytanie 4 Pakiet nr 1 pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w trzech kolorach tj.: biały, niebieski i zielony do swobodnego wyboru przez Zamawiającego? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 5 Pakiet nr 9 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podkłady o długości 50mb z jednoczesnym przeliczeniem do pełnych rolek w górę tj. 2000 rolek? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**(ZAPYTANIE NR 5)**

**Pytanie 1 dotyczy Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha higienicznego w rozmiarze uniwersalnym?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 2 dotyczy Pakiet nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup> (+/- 0,5 g/m<sup>2</sup>)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**(ZAPYTANIE NR 6)**

**Pytanie 1 dotyczy Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/-3% i gramaturze 130 g/m<sup>2</sup> +/-4%?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 2 dotyczy Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty akredytowanych raportów z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzających gramaturę i skład tkaniny, z której wykonane są ubrania operacyjne?

Na Rynku zdarzają się niestety praktyki firm, które deklarują składy i gramatury tkanin w zależności od wymogów Zamawiającego, tak aby pozyskać zamówienie. Tylko potwierdzenie parametrów przez niezależne laboratoria badawcze może dać Zamawiającemu pewność co do zaoferowanych parametrów.

**Odp. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, lecz wymaga zgodnie z opisem w SWZ aby zaproponowane ubrania posiadały wymagane parametry, potwierdzone wynikami badań wykonanych przez niezależną jednostkę.**

**Pytanie 3 dotyczy Pakiet nr 8**

Zamawiający opisał szereg wymaganych parametrów. Aby mieć pewność, że zaoferowany asortyment będzie spełniał wszystkie wymogi, Wykonawcy powinni załączyć do oferty lub na wezwanie karty techniczne tkanin, z których będzie wykonany asortyment oraz wyniki badań tychże tkanin, potwierdzające parametry opisane przez Zamawiającego, a wynikające z normy PN-EN 13795.

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 8 wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie kart technicznych tkanin oraz akredytowanych raportów z badań, potwierdzających wymagane parametry zgodnie z normą PN-EN 13795?

**Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.**

**Pytanie 4 dotyczy Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne w 7 następujących kolorach: niebieski, zielony, czerwony, szary, granatowy, morski, fukcja?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

#### **Pytanie 5 dotyczy Pakiet nr 8**

Zamawiający wymaga fartuchów operacyjnych wykonanych z tkaniny o poziomie przepuszczalności powietrza minimum 55 cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup>\*s.

Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że asortyment jest zgodny z wymaganiami, wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie potwierdzenia przepuszczalności powietrza w postaci wyniku z badań lub w kracie technicznej tkaniny?

**Odp. Zamawiający nie wymaga załączenia powyższego do oferty.**

#### **Pytanie 6 dotyczy Pakiet nr 8**

W projekcie umowy podano, iż termin realizacji poszczególnych dostaw towarów nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Wykonawcy każdorazowo odszywają odzież zgodnie ze specyfikacją rozmiarową i kolorystyczną określoną w zamówieniu jednostkowym.

Czy Zamawiający, mając na uwadze możliwość odszycia wysokiej jakości przedmiotu zamówienia, zmodyfikuje dla Pakietu nr 8 czas realizacji zamówień, wyznaczając co najmniej 10 dni roboczych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe i modyfikuje zapis w załączniku nr 5 do SWZ**

**Działając Zgodnie z art. 137 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 5 do SWZ projekt umowy § 2 pkt 8 w następujący sposób :**

8. Termin realizacji poszczególnych dostaw towarów nie może przekroczyć **5 dni roboczych (10 dni roboczych dotyczy pakietu nr 8)** licząc od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną.

**Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 5 do SWZ zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.**

#### **Pytanie 7 dotyczy Pakiet nr 8**

Zamawiający wymaga fartuchów operacyjnych wykonanych z dwóch tkanin.

Czy wymagany poziom przepuszczalności powietrza dotyczy pola niekrytycznego fartuchów, czyli tkaniny bawełniano-poliestrowej?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia że wymagany poziom przepuszczalności powietrza dotyczy pola niekrytycznego fartuchów, gdyż w polu krytycznym zamawiający wymaga odporności na przesiąkanie cieczy.**

#### **(ZAPYTANIE NR 7)**

##### **Pytanie 1 dotyczy Pakiet nr 1 Pozycja nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego typu furażerka, ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania, wykonany z wiskozy Spunlace, z szerokim przodem i elastycznym tyłem, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Dostępny pięciu kolorach: niebieskim, zielonym, białym, fioletowym i różowym. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

##### **Pytanie 2 dotyczy Pakiet nr 1 Pozycja nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego typu furażerka, wiązany z tyłu na troki, do włosów długich, wykonany z włókniny perforowanej o strukturze Cluster-Keyback, składająca się w 71% z wiskozy i w 29% z mieszaniny polimerowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Dostępny w kolorze niebieskim. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

##### **Pytanie 3 dotyczy Pakiet nr 1 Pozycja nr 5**

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na aparaturę o charakterystyce: Osłona okrągła nie zawierająca lateksu, wykonana z przezroczystej folii PE o grubości 40 µm i gramaturze min. 36 g/m<sup>2</sup>, o wymiarach: 72 x 60 cm (szer. x wys.), średnica otworu po rozciągnięciu min. 120 cm, jałowa, pakowana jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 4 dotyczy Pakiet nr 1 Pozycja nr 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych o charakterystyce:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej

1 x serweta na stolik May 80 x142 cm,

1 x serweta pod pośladki 89x119cm ze wzmocnieniem w części pośladowej min. 18x89cm

1 x ręcznik chłonny 34x36cm z mikrościągą zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta do zabiegów w pozycji litotomijnej 260x304cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przyklepnym otworem 10x12cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu oraz dodatkowym mocującym paskiem przyklepnym na dolnym brzegu serwety. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym 46x90cm z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 5 dotyczy Pakiet nr 1 Pozycja nr 9**

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet do litotomii o charakterystyce:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem

1 x taśma przyklepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm, z nieprzyklepnymi końcami z obu stron

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzyklepna zaokrąglona 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 14cm

2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrościągą zapobiegającą rozrywaniu

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami z przyklepcami do fiksacji, z przyklepnym otworem brzuszny Ø 8 cm, z przyklepnym otworem na pręcie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny i z taśmą lepłą do mocowania z fartuchem operatora. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log<sub>10</sub> i wysokiej odporności na przenikanie płynów min. 165 cm H<sub>2</sub>O.I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 6 dotyczy Pakiet nr 1 Pozycja nr 9**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy zestawu serwet do litotomii zawierający min. serwetę do zabiegów TUR ze zintegrowanymi nogawicami o długości minimum 130cm oraz z torbą na płyny z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepłą do fiksacji z fartuchem operatora?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 7 dotyczy nr 1 Pozycja nr 11**

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do angiografii o charakterystyce:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta przylepna dwuwarstwowa 90x75 cm

2 x ręczniki chłonne 39x58 cm

1 x Serweta angiograficzna o rozmiarze 226/243x352 cm wykonana materiału trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup> i zdolności absorpcji 338 %, z dwoma otworami udowymi o średnicy 15 cm z folią operacyjną z wycięciem w folii operacyjnej o średnicy 9 cm oraz z dwoma dodatkowymi otworami promieniowymi o średnicy 12x9 cm z folią operacyjną z wycięciem w folii operacyjnej 4x6 cm, stanowiącymi dojście do tętnic, każdy otwór z osobną taśmą zabezpieczającą umożliwiającą pojedyncze przyklejenie otworu; z dwoma panelami przezroczystymi, ze wzmocnieniem w kształcie litery T 81x239cm o gramaturze 110 g/m<sup>2</sup> i zdolnością absorpcji >900 %. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

#### **Pytanie 7 dotyczy Pakiet nr 1 Pozycja nr 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej odpornej na spryskanie o filtracji bakteryjnej min. 99%, o odporności na spryskanie min. 20 kPa i ciśnieniu różnicowym <37 Pa, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

#### **Pytanie 8 dotyczy Pakiet nr 6 Pozycja nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni jednokomorowej jak obecnie stosowana o charakterystyce: Sterylna torba na narzędzia 33x41 cm (długość x szerokość) z przylepcem 41x5cm, 1-komorowa. Torba wykonana jest z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej o grubości 60µm. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy pakowany zbiorczo po 100 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

#### **Pytanie 8 dotyczy Pakiet nr 6 Pozycja nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni dwukomorowej jak obecnie stosowana o charakterystyce: Sterylna torba na narzędzia 33x41 cm (długość x szerokość) z przylepcem 41x5cm, 2 komory - jedna komora o szerokości 14 cm, druga 27 cm, dodatkowe usztywnienie na końcu. Torba wykonana jest z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej o grubości 60µm. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy pakowany zbiorczo po 100 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

#### **Pytanie 8 dotyczy Pakiet nr 6 Pozycja nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet uniwersalnych o charakterystyce:

1x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50µm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm składana rewersowo

2x serweta boczna 75 x 100 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

1x serweta górna 160x260 cm, przylepna

1x serweta dolna 195x 200 cm, przylepna

1x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, z zaokrągloną końcówką ułatwiająca rozdzielanie, dzięki której podczas rozpięcia nie spowodowuje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 13 - 14 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepylącego (współczynnik pylenia  $\leq 1,9 \log_{10}$ ) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H<sub>2</sub>O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta (w tym min. 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

#### **(ZAPYTANIE NR 8)**

##### **Pytanie 1 dotyczy Pakiet nr 1 Pozycja nr 1**

Czy zamawiający oczekuje fartuch niejałowy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe**

##### **Pytanie 2 dotyczy Pakiet nr 1 Pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym, o wymiarach:

o Mankiet 5 cm

o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

##### **Pytanie 3 dotyczy Pakiet nr 1 Pozycja nr 1**

Czy zamawiający wymaga produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i stosowany w procedurach medycznych?

**Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.**

##### **Pytanie 4 dotyczy Pakiet nr 1 Pozycja nr 1**

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp. Zamawiający informuje że zgodnie z zapisami SWZ w Pakiecie 1 można składać oferty na każdą pozycję asortymentową osobno.**

##### **Pytanie 5 dotyczy Pakiet nr 9 Pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści wymiary rolki 60 cm x 80 m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

##### **Pytanie 6 dotyczy Pakiet nr 9 Pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

##### **Pytanie 7 dotyczy Pakiet nr 9 Pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści wymiary rolki 50 cm x 46 m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

##### **Pytanie 8 dotyczy Pakiet nr 9 Pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

#### **(ZAPYTANIE NR 9) ZAPYTANIE WYCOFANE**

#### **(ZAPYTANIE NR 10)**

**Pytanie 1 dotyczy Pakiet 1, pozycja 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości oraz spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 2 dotyczy Pakiet 1, pozycja 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wytrzymałość na wypychanie na sucho 107,74 kPa?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 3 dotyczy Pakiet 1, pozycja 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca z folii PE o grubości 0,035mm?


**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 4 dotyczy Pakiet 1, pozycja 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego zestawu: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 97,2/84,6kPa. Zestaw sterylizowany radiacyjnie?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**




**Pytanie 5 dotyczy Pakiet 1, pozycja 8**- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety okulistycznej o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 97,2/84,6kPa. Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stół instrumentalny. Zestaw sterylizowany radiacyjnie, spełnia pozostałe wymagania?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 6 dotyczy Pakiet 1, pozycja 9** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
  - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
  - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
  - 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
  - 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm.
- Obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 97,2/84,6kPa. Zestaw sterylizowany radiacyjnie?





**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 7 dotyczy Pakiet 1, pozycja 10** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 305cm z dwoma eliptycznym otworami 12 x 15cm wypełnionymi folią operacyjną, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x osłona na aparaturę medyczna o średnicy 80 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Zestaw sterylizowany radiacyjnie?




**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 8 dotyczy Pakiet 1, pozycja 11** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 130 g/m<sup>2</sup>:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 220cm x 320cm, z dwoma otworami o średnicy 10cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety
- 1 x serweta nieprzylepna o wymiarach 100cm x 150cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Oporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa Zestaw sterylizowany radiacyjnie?



**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 9 dotyczy Pakiet 1, pozycja 14** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości oraz spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 10 dotyczy Pakiet 1, pozycja 15** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cztery wypalane uchwyty do przenoszenia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe**

**Pytanie 11 dotyczy Pakiet 1, pozycja 15** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozmiar 180cm x 220cm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 12 dotyczy Pakiet 1, pozycja 16** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zestaw:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 13 dotyczy Pakiet 1, pozycja 17** - Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną wiązaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepyłającej włókniny (25g/m<sup>2</sup>+ 25g/m<sup>2</sup> + 25g/m<sup>2</sup>), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, długość troków 40 cm, długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II- poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm<sup>2</sup>, czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 14 dotyczy Pakiet 1, pozycja 17** - Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepyłającej włókniny (25 g/m<sup>2</sup>+ 25 g/m<sup>2</sup>+ 25 g/m<sup>2</sup>), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, wymiary gumek 16,5 cm, długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR- poziom filtracji bakterii BFE 99,9%, ciśnienie różnicowe 44,76 Pa/cm<sup>2</sup>, czystość mikrobiologiczna 22,26 cfu/g?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 15 dotyczy Pakiet 1, pozycja 18** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę dolną o wymiarach 70 x 120 cm, wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108kPa, na mokro 95kPa. Opakowanie zbiorcze 20 szt, wewnętrzna torba foliowa, oraz karton zewnętrzny?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 16 dotyczy Pakiet 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Rękawy bluzy długie zakończone białymi, elastycznymi

mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Spodnie wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 17 dotyczy Pakiet 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobne pakowanie bluzy i spodni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 18 dotyczy Pakiet 4, pozycja 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Pakowany razem z 2 ręcznikami chłonnymi?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 19 dotyczy Pakiet 4, pozycja 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozmiar XXL o długości 154cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 20 dotyczy Pakiet 4, pozycja 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zestaw:

Serwety wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>:

- 1 x serweta o wymiarach 220/270 cm x 210 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 8 cm oraz kroczywym o średnicy 5 cm, zintegrowana z bezłateksową osłoną palca do badania per rectum, oraz torebką do zbiórki płynów wyposażoną w filtr, troki do przywiązania do operatora, lejek do odprowadzania nadmiaru płynów oraz port do podłączenia drenów różnej wielkości.
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma typu rzep 2x22cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 21 dotyczy Pakiet 4, pozycja 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wielkość wzmocnienia 60cm x 14cm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 22 dotyczy Pakiet 4, pozycja 4** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapakowania w kartonowy dispenser?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 23 dotyczy Pakiet 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik do instrumentarium o gramaturze w obszarze wzmocnionym 77g/m<sup>2</sup> o wymiarach wzmocnienia 65x190cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 24 dotyczy Pakiet 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści ręcznik wykonany z włókniny spunlace o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> o wymiarach 30x30cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 25 dotyczy Pakiet 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, rozmiar 157cm z elastycznymi mankietami z dzianiny o dł. 7.5cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 26 dotyczy Pakiet 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach wzmocnienia 60x145, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 27 dotyczy Pakiet 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o dł. 157cm, reszta zgodna z SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 28 dotyczy Pakiet 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 17N 25x25cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 29 dotyczy Pakiet 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania CH8, 40cm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 30 dotyczy Pakiet 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą z materiału spunlace 10x50cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 31 dotyczy Pakiet 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści serwetę do cesarskiego cięcia 200/260x310cm z otworem w kształcie gruszki 16x18cm, wokół otworu folia chirurgiczna o wymiarach 30x30cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów oraz dwoma organizerami przewodów typu rzep, obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na wypychanie na sucho 180 kPa, na mokro 172 kPa?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 32 dotyczy Pakiet 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści etykietę główną wewnątrz opakowanie ze składem zestawu z 4 etykietami samoprzylepnymi?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 33 dotyczy Pakiet 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści materiał opatrunkowy i sprzęt jednorazowy zapakowany w torebkę papierową?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 34 dotyczy Pakiet 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik dom instrumentarium o gramaturze w obszarze wzmocnionym 77g/m<sup>2</sup> o wymiarach wzmocnienia 65x190cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 35 dotyczy Pakiet 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści ręcznik wykonany z włókny spunlace o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> o wymiarach 30x30cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 36 dotyczy Pakiet 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik mayo o wymiarach wzmocnienia 60x145, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 37 dotyczy Pakiet 4, pozycja 6** - Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, z elastycznymi mankietami z dzianiny o dł. 7.5cm, rozmiar 157cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 38 dotyczy Pakiet 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową 17N 4W 7,5cmx2m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 39 dotyczy Pakiet 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści tufery 9,5x9,5cm zapakowane w papierową torebkę?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 40 dotyczy Pakiet 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą z materiału spunlace 10x50cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 41 dotyczy Pakiet 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki płynów 100x60cm bez wycięcia?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 42 dotyczy Pakiet 4, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści serwetę ginekologiczną 160/240X180cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108 kPa/95 kPa?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 43 dotyczy Pakiet 4, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik dom instrumentarium o gramaturze w obszarze wzmocnionym 77g/m<sup>2</sup> o wymiarach wzmocnienia 65x190cm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 44 dotyczy Pakiet 4, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści ręcznik wykonany z włókniny spunlace o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> o wymiarach 30x30cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 45 dotyczy Pakiet 4, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik mayo o wymiarach wzmocnienia 60x145, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 46 dotyczy Pakiet 4, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową 17N 4W 7,5cmx2m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 47 dotyczy Pakiet 4, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści tufery 9,5x9,5cm zapakowane w papierową torebkę?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 48 dotyczy Pakiet 4, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą z materiału spunlace 10x50cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 49 dotyczy Pakiet 4, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki płynów 100x60cm bez wycięcia?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 50 dotyczy Pakiet 4, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści serwetę ginekologiczną 160/240X180cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108 kPa/95 kPa?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 51 dotyczy Pakiet 5, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik do instrumentarium służącą jako owinięcie zestawu o wym. 150x190cm, obszar wzmocniony 65x190cm, gramatura w strefie wzmocnionej 77g/m<sup>2</sup>, a w niewzmocnionej 50g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 52 dotyczy Pakiet 5, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik mayo o wymiarach 80x145cm o wzmocnieniu 60x145cm, folia o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> o odporności na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 53 dotyczy Pakiet 5, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści serwetę 200x320cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6x8cm zintegrowaną z organizatorami przewodów i torbą na płyny wykonaną z transparentnej folii PE o gramaturze 100g/m<sup>2</sup>, serweta wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, wyposażoną w strefie krytycznej we wzmocnienie wysokochłonne o wym. 75x100cm i gramaturze 80g/m<sup>2</sup> o odporności na przenikanie cieczy 110 cm H<sub>2</sub>O i odporności na wypychanie sucho/mokro 205.6/199.4 kPa?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 54 dotyczy Pytanie 2 dotyczy Pakiet 5, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści serwetę 150x180cm o odporności na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa??

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 55 dotyczy Pakiet 5, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 35x120cm  
**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Działając Zgodnie z art. 137 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2A do SWZ, w Pakiecie numer 5 pozycja 1 tabela opis przedmiotu zamówienia (...) pkt 5:  
w następujący sposób :**

5. Osłona na kończynę dolną 33 x ~~1160 cm~~ **116 cm** z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56 g/m<sup>2</sup> – 1 szt.

**Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2A do SWZ zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.**

**Pytanie 56 dotyczy Pakiet 5, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową 30x40cm wykonaną z folii PE o grubości 65µm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe**

**Pytanie 57 dotyczy Pakiet 5, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści ręcznik wykonany z włókniny spunlace o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> o wymiarach 30x30cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 58 dotyczy Pakiet 5, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści oznaczenie kolorystyczne w postaci niebieskich kółek z nazwą zestawu ARTROSKOPIA?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 59 dotyczy Pytanie 2 dotyczy Pakiet 5, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści rozmiar serwety 50cm x 70cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 60 dotyczy Pakiet 9, pozycja 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 60 cm x 80 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 1 688 rolek?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 61 dotyczy Pakiet 9, pozycja 1-2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu perforowanego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 62 dotyczy Pakiet 9, pozycja 1-2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu składający się z trzech warstw 2 x celuloza (2x18g/m<sup>2</sup>) + folia PE?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

#### **(ZAPYTANIE NR 11)**

##### **Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiet 3 Punkt 1,6 serwet głównych wykonanych z materiału dwuwarstwowego o gramaturze min.59g/m<sup>2</sup>.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

##### **Pytanie 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiet 3 Punkt 2,3,4,5 serwet głównych wykonanych z materiału dwuwarstwowego o gramaturze min.59g/m<sup>2</sup>, wzmocnionych chłonnym materiałem dwuwarstwowym o gramaturze min.80 g/m<sup>2</sup> (spunbond min.30 g/m<sup>2</sup>, połączoną z włókniną meltblown min.50g/m<sup>2</sup>), współczynnik absorpcyjności min. 600g/m<sup>2</sup>.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

### Pytanie 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiet 3 zestawów pakowanych zbiorczo do kartonu do transportu oraz do kartonu do przechowywania.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

### Pytanie 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 3 Zadaniu 1,2,3,4,5 serwety na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm. Wykonanej z folii PE o gramaturze min. 25g/m<sup>2</sup>, wzmocniona włókniną o wymiarach 65x190cm i gramaturze min. 28g/m<sup>2</sup>.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

## (ZAPYTANIE NR 12)

### Pytanie 1 – dot. Pakietu 1 pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw o następującym składzie i parametrach:

1. Serweta dwuwarstwowa (L2 - folia polietylenowo-polipropylenowa + włóknina polipropylenowa gramatura 55g/m<sup>2</sup>) 90cmx75cm
2. Serweta ginekologiczna trójwarstwowa (L3 - z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej, i włókniny polipropylenowej gramatura 73g/m<sup>2</sup>) rozmiar 245cmx180cm, otwór 15cmx10cm wyposażona w zintegrowane nogawice
3. Serwetki do osuszania rąk 20x40 cm z włókniny – 4 sztuki
4. Pokrowiec na stolik Mayo 145cmx80cm składany teleskopowo
5. Serweta na stół instrumentariuszki 190cmx150cm
6. Taśma medyczna przylepna 50cmx9cm – 2 sztuki
7. Serweta L2: Wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 247 kPa, na mokro min. 241 kPa.
8. Serweta L3: Wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 108 kPa, na mokro min. 100 kPa.
9. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, numer partii towaru, datę ważności oraz dane producenta.
10. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
11. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
12. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.
13. Otwór przylepny w serwecie głównej wyposażony w tasme lepna - pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm,
14. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku.
15. Zestawy pakowane w podwójne opakowanie kartonowe – zewnętrzny oraz wewnętrzny spełniający funkcję dyspensera.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

### Pytanie 2 – dot. Pakietu 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw o następującym składzie i parametrach:

1. Pokrowiec na kończynę (L2 - folia polietylenowo-polipropylenowa + włóknina polipropylenowa gramatura 55g/m<sup>2</sup>) 75cmx37cm
2. Serweta do artroskopii trójwarstwowa (L3 - z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej, i włókniny polipropylenowej gramatura 73g/m<sup>2</sup>) rozmiar 320cmx240cm, otwór 6cm z elementem elastycznym, wyposażona w worek na płyny
3. Serwetki do rąk z celulozy gramatura 55g/m<sup>2</sup> rozmiar 50cmx40cm – 4 sztuki
4. Kompresy gazowe 17n 8w 10cmx10cm – 30 sztuk
5. Bandaż elastyczny 4mx15cm z 2 zapinkami
6. Podkład watowy typu matosoft natural 3mx15cm
7. butelka Redona płaska, końcówka w kształcie stożka, widoczna skala pojemności do 200ml, stopniowana co 20ml
8. DREN REDONA PVC CH14 70CM Z KONTRASTEM RTG I PERFORACJĄ NA DŁ 14/15CM
9. IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM)
10. SKALPEL CHIRURGICZNY NR 11 PLASTIKOWA RĄCZKA I OSŁONKA
11. Pokrowiec na stolik Mayo 145cmx80cm składany teleskopowo
12. OSŁONA PE NA KAMERĘ TELESKOPOWA KARTONIK TAŚMA PROSTOKĄT 244X13CM TRANSPARENTNA
13. Serweta na stół instrumentariuszki 190cmx150cm
14. Taśma medyczna przylepna 50cmx9cm – 2 sztuki
15. Taśma typu rzep - 25cmx2cm
16. Fartuch chirurgiczny standardowego ryzyka rozmiar L
17. Fartuch chirurgiczny standardowego ryzyka rozmiar XXL 2 sztuki
18. Opatrunek wyspowy typu FIXOPORE S - 5cmx7,2cm – 3 sztuki
19. Wszystkie składowe zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki

20. Serweta L2: Wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 247 kPa, na mokro min. 241 kPa. 309,8 cm H 2 O
21. Serweta L3: Wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 108 kPa, na mokro min. 100 kPa. 191 cm H 2 O
22. Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr.ref), kod kreskowy, nr lot oraz datę ważności.
23. Zestaw z nazwą handlową wskazującą procedurę „ZESTAW DO ARTROSKOPII„ do której jest zestaw, bez oznaczenia kolorystycznego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 3 dot. Pakietu 5 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę 45cmx45cm z przyklepcem gramatura 55g/m2 ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 4 dot. Pakietu 5 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę 75cmx45cm z przyklepcem gramatura 55g/m2 ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**(ZAPYTANIE NR 13)**

**Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 2 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów wzmocnionych o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 116,8 cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 2 poz. 8**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra zawierającego w składzie:

- serwetę główną o minimalnych wymiarach 240x260 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie „U” o min. wymiarze 20x95 cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160 cm,
- 6 taśm samoprzylepnych 9x50 cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40 cm oraz
- kieszeń jednokomorową (w miejsce dwukomorowej) o wymiarach 30x40 cm.

Pozostały skład i parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 3 – dot. Pakietu nr 2 poz. 9**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do zabiegów brzuszno-kroczywych zawierającego w składzie: serwetę główną o wymiarach 250/260x230 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 6 uchwytów na dren oraz 2 okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 32x40 cm wypełnione folią operacyjną o wymiarach 19x29cm oraz otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzylepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm.

Zestaw nie zawiera lateksu – potwierdzone w karcie katalogowej (w miejsce informacji na opakowaniu).

Pozostały skład i parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 4 – dot. Pakietu nr 2 poz. 10**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu nie zawierającego lateksu – potwierdzone w karcie katalogowej (w miejsce informacji na opakowaniu). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.**



Zmienne dokumenty zostaną zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1053777> i posiadają poniższe oznaczenia:  
2\_ZP\_2025\_ZAŁĄCZNIK\_NR\_2A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA\_ZMIANA 1  
2\_ZP\_2024\_Zał.\_5\_projekt umowy\_ZMIANA\_1

Z poważaniem

**Katarzyna Jagiełło**  
  
**Specjalista ds.  
Zamówień Publicznych**

**Z upoważnienia Dyrektora  
Agnieszka Śniadała**  
  
**Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa [https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz\\_zgorzelec](https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec)
- 2) A/a

---

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jagiełło; e-mail: [zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)