

## Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

**Numer postępowania: 3/ZO/2024**

**Dotyczy: Wykonywanie specjalistycznych testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych w gabinetach RTG.**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treści pytania wraz z odpowiedzią.

### **Pytanie nr 2**

przy jakich aparatach ma być wykonany pomiar rozkładu dawek promieniowania i w ilu punktach?

### **Odpowiedz nr 2**

Zamawiający informuje, iż pomiar rozkładu dawek promieniowania ma być wykonany w dwóch gabinetach:

Gabinet nr 1- wokół aparatu ASCEND DRX – w czterech punktach

Gabinet nr 2 – w którym znajduje się aparat do zdjęć zębowych PLANMECA INTRA oraz Pantomograf CS 8100- w trzech punktach

Wyk. P. Sierota  
Dnia. 17.04.2024r  
tel. 261 451 325



**Nr cert: 20647-Q15-001PL  
ISO 9001**