



Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/74/TP2/2023

Zabrze, 08.01.2024r.

**ODPOWIEDŹ nr 1
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:**

**ZAKUP CZUJNIKÓW SpO2 JEDNORAZOWYCH ORAZ WIELORAZOWYCH
WRAZ Z AKCESORIAMI NA OKRES 24 MIESIĘCY**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy min. 5 szt pulsoksymetrów stacjonarno-transportowych pracujących w technologii Masimo Set - pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji od 0,02. o minimalnych parametrach:

1. Możliwość pomiaru saturacji u wszystkich grup pacjentów: noworodki, dzieci, dorośli.
2. Możliwość wykorzystywania czujników typu RD
3. Pomiar saturacji 0-100%, dokładność pomiaru +/- 3%; dla czujników jednopacjentowych RD +/- 1,5%
4. Obrotowy ekran dotykowy z możliwością podglądu trendów mierzonych parametrów.
5. Gwarancja i brak konieczności wykonywania przeglądów okresowych przez cały okres umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 2

Prosimy o usunięcie lub modyfikację § 6 dotyczącego gwarancji. Przedmiotem zamówienia są w przeważającej części produkty jednorazowego użytku które nie podlegają warunkom gwarancji, jedynie terminowi przydatności do użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje Modyfikacji – Patrz Modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy o modyfikację **§7 ust 2 pkt a oraz b** projektu umowy na:

„a) w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;

b) w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15.”

Obecne kary są niewspółmiernie wysokie do potencjalnego przewinienia w postaci niedotrzymania terminu dostawy częściowej produktów jednorazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Zamawiający
z upoważnienia **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski

