

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Numer postępowania: 2/ZO/2024

Dotyczy: Zakup, dostawa i montaż przenośnego aparatu USG dla WSPL SPZOZ

w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treści pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Zamawiający oczekuje by oferowane urządzenie posiadało archiwizację obrazów na przenośnych nośnikach USB, obsługa formatów: AVI, JPEG, inne. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał by oferowane urządzenie zostało zintegrowane z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO min. PACS oraz czy koszty integracji, licencji i usług serwisowych związanych z integracją w/w urządzenia ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?

Odpowiedz nr 1

Zamawiający oczekuje by oferowane urządzenie posiadało system archiwizacji pacjentów i obrazów wraz z nagrywarką płyt DVD/CD-R/RW i portami USB na przedniej ścianie aparatu. Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dyskach twardych oraz płyty CD,DVD, pamięci PEN w formatach BMP,JPG,WMV.AVI.

Zamawiający nie będzie wymagał by oferowane urządzenie zostało zintegrowane z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO min. PACS.

