




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 43/24

Poznań, dnia 10.09.2024 r.

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę aparatów wraz z montażem i przeszkoleniem - 3 pakiety.

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. wzoru umowy § 10 ust. 1 pkt b), e)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 pkt b), e):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 10% netto wartości **niezrealizowanej części** umowy, o której mowa w § 9 ust 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy
- b) 0,3 % wartości netto **niedostarczonej części przedmiotu** umowy, o której mowa w §9 ust 1 umowy - za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji umowy określonym w §5 ust 1 umowy
- c) 0,3 % wartości netto **niezrealizowanej części przedmiotu** umowy, o której mowa w §9 ust 1 umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy w sposób inny niż zwłoka w realizacji przedmiotu umowy tj.: za nie wykonanie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji takich jak bezpłatna wymiana części oraz za nie wykonywanie przeglądów przedmiotu umowy według wskazań producenta w okresie gwarancji, za niedostarczenie wymaganych dokumentów, w tym na żądanie Zamawiającego ważnych dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do obrotu, za nie wniesienie przedmiotu umowy, za nie poinformowanie Zamawiającego o możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 34 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Czy zamawiający opisując cechę urządzenia w pkt. 34 – „Kierunek patrzenia 5o” miał na myśli 5° (słownie: pięć stopni)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli 5° (słownie: pięć stopni).

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 66 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Czy zamawiający opisując cechę urządzenia w pkt. 66 – „Kierunek patrzenia 25o” miał na myśli 25° (słownie: dwadzieścia pięć stopni)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli 25° ° (słownie: dwadzieścia pięć stopni).

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 67 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Czy zamawiający opisując cechę urządzenia w pkt. 67 – „Cystoskop wielorazowy, w pełni autoklawowalny w 134 oc” miał na myśli 134°C (słownie: sto trzydzieści cztery stopnie C)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli 134°C (słownie: sto trzydzieści cztery stopnie C)

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 133 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Czy zamawiający opisując cechę urządzenia w pkt. 133 – „Kierunek patrzenia 5o” miał na myśli 5° (słownie: pięć stopni)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli 5° (słownie: pięć stopni)

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 163 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Czy zamawiający opisując cechę urządzenia w pkt. 163 – „Kierunek patrzenia optyki 0o” miał na myśli 0° (słownie: zero stopni)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli 0° (słownie: zero stopni)

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 204 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych).

Czy zamawiający opisując cechę urządzenia w pkt. 204 – „Kierunek patrzenia optyki 0o” miał na myśli 0° (słownie: zero stopni)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli 0° (słownie: zero stopni)

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 249 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Czy zamawiający opisując cechę urządzenia w pkt. 249 – „Kierunek patrzenia optyki 0o” miał na myśli 0° (słownie: zero stopni)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli 0° (słownie: zero stopni).

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 255 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Czy zamawiający opisując cechę urządzenia w pkt. 255 – „Kierunek patrzenia optyki 30o” miał na myśli 30° (słownie: trzydzieści stopni)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli 30° (słownie: trzydzieści stopni) .

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 262 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Czy zamawiający opisując cechę urządzenia w pkt. 262 – „Kierunek patrzenia optyki 0o” miał na myśli 0° (słownie: zero stopni)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli 0° (słownie: zero stopni).

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 290 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Czy zamawiający opisując cechę urządzenia w pkt. 290 – „Element roboczy do współpracy z optyką o kierunku patrzenia 0o” miał na myśli 0° (słownie: zero stopni)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli 0° (słownie: zero stopni).

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 328 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Czy zamawiający opisując cechę urządzenia w pkt. 328 – „Oznaczenie na głowicy kamery -sterylizacja w autoklawie (w temperaturze 134oc)” miał na myśli 134°C (słownie: sto trzydzieści cztery stopnie C)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli 134°C (słownie: sto trzydzieści cztery stopnie C)

Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 334 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Czy zamawiający opisując cechę urządzenia w pkt. 334 – „Oznaczenie na głowicy kamery -sterylizacja w autoklawie (w temperaturze 134oc)” miał na myśli 134°C (słownie: sto trzydzieści cztery stopnie C)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli 134°C (słownie: sto trzydzieści cztery stopnie C)

Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 2. Laser do kamieni nerkowych, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. 44 tabeli nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Czy zamawiający opisując cechy urządzenia w pkt. 32-44 miał na myśli cysto-ureteroskop, jak podano w pkt. 32, 33 i 43, a nie jak podano prawdopodobnie błędnie w pkt. 44 ureterorenoskop?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli cysto-ureteroskop.

Z wyrazami szacunku

.....

Opracowała : Beata Zoellner

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

