

Bielsko-Biała dn. 31.10.2024r.

DZP.271.51.2024 - 6

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 pkt 2 ustawy pzp na adaptację i modernizację bunkra pod instalację i montaż akceleratora liniowego wysokoenergetycznego TrueBeam produkcji firmy Varian Medical Systems (znak sprawy: DZP.271.51.2024)**

Zamawiający informuje, że wpłynęło niżej wymienione zapytanie do SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

W trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w następującym zakresie:

**1. Załącznik 5A do SWZ – Zakres robót budowlanych Lp. 14**

Czy Zamawiający dopuści w miejsce modernizacji systemu drzwi osłonowych zastosowanie nowego systemu ?

Obecny zapis jednoznacznie wskazuje, że jedyną ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć producent aktualnie zamontowanych drzwi co stanowi naruszenie PZP.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści zastosowanie nowego systemu, pod warunkiem zachowania osłonności drzwi na wymaganym poziomie i funkcjonalności.

**2. Załącznik 5A do SWZ – Zakres robót budowlanych Lp. 16**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie oddzielnego systemu sterownia drzwiami osłonowymi pracowni ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści zastosowanie oddzielnego systemu sterownia drzwiami osłonowymi.

3. Po przeprowadzonej w dniu 25.10.2024r. wizji, zwracam się do Zamawiającego o podanie jaka jest waga każdego ze skrzydeł drzwi osłonowych (pomiędzy sterownią a pomieszczeniem akceleratora)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Według posiadanych informacji waga każdego ze skrzydeł drzwi osłonowych wynosi ponad 6 ton.

4. Po przeprowadzonej w dniu 25.10.2024r. wizji, zwracam się do Zamawiającego o określenie wykonania jakiego rodzaju i jakiej wielkości zabudowy, za nowym akceleratorem, oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zabudowa ma służyć wyciszeniu głośnej pracy modulatora, przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego dostępu do modulatora przy pracach serwisowych i zapewnieniu wystarczającego chłodzenia modulatora. Ponadto zabudowa nie może ograniczać ruchu żadnego z elementów ruchomych akceleratora, istotnych w procesie leczenia (obrót „GANTRY”, ruchy ramion robotycznych systemów obrazowania, ruchy stołu terapeutycznego) oraz zapewnić możliwość łatwego otwarcia drzwi z prawej i lewej strony „STANDU”.

Z poważaniem



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647  
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375  
www.onkologia.bielsko.pl email: szpital@onkologia.bielsko.pl

