

Wałbrzych, dnia 28.08.2024r.

DZPZ-530- Zp/55/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa materiałów szewnych – nici dla Bloku Operacyjnego” - Zp/55/PN/24

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1. Dotyczy pakiet nr 1, poz. 4, 32

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga igłę dwuwkłęśną kosmetyczną zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 2. Dotyczy pakiet nr 1, poz. 25-31

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia środkiem antyseptycznym, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga nici powlekanych środkiem antyseptycznym zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 3. Dotyczy pakiet nr 2, poz. 2-6, 8-11, 14-15, 17-18

Czy Zamawiający dopuści szwy nawinięte w „ósemkę” na papierowym nośniku?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szwy w opakowaniach zmniejszających pamięć nici czyli nawiniętych na okrągło na bezpośredni nośnik nitki zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 4. dotyczy pakiet nr 2, poz. 1-13:

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, monofilamentowe, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, wchłaniające pomiędzy 90 a 120 dniem od zaimplantowania?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga nici wchłaniających pomiędzy 60-90 dniem w poz. 1-6 i w ciągu 90 dni w poz. 7-13 od zaimplantowania zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 5. Dotyczy pakiet nr 2, poz. 22-25

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne monofilamentowe z polidiodksanonu, wchłaniające pomiędzy 180-210 dni od zaimplantowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6. Dotyczy pakiet nr 2, poz. 26-29

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne plecione z kwasu glikolowego, wchłaniające się po ok. 42 dniach od zaimplantowania, o początkowej sile podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7. Dotyczy pakiet nr 3, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga igłę dwuwklęsłą zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 8. Dotyczy pakiet nr 3, poz. 11-17

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku polietylenu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga polietylenu zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 9. Dotyczy pakiet nr 3, poz. 1-9, 11-17

Czy Zamawiający dopuści szwy nawinięte w „ósemkę” na papierowym nośniku?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szwy w opakowaniach zmniejszających pamięć nici czyli nawiniętych na okrągło na bezpośredni nośnik nitki zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 10. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 5, 9, 26

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji 5 i 9 ze szwem z igłą okrągłą bez określenia wzmocniona z wysokiej jakości stali 302 odpornej na złamanie lub wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych,
- w pozycji nr 26 ze szwem o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 11. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 1-24

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1-24 ze szwami wchłaniających się pomiędzy 56-70 dniem od zaimplantowania z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 12. Dotyczy pakiet nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie próbki do pozycji nr 10, zamiast do wymaganej pozycji nr 12.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 13. Dotyczy pakiet nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 11 ze szwem z jedną igłą 26mm o długości nici 75cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 14. Dotyczy pakiet nr 3 poz. 4, 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 4 ze szwem o długości 75cm z zachowaniem pozostałych parametrów.
- w pozycji nr 6 ze szwem o długości 75cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 15. Dotyczy pakiet nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 3 z zestawem do usuwania zszywek skórnych w skład którego wchodzi: 1 pęseta 13mm, 2 kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 2 tufery włókninowe o śr. 60 mm, 1 przyrząd do usuwania zszywek 12,5 cm i 1 serweta dwuwarstwowa 50x50cm (owinięcie zestawu).

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 16. Dotyczy pakiet nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarka ponieważ Zamawiający wymaga złożenia próbek do pozycji nr 5, której nie ma w pakiecie.

Odp. Zamawiający informuje iż nie nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 17. Dotyczy projektu umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącego limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 30%. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 18. Dotyczy projektu umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
 - 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 50 zł za każdy przypadek,
 - 4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia netto.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

**Zatwierdził:
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Małgorzata Kuczyńska
nr telefonu: 74/6489941