

Załącznik nr. 1

do Ogłoszenia o zamówieniu o wartości poniżej wartości progowej

w trybie – Zapytanie ofertowe

ZASTĘPCA NAJZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej BORYCKI

Zatwierdzam

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Legalizacja wagi Radwag AS 160.X2

Legalizacja wagi jest niezbędna w celu zachowania spójności pomiarowej zgodnie z normą PN/EN ISO 17025

Dane wagi:

Waga elektroniczna nieautomatyczna, nr. fabryczny 566518

Producent Radwag - rok produkcji 2017.

Obciążenie max. = 160 g, min. 10 mg, działka elementarna: $d = 0,1$ mg, działka legalizacyjna: $e = 1$ mg.

Legalizacja wykonana przez Okręgowy Urząd Miar, potwierdzona certyfikatem legalizacji.

Waga po wzorcowaniu w listopadzie 2024 r.

Usługa powinna być wykonana w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

Planowana data realizacji usługi w lutym 2025 roku.

SPECJALISTA
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Beata SIELAWA

INSPEKTOR
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Daniel BANKOWSKI

